



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -34 / 469/2017

Wrocław, dnia 21.08.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „ **Dostawa wyposażenia Stacji Dializ: aparaty do hemodializ oraz miernik wielofunkcyjny** ” Znak sprawy: Szp/FZ-34/2017

Pytanie nr 1 Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z następującymi parametrami różniącymi od opisu w SIWZ :

2. Z zasilaniem wodnym 1,5-6 bar?

Zamawiający dopuszcza zasilanie wodne 1,5-6 bar.

7. Z programowanym składem koncentratu?

Zamawiający dopuszcza aparat do hemodializ z programowanym składem koncentratu.

10. Z pamięcią ostatniej dezynfekcji?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Z pamięcią ostatniej hemodializy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Z kolorowym monitorem, z kursorem umożliwiającym obsługę aparatu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Z regulacją przepływu płynu dializacyjnego 0-300-500-800ml/min?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Ze względów bezpieczeństwa pacjenta, bez możliwości diagnostyki i podglądu parametrów aparatu, podczas wykonywania zabiegu, dostęp po skończonym zabiegu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Z 6 profilami UF?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Z możliwością wczesnego wykrywania skrzepów w dializatorze przez obserwacje TMP i ciśnienia żylnego?

Zamawiający dopuszcza aparat do hemodializ z możliwością wczesnego wykrywania skrzepów w dializatorze przez obserwacje TMP i ciśnienia żylnego.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika Wadaś

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Ludwiga Raziuk