



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 43/ 767 /2017

Wrocław, dnia 23.08.2017r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – dalej uPzp - jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa opatrunków”

Pytanie 1 – dot. Pakiet nr 1 poz. 1-6 oraz 8-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu np. 1 A. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 – dot. Pakiet nr 6 poz.1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plastrów pokrytych hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 3 – dot. Pakiet nr 9

- 1) **poz. 1** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyłepców na sztucznym jedwabiu pokryty klejem z akrylowym i nawinięty na rolkę z przezroczystego tworzywa. Przyłepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz, rozmiar 1,25 cmx5 mb. Przyłepiec pakowany po 24 sztuki w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 2) **poz. 2** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyłepców na sztucznym jedwabiu pokryty klejem z akrylowym i nawinięty na rolkę z przezroczystego tworzywa. Przyłepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz, rozmiar 2,5 cmx5 mb. Przyłepiec pakowany po 12 sztuk w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 3) **poz. 3** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyłepców na sztucznym jedwabiu pokryty klejem z akrylowym i nawinięty na rolkę z przezroczystego tworzywa. Przyłepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz, rozmiar 5 cmx5 mb. Przyłepiec pakowany po 6 sztuk w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;

- 4) **poz.4** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców na białej włókninie pokryty klejem akrylowym i nawinięty na rolkę z przezroczystego tworzywa, rozmiar 1,25 cmx5 mb. Przylepiec pakowany po 24 sztuki w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 5) **poz.5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców na białej włókninie pokryty klejem akrylowym i nawinięty na rolkę z przezroczystego tworzywa, rozmiar 2,5 cmx5 mb. Przylepiec pakowany po 12 sztuk w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 6) **poz.6** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców na białej włókninie pokryty klejem akrylowym i nawinięty na rolkę z przezroczystego tworzywa, rozmiar 5 cmx5 mb. Przylepiec pakowany po 6 sztuk w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 7) **poz.7** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców na białej tkaninie pokryty klejem z syntetycznego kauczuku i nawiniętych na rolkę z przezroczystego tworzywa, rozmiar 1,25 cmx5 mb. Przylepiec pakowany po 24 sztuki w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 8) **poz.8** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców na białej tkaninie pokryty klejem z syntetycznego kauczuku i nawiniętych na rolkę z przezroczystego tworzywa, rozmiar 2,5 cmx5 mb. Przylepiec pakowany po 12 sztuk w kartonik, z podaniem ceny za sztukę;
- 9) **poz.9** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców na białej tkaninie pokryty klejem z syntetycznego kauczuku i nawiniętych na rolkę z przezroczystego tworzywa, rozmiar 5 cmx5 mb. Przylepiec pakowany po 6 sztuk w kartonik, z podaniem ceny za sztukę.

Odpowiedź: ad. 1) ÷ 9) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresach objętych pytaniami.

Pytanie 4 – dot. Pakiet nr 10

- 1) **poz. 1-4** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ;
- 2) **poz.5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plastrów pokrytych hypoalergicznym klejem akrylowym, w rozmiarze 8cmx1m, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1 440 sztuk. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: ad. 1) ÷ 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytanie 5 – dot. Pakiet nr 8 poz. 7

Czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej zdublowania rozmiaru kompresu z gazy? Czy Zamawiający oczekuje jałowego zestawu kompresów o składzie:

- 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 w 17 n
- 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 w 17 n?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje następującego zestawu: (8w/17n) (7,5 x 7,5 cm) x 5 szt. + (10x10cm) x 5 szt.

Pytanie 6 – dot. Pakiet nr 11

- 1) Poz. nr 6 – czy w pozycji tej nie doszło do zdublowania pozycji kompresów gazowych 10cmx10cm a' 20 szt.?

- 2) Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 17nit.8w. sterylizowanych równoważną metodą sterylizacji (w zwalidowanym procesie) tj. tlenkiem etylenu?
- 3) Poz. nr 7 – czy w pozycji tej nie doszło do zdublowania pozycji kompresów gazowych 7,5cmx7,5cm a’ 40 szt.? Prosimy o wskazanie pozycji która powinna być wyceniona.

Odpowiedź: ad. 1) ÷ 3) Zamawiający wyjaśnia, iż w pakiecie nr 11 należy wycenić pozycje w kolejności: 1,2,3,4,5,6 następnie omijamy poz. 7, 6 (błąd) i dalej pozycje 7,8 (w opisie „Kompresy gazowe 17 nit. 18 w. jałowe) wyceniamy oraz 9,10.

Pytanie 7 – dot. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narządów wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze 55 g/m² + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m² (łącznie 110 g/m²) i następującym składzie:

CZĘŚĆ A

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-war. 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 x serweta 2-war.+wzmocniona przylepna 100 x 90 cm
- 1 x serweta 2-war. nieprzylepna 100 x 90 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (zgodny z SIWZ)
- 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (zgodny z SIWZ)
- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- 1 x kieszeń przylepna 3 sekcje 65 x 30 cm
- 3 x taśma przylepna 5 x 25 cm
- 2 x taśma przylepna 5 x 50 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

CZĘŚĆ B

- 1 x serweta 2-war. do klatki piersiowej 260(ekran) x 390 cm, otwór 40x95cm z folią operacyjną. Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne.
- 12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała
- 1 x marker skórny
- 1 x zestaw do przetoczeń Y, dwubiegunowy 290 cm, 2 x ostrze
- 1 x skalpel bezpieczny nr 11
- 1 x skalpel bezpieczny Nr 22
- 1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm
- 1 x strzykawka 3 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 1 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta
- 1 x strzykawka Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przezroczysta
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk
- 15 x chusta z gazy,chip RTG, 50x60cm, 6warstw, zielona,pakowane a 5 szt.
- 10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe z przegr.

10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitok
5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitok
1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka
1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm
1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm
1 x dren do ssaka z uchwytem 14/4,67 CH/mm 20/6,67 CH/mm, 18,5/6,16 CH/mm 26/8,67 CH/mm 300 cm
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)
1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12x9x3,5cm,40 miejsc,czerwony
10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta
1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna
1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy
6 x przykrywka na pojemnik plastikowy
1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
2 x pojemnik plastikowy 3000 ml (29 x 22 x 7,5 cm), niebieski z podziałką
1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką
6 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,5 x 6 cm), przezroczysty z podziałką
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką
1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml, (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska
4 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowany powyżej zestaw.

Pakiet nr 5 poz.1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego o długości siatki w stanie luźnym, swobodnym 10m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatkowy rękaw opatrunkowy o długości siatki w stanie luźnym, swobodnym 10m.

Pakiet nr 6 poz.1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów w zakresie objętym zapytaniem.

Pakiet nr 7 poz.1-3 – brak zapytania

Pakiet nr 9 poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów w zakresie objętym zapytaniem.

Pakiet nr 7 poz.1-3 – brak zapytania

Pakiet nr 9 poz.1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pokrytego klejem akrylowym, nawiniętego na rolkę zamiast na szpulkę z bocznym zabezpieczeniem przed zabrudzeniem.

Pakiet nr 7 poz.1- brak zapytania

Pakiet nr 9 poz.1, 4, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców konfekcjonowanych w kartoniki a 24szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pakiet nr 7 poz.2 – brak zapytania

Pakiet nr 9 poz.2, 5, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców konfekcjonowanych w kartoniki a 12szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pakiet nr 7 poz.3 – brak zapytania

Pakiet nr 9 poz.3, 6, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców konfekcjonowanych w kartoniki a 6szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pakiet nr 10 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca włókninowego z hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów w zakresie objętym zapytaniem.

Pakiet nr 10 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na tkaninie z opatrunkiem, pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 5mbx8cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk