

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 43/ 777 /2017

Wrocław, dnia 24.08.2017r.

## INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – dalej uPzp - jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa opatrunków”

Pytanie 1 – dot. Pakiet nr 1

- 1) **poz. 1-2** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy opatrunkowej pakowanej podwójnie, wewnątrznie pakowana w papier sterylny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność?
- 2) **poz. 1-6, 9-10** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów z gazy o gramaturze min. 23g/m<sup>2</sup>, potwierdzonej kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, co zapewni Zamawiającemu wysoką jakość zaoferowanych wyrobów?
- 3) **poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 4) **poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 500 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG niejadalnych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'100 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?
- 5) **poz. 11-13** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 6) **poz. 11-13** - Czy Zamawiający dopuści tufery 17 nitkowe z bezpiecznie umieszczoną nitką radiacyjną, tak aby uniemożliwić wyciągnięcie jej z wyrobu, pakowane po 10 sztuk w torebkę papierowo-foliową zawierającą podwójny system etykiet kontrolnych?
- 7) **poz. 11-12** - Czy Zamawiający dopuści jałowe tampony w kształcie fasolki w rozmiarze gotowego produktu 12-13mm x 35-40mm?
- 8) **poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści jałowe tampony w kształcie fasolki w rozmiarze gotowego produktu 15-17mm x 50-55mm?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy opatrunkowej pakowanej podwójnie, wyspecyfikowanej w zapytaniu.**

**Ad. 2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów z gazy o gramaturze min. 23g/m<sup>2</sup>, wyspecyfikowanych w zapytaniu.**

**Ad. 3) ÷ 8) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie 2 – dot. Pakiet 2

- 1) **poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 2) **poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z gazy po praniu wstępnym?
- 3) **poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy z gazy po wstępnym praniu sterylna z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 50cm x 50cm, pakowana a'2 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.
- 4) **poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy z gazy po wstępnym praniu sterylna z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, 6 warstw 17 nitek, rozmiar 45cm x 45cm, pakowana a'5 szt. w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.
- 5) **poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylną z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 17 nitek pakowana a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.
- 6) **poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy po wstępnym praniu niesterylną z nitką RTG i tasiemką w kolorze białym, rozmiar 50cmx 50cm, 4 warstwy 20 nitek pakowana a'5 sztuk? Serweta z białej gazy jest najbardziej rozpowszechniona i sprawdzona na rynku, a jej wystarczającym zabezpieczeniem jest nitka RTG oraz taśma.
- 7) **poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści chłonne sterylne serwety (ręczniki) z niepylącej włókniny kompresowej 40g do osuszania rąk, w rozmiarze 30 x 30cm, pakowane a1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?
- 8) **poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert.

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) ÷ 6) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. 7) Zamawiający dopuszcza chłonne sterylne serwety (ręczniki) z niepylącej włókniny kompresowej 40g do osuszania rąk wyspecyfikowane w zapytaniu.**

**Ad. 8) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie 3 – dot. Pakiet 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego wyspecyfikowane w zapytaniu.**

Pytanie 4 – dot. Pakiet 4

- 1) **poz. 7-10** - Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową, wyściełającą naturalną w opakowaniu po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?
- 2) **poz. 11-13** - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego o czasie tężenia ok. 5 min. wykonaną z gazy 17-nitkowej, min. 95% nasycenie opaski masą gipsową – gips naturalny, czas zanurzenia max. 5 sekund?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. 2) Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego wyspecyfikowaną w zapytaniu.**

Pytanie 5 – dot. Pakiet 5 poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści siatkowe rękawy opatrunkowe o długości w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatkowe rękawy opatrunkowe o długości w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m.**

Pytanie 6 – dot. Pakiet 6

- 1) **poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym?
- 2) **poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. 2) Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm.**

Pytanie 7 – dot. Pakiet 8

- 1) **poz. 1-3:** Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej?
- 2) **poz. 1-3:** Czy Zamawiający pisząc: „Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę certyfikującą” miał na myśli certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych klasy IIa wydany przez jednostkę notyfikowaną? Jednostki certyfikujące nie wystawiają certyfikatów walidacji procesu sterylizacji. Procesy sterylizacji walidowane są przez wytwórców wyrobów. Nasza firma posiada m.in.certyfikat ISO 13485, w zakresie m.in. walidacji procesu sterylizacji.
- 3) **poz. 1-3:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby certyfikat walidacji procesu sterylizacji był wydany przez jednostkę certyfikującą?
- 4) **poz. 1-3:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc: „ W każdym zestawie wewnątrz powinny znajdować się 2 naklejki z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG – dla instrumentariuszki” miał na myśli aby 2 naklejki znajdowały się na zestawach, aby ułatwić pracę instrumentariuszki, a składowe zestawów były wyposażone w nitkę RTG?
- 5) **poz. 1-3:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch naklejek z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG-dla instrumentariuszki w każdym zestawie wewnątrz?
- 6) **poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały o składzie 60x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a10szt.; 20x tupfer z gazy z nitką RTG 20 x 20cm 17 nitek, 5x tupfer z gazy z nitką RTG 30 x 30cm 17nitek? Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w dwa opakowania transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym, pakowane w dwa opakowania transportowe?

- 7) **poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie: 80 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a'10szt.; 20 x tupfer z gazy z nitką RTG 20 x 20 cm, 17 nitek; 5 x tupfer z gazy z nitką RTG 30 x 30 cm, 17 nitek; 5 x chusta z gazy z nitką RTG, 45 x 45 cm, 20 nitek, biała. Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w dwa opakowania transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?
- 8) **poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie: 100 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a'10 szt.; 30 x tupfer z gazy z nitką RTG 20 x 20 cm, 17 nitek, 10 x tupfer gazowy z nitką RTG 30 x 30 cm, 17 nitek; 10 x chusta z gazy z nitką RTG, 45 x 45 cm, 20 nitek, biała? Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w dwa opakowania transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?
- 9) **poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną mocującą w rozmiarze 50 x 9 x 150 x 2 szt. w opakowaniu zbiorczym, z przeliczeniem ilości?
- 10) **poz. 5-7:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego opakowania transportowego?
- 11) **poz. 7:** Czy Zamawiający w opisie pakietu miał na myśli Jałowy zestaw kompresów o składzie: 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 w 17 n, 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 w 17 n zgodnie z opisem rozmiaru?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) Zamawiający dopuszcza zestawy sterylizowane w parze wodnej.**

**Ad. 2) ÷ 10) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. 11) Zamawiający wyjaśnia powinno być: (7,5 x 7,5 cm) x 5 szt. + (10 x 10 cm) x 5 szt. 8 w/17n**

**Pytanie 8 – dot. Pakiet 9**

- 1) **poz. 1-6:** Czy Zamawiający dopuści przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?
- 2) **poz. 1,4:** Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 44 sztuki?
- 3) **poz. 2,5:** Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 22 sztuki?
- 4) **poz. 3,6:** Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 11 sztuk?
- 5) **poz. 7-9:** Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie klejem kauczukowym z tlenkiem cynku, który zmniejsza ryzyko powstania podrażnień, nawinięte na szpulkę bez osłonek bocznych?
- 6) **poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 24 sztuki?
- 7) **poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 12 sztuk?
- 8) **poz. 9:** Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 6 sztuk?

**Odpowiedź: ad. 1) ÷ 8) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie 9 – dot. Pakiet 10**

- 1) **poz. 1-4:** Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym?
- 2) **poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. 2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie 10 – dot. Pakiet 11

- 1) **poz. 1-8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 2) **poz. 1-8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu Tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta?
- 3) **poz. 4-8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów przewiązanych bawełnianą nitką, zamiast papierowym paskiem? Nie ma to wpływu na funkcjonalność wyrobu, a ogranicza konkurencyjność pakietu.
- 4) **poz. 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1440 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG jałowych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'10 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?
- 5) **poz. 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 6) **poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm zgodnie z siwz z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?
- 7) **poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm zgodnie z siwz z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'25 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?
- 8) **poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową cm zgodnie z siwz z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 7,5cm x 10cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>, wymiar kleju 7,5x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?
- 9) **poz. 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Ad. 2) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu Tag do wklejenia do dokumentacji pacjenta.**

**Ad. 3) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów przewiązanych bawełnianą nitką,**

**Ad. 4) ÷ 9) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie 11 – dot. Pakiet 14

- 1) **poz. 1-7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 2) **poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis	Ilość	JM
IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2 X 40MM)	1,0000	SZ
IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8 X 40MM)	1,0000	SZ
KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13cm MAYO HEGAR (SGK-1608-13)	1,0000	SZ
NOŻYCZKI CHIRUR. OCZNE 11CM 13-530	1,0000	SZ
PESETA METALOWA ANATOMICZNA ADSON 12,5CM	1,0000	SZ
KLESZCZYKI PLASTIKOWE KOCHER 14CM	1,0000	SZ
STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X J (01-ESP-A010-001)	1,0000	SZ
SERFB 60X50CM ZŁOŻ (9x10)	1,0000	SZ
SERTF 75X45CM O8 Z ZŁ(25X15)	1,0000	SZ
TUPFA 17N 20X20CM	6,0000	OP

3) poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:


Opis	Ilość	JM
KLESZCZYKI PLASTIKOWE KOCHER 14CM	1,0000	SZ
PESETA PLASTIKOWA ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1,0000	SZ
POJEMNIK PLAST. 125 ML PRZEZROCZYSTY	1,0000	SZ
(W) WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML L J	1,0000	SZ
(W) ŻEL DO CEWNIKOWANIA W STRZYKAWCE 6ML L OPTILUBE J	1,0000	SZ
KG 17N 7,5x7,5-8W	8,0000	SZ
REK AMBULEX NITRYL NJ NPUD ROZ M WYWINIETA	2,0000	OP
SERFB 60X50CM O5CM I ROZC ZŁ(15X9)	1,0000	SZ
SERFB 60X50CM ZŁOŻ (9x10)	1,0000	SZ
TUPFA 17N 20X20CM	5,0000	OP
WORECZEK PE B/N 360x350MM ZAM	1,0000	SZ

4) poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis	Ilość	JM
PESETA PLASTIKOWA ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1,0000	SZ
PESETA PLASTIKOWA ANATOMICZNA 13CM NIEBIESKA	1,0000	SZ
KW 30G 4W 7,5X7,5CM	2,0000	SZ
TUPFA 17N 20X20CM	6,0000	OP

- 5) **poz. 2,4,5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 6) **poz. 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis	Ilość	JM
KW 40G 4W 7,5X7,5CM LUZ	4,0000	SZ
KG 17N 7,5x7,5 8W Ł	4,0000	SZ
OPATRUNEK DO ZABEZPIECZANIA CEWNIKÓW 16CM X 5CM	1,0000	SZ
REK AMBULEX NITRYL NJ NPUD ROZ M. WYWINIETA	4,0000	OP
SERTF 45X45CM ROZC.	1,0000	SZ



- 7) **poz. 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?
- 8) **poz. 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim z otworem o średnicy 8 cm?
- 9) **poz. 9,10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim?
- 10) **poz. 11-14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

**Odpowiedź:**

- Ad. 1) ÷ 3) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.
- Ad. 4) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu wyspecyfikowanego w zapytaniu.
- Ad. 5) ÷ 8) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.
- Ad. 9) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim.
- Ad. 10) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie dot. projektu umowy:**

- 1) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
- 2) Zważywszy na treść § 5 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

- 3) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
- 4) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu”?
- 5) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź:**

**Ad.1) Zamawiający jako dni robocze przyjął dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

**Ad. 2) Zamawiający przewiduje zrealizowanie zamówienia w 100 %.**

**Ad. 3) ÷ 5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWIĄZNIENIEM EKSPERTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*