



Wrocław, dnia 19.09.2017 r.

Szp/FZ – 47/ONKO/874 /2017

**INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAPISÓW WZORU UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ)**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa mammografu”.

Pytanie 1:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §12 ust.1:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego (w wysokości przewidzianej jak dla Wykonawcy), w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 12 ust. 2 wzoru umowy przewiduje karę dla Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

Pytanie 2:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §12 ust.2:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za każdy dzień opóźnienia w realizacji Etapu I do 2% wynagrodzenia umownego brutto. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź:

Zamawiający obniża karę określoną w §12 ust 2 do 0,5%.

Pytanie 3:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §12 ust.3:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za każdy dzień opóźnienia w realizacji Etapu II do 1% wartości brutto. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź: Zamawiający obniża karę określoną w §12 ust 3 do 0,5%.

Pytanie 4:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §12 ust.4:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za każdy dzień opóźnienia w naprawie przedmiotu do 0,5% wartości brutto.

Odpowiedź: Zamawiający obniża karę określoną w §12 ust 3 do 0,5%.

Pytanie 5:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §8 ust.6 pkt. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 6:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §8 ust.6 pkt. 3:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie przewidzianym na usunięcie wady naprawy bez wymiany części zamiennych oraz naprawy z wymianą sprowadzaną od producenta zagranicy części zamiennych.

w związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na następujący zapis w/w punktu:

„(...)będą usuwane przez niego niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia (bez wymiany części zamiennych) oraz nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia (w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych zza granicy)(...)”

Wyjaśniamy, że czas naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia; w przypadku konieczności wymiany części zamiennej która jest sprowadzana od producenta z USA termin 5 dni roboczych od daty zgłoszenia jest niewystarczający ze względu na czas niezbędny na sprowadzenie (transport) danej części. Natomiast za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww. propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §8 ust.6 pkt. 3, w związku z powyższym otrzymuje on następujące brzmienie:

3) **niezwłocznego zakończenia naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia oraz nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia (w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych zza granicy)**

Pytanie 7:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik do SIWZ §8 ust.3:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisów.

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od przywołanego w zapytaniu zapisu.

Pytanie 8:

Dotyczy Wzoru Umowy załącznik nr 2 do SIWZ §2 Etap II:

Prosimy o potwierdzenie kto odpowiedzialny jest za projekt osłon i zakup licencji do PACSa w Etapie II, z zapisów w/w punkcie rozumiemy, że Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający w Etapie II jest odpowiedzialny za projekt osłon stałych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zakup licencji w Etapie II nie będzie wymagany.

Pytanie nr 9

Dotyczy § 6 ust. 2 Wzoru Umowy:

Z uwagi na wieloetapowość projektu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 6 ust. 2 Wzoru Umowy:

„Podstawą wystawienia faktury będą podpisane bez *istotnych* uwag ze strony Zamawiającego: protokół odbioru Etapu I oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje w § 6 Wzoru Umowy następujące zmiany:

2. Podstawą wystawienia faktury za I Etap będzie podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego protokół odbioru za I Etap oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu”

3. Podstawą wystawienia faktury za II Etap będzie podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego protokół odbioru za II Etap.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 8 ust. 5 Wzoru Umowy:

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

W związku z tym prosimy uprzejmie o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewni, że ewentualny zamienny serwis może być wykonany tylko przez podmioty autoryzowane przez producenta urządzenia. Alternatywnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 8 ust. 5 Wzoru Umowy:

„Jeśli Wykonawca, gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w odpowiednim terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne jak i uprawnienie do naliczenia kar umownych. *Przed skorzystaniem z prawa powierzenia wykonania serwisu innemu podmiotowi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawy, wyznaczając mu dodatkowy termin.*”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 8 ust. 5 Wzoru Umowy w następujący sposób:

5. Jeśli Wykonawca, gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do usunięcia wad przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w odpowiednim terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy przez autoryzowany serwis producenta na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne jak i uprawnienie do naliczenia kar umownych. *Przed skorzystaniem z prawa powierzenia wykonania serwisu innemu podmiotowi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawy, wyznaczając mu dodatkowy termin.*

Pytanie nr 11

Dotyczy § 9 ust. 1 Wzoru Umowy:

Rękojnia jest instytucją niezbyt dostosowaną do wyrobów medycznych. Tak długi wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi, dwukrotnie dłuższy niż w Kodeksie cywilnym, powoduje znaczne podwyższenie ryzyka Wykonawcy, a tym samym może prowadzić do wzrostu zaoferowanej ceny. W związku z tym prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zgodzi się na dostosowanie okresu rękojmi do standardowego, 2-letniego okresu.

Odpowiedź: Zamawiającego podtrzymuje zapisy § 9 ust. 1 Wzoru Umowy w zakresie określonym zapytaniem. Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia zapis § 9 ust. 1 w następujący sposób:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 4 (skreślone) lat od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy ~~końcowego~~

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Rozdziału XII ust. 1 w następujący sposób:

1. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	50%
2	Jakość techniczna	40%
3	Przedłużenie okresu trwania gwarancji do czasu trwania rękojmi Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi ponad termin ustawy (<i>nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 m-cy</i>)	10%
	OGÓLEM:	100

Kryterium nr 3 – przedłużenie okresu trwania gwarancji w stosunku do czasu trwania rękojmi (Zamawiający ustanawia 4 – letni okres rękojmi za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia)

Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi ponad termin ustawy (*nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 m-cy*)

$$POGR = \frac{POGR_{\text{bad. oferty}} \text{ (liczba miesięcy)}}{POGR_{\text{max}} \text{ (liczba miesięcy)}} \times 10 \% \times 100$$

gdzie:

$POGR$ – przedłużony okres gwarancji

$POGR_{\text{max}}$ – najdłuższy zaoferowany okres przedłużenia gwarancji do czasu rękojmi spośród ofert nie odrzuconych

$POGR_{\text{bad. oferty}}$ – zaoferowany okres przedłużenia gwarancji do czasu rękojmi w ofercie badanej

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: $O = C + JT + POGR$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena”

JT – wartość punktowa uzyskana w kryterium „jakość techniczna

OGR - wartość punktowa uzyskana w kryterium „zaoferowany okres gwarancji i rękojmi ponad termin ustawowy”,

Pytanie nr 12

Dotyczy § 8 ust. 5 str. 6 Wzoru Umowy (w § 8 powtórzona numeracja ust. 5 na str. 5 i 6 Wzoru Umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W związku z powyższym po dokonaniu korekty numeracji wnioskowany zapis § 8 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Pytanie nr 13

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt. 2) – 4) Wzoru Umowy:

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Kara umowna stanowi z góry ryczałtowo określony surogat odszkodowania należnego wierzycielowi od dłużnika z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, pełni więc przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Normujące ją przepisy kodeksu cywilnego nie pozbawiły całkowicie doniosłości relacji między wysokością zastrzeżonej kary umownej, a godnym ochroną interesem wierzyciela. Kara umowna nie powinna zatem zmierzać do generowania dodatkowego przychodu wierzyciela. Wydaje się, iż stawki istniejące w obrocie są wystarczające dla ochrony słusznego interesu Zamawiającego. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu i wnosimy o zmianę zapisu umowy w sposób następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,*

- 2) *za zwłokę w realizacji Etapu I w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,*
- 3) *za zwłokę w realizacji Etapu 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,*
- 4) *za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych na stawkę zaproponowaną w zapytaniu.

Pytanie nr 14

Czy w sytuacji, kiedy Wykonawca zdecyduje się na zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji na urządzenie wraz z wyposażeniem (24 miesiące) zgodnie z Rozdz. III pkt. 9 SIWZ, w formularzu oferty winien wówczas wypełnić stosowny punkt w sposób następujący: „*Oferuję następujące przedłużenie okresu trwania gwarancji w stosunku do czasu trwania rękojmi0... miesięcy*”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca który zdecyduje się na zaoferowanie minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji w formularzu ofertowym w stosowym punkcie wpisuje 0.

Pytanie nr 15 - Dotyczy: Wzór umowy – etap II

Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający przewiduje udzielenie odrębnego zamówienia na przeniesienie urządzenia? Na jakiej podstawie zostanie takie zamówienie udzielone? W jaki sposób odbędzie się ustalenie wynagrodzenia dla tego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udzielenie odrębnego zamówienia publicznego na przeniesienie urządzenia. Przeniesie urządzenia objęte jest przedmiotowym zamówieniem a wynagrodzenie za wykonanie Wykonawca wskaże w Formularzu oferty.

Pytanie 16 - Dotyczy: Przeniesienia urządzenia wskazanego w etapie II

Jeśli Zamawiający przewiduje, że zakres umowy opisany w etapie II ma być wykonany w ramach zaoferowanej w niniejszym postępowaniu ceny, proszę o wskazanie miejsca formularza ofertowego, gdzie należy wpisać wysokość wynagrodzenia za przeniesienie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający załącza zmieniony Formularz oferty ze wskazaniem miejsca gdzie należy wpisać wysokość wynagrodzenia za przeniesienie urządzenia.

Pytanie 17 - Dotyczy: Wzór umowy – etap II

Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający przewiduje udzielenie odrębnego zamówienia na przeniesienie urządzenia? Na jakiej podstawie zostanie takie zamówienie udzielone? W jaki sposób odbędzie się ustalenie wynagrodzenia dla tego zamówienia?

Odpowiedź: jw.

Pytanie 18 - Dotyczy: Wzór umowy § 12, pkt 2-4

Wnosimy o nadanie wskazanym postanowieniom umowy następującego brzmienia:

- 2) za opóźnienia w realizacji Etapu 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto opóźnionej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
- 3) za opóźnienie w realizacji Etapu 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto opóźnionej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
- 4) za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto części zamówienia objętego naprawą, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Pytanie 19 - Dotyczy: Wzór umowy § 12

Prosimy o dodanie to w/w paragrafu umowy, postanowienia o ograniczenie górnego wymiaru kary umownej do wysokości 10%. W przypadku szkody o większej wartości Zamawiający ma możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Pragniemy wskazać, że w przypadku naliczenia kary umownej, strona ją naliczająca jest zobowiązana do miarkowania tej kary. Jednakże podmiot publiczny wykroczyłby poza zasady dyscypliny finansów publicznych. Tym samym zbyt wysoka kara umowna, która nie może być bez wyroku sądowego zmiarkowana, nie leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp przekazuje następujące zmiany do wzoru umowy:

§ 1 DEFINICJE zostaje dodany zwrot II Etapu zamówienia

§ 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ust. 1 zostają dodane punkty:

- 1) dostawa mammografu cyfrowego wraz z montażem

.....zł netto

(słownie:)

.....zł brutto

(słownie:)

6) demontaż, przeniesienie do sąsiedniego budynku i zamontowanie urządzenia.

.....zł netto
(słownie:)

.....zł brutto
(słownie:)

§ 8 WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY zostaje zmieniony zapis ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

Zamawiający załączeniu przekazuje wzór umowy oraz formularz oferty z naniesionymi zmianami.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych informacji.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
ul. H. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba Wykonawcy*) ul: kod: miejsowość:
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy	
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i> ul: kod: miejsowość:
NIP	
REGON	
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	ul: kod: miejsowość:
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	e- mail: fax: tel.:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
<p style="text-align: center;">Skladam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA MAMMOGRAFU” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>	
III. CENA	
1. Cena oferty wynosi:	
Cena brutto
Słownie cena brutto
w tym:	
1) dostawa mammografu cyfrowego wraz z montażem
2) dostawa łóżka mobilnego
3) dostawa wstrzykiwacza kontrastu
4) dostawa urządzenia do wykonywania biopsji mammotomicznej z pompą próżniową
5) dostawa fartuchów ołowianych
6) demontaż, przeniesienie do sąsiedniego budynku i zamontowanie urządzenia.
*) wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić wiersz	
Oferuję następujące przedłużenie okresu trwania gwarancji do w stosunku do czasu trwania rękojmimiesiące	
Wynagrodzenie należne Wykonawcy należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzony przez bank [.....]	
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:	

Oświadczam, że:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia;
3. uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert;
4. oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do:
klasa.....,
klasa.....,
5. wybór mojej oferty **będzie/nie będzie****) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku.
6. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

***)*wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić

V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy :

..... e-mail: tel./fax:.....;

..... e-mail: tel./fax:.....;

VI. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM

Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
..... zł w formie w tym:

Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium
(wypełnić jeżeli dotyczy)

.....

VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców***).

****)**Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1)w zakresie

**)* wybrać odpowiednio

****)** wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuje, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

.....
.....

Uwaga:

*Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.*

IX. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

- 1)
- 2)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

.....
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
pieczęć Wykonawcy

Nazwa przedmiotu zamówienia	producent	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	cena jedn. brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
*)							
w tym:							
1) dostawa wraz z montażem mammografu cyfrowego							
2) dostawa łóżka mobilnego							
3) dostawa wstrzykiwacza kontrastu							
4) dostawa urządzenia do wykonywania biopsji mammotomicznej z pompą próżniową							
5) dostawa fartuchów ołowianych							
6) demontaż, przeniesienie do sąsiedniego budynku i zamontowanie urządzenia.							
Wartość końcowa							

Słownie wartość brutto wynosi:.....

*) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić
i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia
wchodzące w jego skład (kolumna nr 1)

.....
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

WZÓR UMOWY

Umowa jest współfinansowana z projektu pn.: „Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie!” – Budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16; Działanie 6.2 "Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (onkologia).

W dniu r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem NIP 8951645574, REGON 000977893 reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
DEFINICJE

Słownik pojęć:

Dzień roboczy - od poniedziałku do piątku w godz. od 8⁰⁰ do 17⁰⁰.

Protokół Odbioru - dokument, w którym Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę I i II Etapu zamówienia, w tym zgodność parametrów dostarczonego urządzenia medycznego z ofertą Wykonawcy. Protokół winien zawierać: nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, sygnaturę sprawy, której dotyczy umowa, nazwę urządzenia i/lub jego nazwę handlową, zestawienie elementów składowych dostawy, nazwę producenta, rok produkcji, nr seryjny/fabryczny, adnotację o udzieleniu gwarancji, adnotację o przeprowadzonym uruchomieniu urządzenia i jego gotowości do użytkowania, imię, nazwisko i podpisy osób upoważnionych przez Wykonawcę i Zamawiającego do odbioru, datę i miejsce odbioru oraz uwagi.

Instrukcja – udzielenie osobom, wskazanym przez Zamawiającego instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia.

Uruchomienie urządzenia – zespół czynności, przewidziany przez producenta, wykonanych przez Inżyniera serwisu technicznego mających na celu przygotowanie urządzenia do użytkowania takich jak: montaż, konfiguracja, kontrola parametrów pracy, wykonanie testów itp.

Raport serwisowy – dokument sporządzony przez Inżyniera serwisu technicznego, po przeprowadzeniu przeglądu technicznego lub przeprowadzeniu naprawy, zawierający opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem czasu trwania pracy i zużytych do naprawy części. Raport serwisowy musi zawierać informację, czy urządzenie jest sprawne i może być użytkowane.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy **Szp/FZ – 47/2017**) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mammografu cyfrowegotyp/producent zwanego dalej „urządzeniem” wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem, jego zamontowania, uruchomienia, wykonania testów oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
 - 1) dostawę, fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 1 stycznia 2017 r. urządzenia wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń rekondycjonowanych oraz urządzeń demonstracyjnych. Dostarczone urządzenia muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych;
 - 2) montaż urządzenia w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów:
 - a) akceptacyjnych,
 - b) bezpieczeństwa,
 - c) jakości obrazowaniazgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 884);
 - 3) po uruchomieniu urządzenia udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia:
 - a) bezpieczeństwa pracy z urządzeniem wytwarzającymi promieniowanie jonizujące;
 - b) stosowania i doboru aplikacji klinicznych;
 - c) wykonywania testów jakości obrazowania;
 - d) obsługi stacji opisowych i oprogramowania diagnostycznego;
 - 4) integracja urządzenia z oprogramowaniem, z którego korzysta Zamawiający
3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (na etapie realizacji zamówienia) program instruktażu personelu medycznego i technicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia instruktażu poza siedzibą Zamawiającego. Instruktaż pracowników zaplecza technicznego Zamawiającego powinien obejmować zakres niezbędny do pełnienia nadzoru nad współpracą sieci informatycznej i instalacji zasilających urządzenie. Etapy instruktażu powinny być zgodne z Etapami dostawy tj.:

I etap instruktażu – mammografia klasyczna;

II etap instruktażu - mammografia spektralna, tomosynteza, wykonywanie biopsji.
4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w następujących etapach:

ETAP I

A. Dostawa mammografu cyfrowego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem wykorzystywanym w realizacji programu Profilaktyki Raka Piersi - badania skryningowe zgodnie z wymogami dla mammografii skryningowej zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016.1743 t.j. z dnia 2016.10.21) oraz o wytyczne European Guidelines for Quality Assurances In Breast Cancer Screening And Diagnosis, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonych punktami 1-104 załącznika nr 5, do Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej w siedzibie Zamawiającego **w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy;**

B. Opracowanie projektu osłon stałych pomieszczeń Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dostosowanie pomieszczenia do montażu i instalacji urządzenia. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych oraz montaż osłon po uzyskaniu stosownych zgód.

C. Dokonanie integracji urządzenia z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający. W ramach integracji oprogramowania/systemu informatycznego Zamawiający wymaga pełnego wdrożenia, instalacji/montażu, konfiguracji i integracji z urządzeniem stanowiącym przedmiot zamówienia, a także zakupienia odpowiednich licencji (jeśli są wymagane). Zamawiający dysponuje następującymi systemami specjalistycznymi:

- PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp. z o.o.
- Alteris II RIS firmy Alteris Sp. z o.o.
- HIS AMMS v. 5.26.2.02 firmy Asseco Sp. z o.o.
- DoseWatch 2.0.302

przywołane oprogramowania są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 08.12. 2015 r. poz. 2069)

ETAP II

Demontaż urządzenia z Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej w siedzibie Zamawiającego i przeniesienie wraz z ponownym uruchomieniem urządzenia do nowego Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, który w swojej koncepcji zawiera pomieszczenia do posadwienia urządzenia na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego nie później niż w terminie do końca listopada 2018r. Dostawa wyposażenia umożliwiającego wykonywanie diagnostyki pogłębionej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 104-107 załącznika nr 5 do SIWZ na podstawie zamówienia Zamawiającego jednak nie później niż w terminie do końca listopada 2018 r. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie/zamówienia Zamawiającego w zakresie przeniesienia urządzenia i dostawy ww. wyposażenia w terminie 30 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

5. Instalacja i konfiguracja musi zostać zaakceptowana przez administratora systemu PACS.

§ 3

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach:
 - 1) dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Etapie I ust. 1 do Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej w siedzibie Zamawiającego **w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy w tym:**
 - montaż urządzenia w Dolnośląskim Ośrodku Diagnostyki Obrazowej w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie, wykonanie niezbędnych testów;
 - przeprowadzenie instruktażu personelu medycznego i technicznego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 - 2) przeniesienie i ponowne uruchomienie urządzenia do Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz dostawa Zamawiającego wyposażenia umożliwiającego wykonywanie diagnostyki pogłębionej na pisemne zamówienie Zamawiającego, 30 dni roboczych od jego otrzymania **nie później w terminie do końca listopada 2018r.**
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem gotowość do realizacji przedmiotu umowy w zakresie Etapu I celem szczegółowego uzgodnienia terminu i miejsca dostawy urządzenia medycznego.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dostarczenia przedmiotu umowy o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolnym od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych do siedziby Zamawiającego,
 - 2) skonfigurowania i ustawienia urządzenia w miejscu przeznaczonym oraz sprawdzenia działania wszystkich funkcji i elementów;
 - 3) dostarczenia przy odbiorze urządzenia wraz z wyposażeniem dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej wymienionych poniżej:

- a) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz dokumentację techniczną (serwisową),
 - b) pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,
 - c) zestawienie elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,
 - d) zestawienie elementów zużywalnych,
 - e) zestawienie materiałów eksploatacyjnych,
 - f) pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych;
 - g) obliczenia osłon stałych;
 - h) instalacja osłon.
2. Wykonawca zapewni kompatybilność przedmiotu umowy za pośrednictwem serwera aplikacyjnego dostarczonego w ramach zamówienia oraz dokona integracji wraz testami z systemami specjalistycznymi posiadanymi przez Zamawiającego tj. PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp. z o.o., Alteris II RIS firmy Alteris Sp. z o.o., oraz HIS AMMS v. 5.26.2.02 firmy Asseco Sp. z o.o., Dosewatch 2.0.302.
 3. Wykonawca wykona testy potwierdzające poprawność integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego (wymagane potwierdzenie lub protokół odbioru przez kierownika Działu Informatycznego Zamawiającego)
 4. Dostarczone w ramach niniejszej umowy stacje lekarskie/opisowe powinny zapewnić możliwość pełnej integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory wraz z wykorzystaniem mechanizmów Group Policy Object.

§ 5

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) nie rozpakowania urządzenia przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy,
- 2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową,
- 3) użytkowania urządzenia medycznego zgodnie z instrukcją obsługi,

§ 6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.....zł netto

(słownie:)

.....zł brutto

(słownie:)

w tym:

- 1) dostawa mammografu cyfrowego wraz z montażem

.....zł netto

(słownie:)

.....zł brutto

(słownie:)

- 2) dostawa łóżka mobilnego:

.....zł netto

(słownie:)

-zł brutto
(słownie:)
- 3) dostawa wstrzykiwacza kontrastu:
.....zł netto
(słownie:)
.....zł brutto
(słownie:)
- 4) dostawa urządzenia do wykonywania biopsji marmotomicznej z pompą próżniową
.....zł netto
(słownie:)
.....zł brutto
(słownie:)
- 5) dostawa fartuchów ołowianych
.....zł netto
(słownie:)
.....zł brutto
(słownie:)
- 6) demontaż, przeniesienie do sąsiedniego budynku i zamontowanie urządzenia.
.....zł netto
(słownie:)
.....zł brutto
(słownie:)

2. Podstawą wystawienia faktury za I Etap będzie podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego protokół odbioru za I Etap oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu.
3. Podstawą wystawienia faktury za II Etap będzie podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego protokół odbioru za II Etap.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....]
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca po dostosowaniu infrastruktury dostarczy Zamawiającemu urządzenie wraz z wyposażeniem na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wraz z gwarancją producenta i przynajmniej 1 egzemplarz dokumentacji obsługi w języku polskim.
2. Dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2017r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada parametrom technicznym określonym w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu 5 dni roboczych) dokonania jego wymiany zgodnie z oferowanymi parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi w formularzu ofertowym.
4. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia urządzenia medycznego Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia do dnia odbioru przez Zamawiającego.

§ 8

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest |..... - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru urządzenia zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia w tytule gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu dostawy.
3. ~~Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia wad w drodze naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy na swój koszt.~~
4. ~~Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.~~
5. Jeśli Wykonawca, gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w odpowiednim terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy przez autoryzowany serwis producenta na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne jak i uprawnienie do naliczenia kar umownych. Przed skorzystaniem z prawa powierzenia wykonania serwisu innemu podmiotowi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawy, wyznaczając mu dodatkowy termin.
6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
 - 1) bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
 - 2) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
 - 3) niezwłocznego zakończenia naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia oraz nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia (w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych zza granicy)
~~naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,~~
 - 4) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego.
7. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.
~~Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, z terminem nie krótszym niż okres gwarancji określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.~~
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe na skutek:
 - 1) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
 - 2) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,
 - 3) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie),
9. W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja biegnie od nowa od daty dostarczenia wymienionego urządzenia.

10. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek urządzenia telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w tel., fax., e-mail:.....
11. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem na nr 71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 9

WARUNKI RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 4 lat od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy ~~końcowego~~
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zamawiający zwolniony jest od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego –....., tel., email:....., który/a jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,
- 2) ze strony Wykonawcy - tel.:, e-mail:..... który/a jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru.

§ 11

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

- 1) w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - 2) za opóźnienia w realizacji Etapu I w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za opóźnienie w realizacji Etapu II w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
 - 4) za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy 2

- % wartości umowy brutto, tj. kwotę.....zł (słownie:.....).
2. *)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego prowadzonego w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904
 3. *)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach należy złożyć w kasie Zamawiającego w godzinach od 11.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku)
 4. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić 70 %, tj. kwotę (słownie:) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Etapu I i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane., a 30 % zabezpieczenia, tj. kwotę zł (słownie:), w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- *) *wybrać odpowiednio*

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający upoważni Wykonawcę odrębną umową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Zamawiającego. Wzór umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 5 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).

§ 16

POUFNOŚĆ

1. Dla celów niniejszej umowy „Informacja Poufna” oznacza jakąkolwiek informację lub dane, które obejmują, ale nie ograniczają się do wszelkiego rodzaju informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa, informacji lub danych handlowych lub technicznych, ujawnionych między sobą przez Strony w związku z umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub informacje. Informacja Poufna będzie obejmować wszelkie kopie lub wyciągi, jak również moduły, próbki, prototypy lub ich części. Informacje Poufne będą wykorzystane przez Strony wyłącznie dla celów realizacji niniejszej umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie osobom trzecim dla innych celów niż cele zgodne z umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia informacji ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
2. Zobowiązania, o których mowa w ust.1, obowiązują Strony przez okres 5 lat od dnia rozwiązania lub

wygaśnięciu umowy.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią za zgodą Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – wzór protokołu przeprowadzenia instruktażu

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR PROTOKOŁU PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU

W związku z przekazaniem do użytkowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73A urządzenia medycznego typu:

.....
wyprodukowanego przez:.....

w dniu (dniach):udzielono użytkownikom instruktażu w zakresie:

- obsługi i użytkowania,
-
-

w/w urządzenia.

Osoby objęte instruktażem:		
l.p.	imię, nazwisko	podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

Instruktaż przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy:

nazwa:

adres:

kontakt:

Przeprowadzony instruktaż pozwoli na prawidłową i bezpieczną eksploatację sprzętu przez użytkowników.

Osoby prowadzące instruktaż:		
l.p.	imię, nazwisko	podpis
1.		
2.		
3.		
4.		

Urządzenie medyczne typu:

Protokół sporządzono w egzemplarzach

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA