



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 65/10.93/2017

Wrocław, dnia 15.12.2017 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa sprzętu otolaryngologicznego*”

Pytanie nr 1 dotyczące zapisów umowy SIWZ – rozdział III pkt. 7 podpunkt 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 5 napraw gwarancyjnych tego samego elementu powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy SIWZ – rozdział III pkt. 7 podpunkt 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 1, zapisów oświadczenie załącznik nr 4 do SIWZ, oraz zapisów umowy i SIWZ rozdział III punkt 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia (np. „oprogramowanie komputerowe do archiwizacji badań fotowideo, wózek endoskopowy), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa i SIWZ rozdział III punkt 5 ?

Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia, które nie są wyrobami medycznymi i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów o których mowa i SIWZ rozdział III punkt 5.

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 8 ustęp 2 podpunkt 1:

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie zapisu „bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy”.

Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 8 ust. 2 pkt 1) projektu umowy i nadaje mu brzmienie:

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
- 1) bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w umowie zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby kara umowna liczona była od urządzenia, którego dotyczy opóźnienie (nie od danego zadania)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp podpunkt 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni?

Zamawiający informuje że modyfikuje zapis § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 i nadaje mu brzmienie:

4. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych określonych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, jeżeli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach technicznych takich samych lub wyższych na czas przedłużającej się naprawy urządzenia medycznego powyżej terminu określonego w § 8 ust. 2 pkt 3) umowy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk

*Jacek
Kunicki*