



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 65/10.98/2017

Wrocław, dnia 18.12.2017 r.

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu otolaryngologicznego**”

Pytania do zadania nr 1 – Zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej:

### 1. Procesor:

*Pkt. 1 opisu: Prosimy o dopuszczenie procesora nieobstugującego gastrokopu i kolonoskopu oraz wideocystoskopu HDTV.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza procesor nieobstugujący gastrokopu i kolonoskopu oraz wideocystoskopu HDTV.**

**Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

*Pkt. 3 opisu: Prosimy o dopuszczenie formatu obrazu 3:4 w miejsce 16:9.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

*Pkt. 4 opisu: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z cyfrowym wyjściem DVI-D, bez S-VIDEO i HD-SDI.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

*Pkt. 7 opisu: Prosimy o dopuszczenie - w miejsce opisanych funkcji – systemu siedmiu różnych ustawień migawki wraz z jedną opcją automatyczną.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Pkt. 8 opisu: Prosimy o rezygnację z tego wymogu; w przypadku naszego systemu operator sam decyduje, w którym momencie wykonuje zdjęcie.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

*Pkt. 9 opisu: Prosimy o dodatkowe punktowanie systemu filtrów eliminacji siatki fiberoskopu, co zdecydowanie poprawia obrazowanie przy zastosowaniu fiberoskopów optycznych.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

*Pkt. 11 opisu: Prosimy o dopuszczenie możliwości zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu PenDrive oraz karcie SD, bez zapisu w wewnętrznej pamięci procesora (co nie jest rekomendowane ze względów bezpieczeństwa).*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

*Pkt. 12 opisu: Prosimy o dopuszczenie zapisu zdjęć w uniwersalnym formacie JPEG, bez formatu TIFF, który nie jest powszechnie stosowany.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zapis zdjęć bez formatu TIFF. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Pkt. 12 opisu: Czy Zamawiający wymaga aby procesor posiadał funkcję nagrywania video?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aby procesor posiadał funkcję nagrywania video. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Pkt. 13 opisu: Prosimy o dopuszczenie pamięci przenośnej o pojemności 32 GB.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

*Pkt. 13 opisu: Czy dostarczona klawiatura dla zachowania pełnej higieny i minimalizacji ryzyka kontaminacji ma być w pełni wodoodporna?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aby klawiatura była w pełni wodoodporna. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Pkt. 15 opisu: Prosimy o dopuszczenie w miejsce opisanego parametru – możliwości przypisania różnych funkcji do przycisków na głowicy kamery i wideoendoskopu.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza możliwości przypisania różnych funkcji do przycisków na głowicy kamery i wideoendoskopu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pkt. 17 opisu: Prosimy o dopuszczenie w miejsce opisanego modułu, dedykowanego centralnego interfejsu komunikacyjnego typu Scenara, umożliwiającego komunikację w standardzie DICOM/HL7.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pkt. 18 opisu: Prosimy o dopuszczenie sterowania źródłem światła z panelu przedniego urządzenia - w miejsce opisanego parametru.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

## **2. Wideoendoskop:**

Czy Zamawiający w ramach wymogów dot. Wideoendoskopu CCD SDTV (punkty od 1 do 9) dopuści do zaoferowania wideoendoskop o następujących parametrach:

- wideoendoskop kompatybilny z oferowanym procesorem
- kąt pola widzenia 85°
- średnica sondy wzornikowej 3,7 mm
- długość robocza 300 mm
- zagięcie końcówki góra / dół: 140° / 140°
- dostępne 3 przyciski w tym 2 programowalne
- kierunek patrzenia 0°
- wyposażony w zintegrowany światłowód
- w zestawie ręczny tester szczelności ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wideoendoskopo o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

## **3. Monitor:**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce opisanego (pkt. 1-4,) monitora zintegrowanego z procesorem o przekątnej 15 cali, ratio 3:4, rozdzielczości 1024x768.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

## **4. Wózek endoskopowy:**

Prosimy o dopuszczenie wózka z niewysuwaną półką na klawiaturę z pojedynczym uchwytem na endoskop.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

## 5. Pozostałe wyposażenie:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy systemu do archiwizacji dokumentacji badań endoskopowych, zaimplementowanego w procesorze.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw był wyposażony w głowicę kamery endoskopowej umożliwiającą podłączanie optyk i fiberoskopów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw posiadał możliwość podłączenia mikrofonu, wykorzystywanego w badaniach stroboskopowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.**

### Pytania do zadania nr 2 – Narzędzia laryngologiczne

Prosimy o dopuszczenie narzędzi w pełni odpowiadających funkcjonalności narzędzi opisanych w SIWZ, co pozwoli nam na złożenie oferty na wysokiej jakości narzędzia firmy KARL STORZ:

1. *Dot. Nożyczki laryngologiczne:*
  - a. *Nożyczki do mikrochirurgii krtani typu KLEINSASSER, zagięte 15 stopni, długość robocza 23 cm.*
2. *Kleszcze chwytające:*
  - a. *Kleszcze typu Aligator, bransze proste, ząbkowane, uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm*
3. *Kleszcze krtaniowe:*
  - a. *Kleszcze KLEINSASSER, typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w prawo; długość robocza 23 cm*
  - b. *Kleszcze KLEINSASSER, typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w lewo; długość robocza 23 cm*
  - c. *Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm*
  - d. *Kleszcze miniaturowe KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe średnica 1 mm; długość robocza 23 cm*
  - e. *Kleszcze miniaturowe KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe średnica 1 mm; długość robocza 23 cm*
  - f. *Kleszcze chwytające KLEINSASSER, miniaturowe; bransze ząbkowane, proste; długość robocza 23 cm*
4. *Nożyczki do krtani:*
  - a. *Nożyczki miniaturowe KLEINSASSER, proste, długość robocza 23 cm*
  - b. *Nożyczki miniaturowe KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm*
  - c. *Nożyczki miniaturowe KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm*
5. *Kaniula:*
  - a. *Igła iniekcyjna KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość robocza 23 cm*
6. *Kosa:*
  - a. *Nóż sierpowaty, zakrzywiony, delikatny, trzonek zwężony od 3 do 1 mm, długość 23 cm*
7. *Kleszcze chwytające:*
  - a. *Kleszcze chwytające KLEINSASSER, miniaturowe; bransze ząbkowane, proste; dł. rob. 23 cm*

- b. *Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm*
8. *Kleszcze:*
- a. *Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 18 cm*

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowane powyżej narzędzia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
*mgr inż. Jolanta Raziuk*