

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

**OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ /Spr-1/PODOCYNA/ 47 /2017

Wrocław, dnia 26.01.2018 r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a - jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej pn.: „**Dostawa holtera ciśnieniowego**”

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera ciśnieniowego bez zegara czasu rzeczywistego.

**Odpowiedz nr 1**

Zamawiający wymaga dostarczenia holtera ciśnieniowego z zegarem czasu rzeczywistego.

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera z zakresem mierzonego ciśnienia 25-260 mm Hg (maksymalne graniczne ciśnienie w układzie to 300 mm Hg), który jest optymalnym zakresem?

**Odpowiedz nr 2**

Zamawiający dopuszcza holter z zakresem mierzonego ciśnienia 25-260 mm Hg (maksymalne graniczne ciśnienie w układzie to 300 mm Hg), który jest optymalnym zakresem.

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera z liczbą pomiarów – maksymalnie 250.

**Odpowiedz nr 3**

Zamawiający i dopuszcza holter z liczbą pomiarów – maksymalnie 250.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby mankiet był wyposażony w elastyczną siatkę zapobiegającą przypadkowemu zsunięciu czy przemieszczeniu się mankieta podczas pomiarów? Właściwe umiejscowienie mankieta i pewność, że się nie przesunie mają istotne znaczenie dla uzyskiwania wiarygodnych, prawidłowych wyników pomiarów.

**Odpowiedz nr 4**


Zamawiający dopuszcza, aby mankiet był wyposażony w elastyczną siatkę zapobiegającą przypadkowemu zsunięciu czy przemieszczeniu się mankieta podczas pomiarów.

**Pytanie nr 5 (dotyczy wzoru umowy)**

Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 2 pkt. 2) – wydłużenie terminu przystąpienia do usunięcia awarii na 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

**Odpowiedz nr 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

**OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wykonawca zgodnie z zapisami §8 ust. 2 wzoru umowy ma możliwość przystąpienia do rozpoczęcia usunięcia awarii w drodze wywiadu telefonicznego. Zamawiający uważa, że termin 24 godzin jest wystarczający na przeprowadzenie uzgodnień telefonicznych. Zamawiający przypuszcza, że w wyniku uzgodnień aparat będzie przesłany do serwisu technicznego Wykonawcy.

**Pytanie nr 6 (dotyczy wzoru umowy)**

Prosimy Zamawiającego o zmianę §11 ust. 1 pkt. 1) – zmniejszenie kary umownej na 5% wartości umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

DYREKTOR SZPITALA

*prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz*  
(4)

**SPECJALISTA**  
ds. Zamówień Publicznych  
*Wadas*  
**Monika Wadas**