



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 2/ 56 /2018

Wrocław, dnia 01.02.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa implantów ortopedycznych dla Zamiejscowego Bloku Operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści implant o charakterystyce:

Panewka cementowana polietylenowa (z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej bez dodatków organicznych), z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 28 i 32mm; w zakresie rozmiarów od 44 do 68mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 14 implant o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści implant o charakterystyce:

płyta piszczelowa bezcementowa wykonana z czystego tytanu w technologii druku 3D; powierzchnia dystalna o strukturze umożliwiającej przerost tkanką kostną z 4 pegami zwiększającymi stabilizację pierwotną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 5 implant o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści implant o charakterystyce:

Płyta piszczelowa modułarna wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8-miu rozmiarach; do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużeń cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 6 implant o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bez zachowania pierwotnych zapisów SIWZ implanty równoważne o charakterystyce:

Pozycja 1:

Panewka rewizyjna acentryczna anatomiczna (prawa i lewa), kształt zewnętrzny sferyczny, brzeżne i centralne otwory na śruby fiksujące; centrum rotacji głowy przesunięte; dostępna w rozmiarach od 54mm do 80mm; skalowana co 2mm; pokryta trójprzestrzenną okładziną z czystego tytanu -TRITANIUM;

Pozycja 2:

Augmenty panewkowe do rewizji stawu biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z możliwością ustawienia kąтового 18stopni w każdym kierunku. w zestawie 3 śruby;

Pozycja 3:

Implant o cechach pozwalających na uzyskanie dodatkowego pokrycia głowy (okap 10°) realizowany za pośrednictwem wkładki stawowej;

Pozycja 4:

Wkład polietylenowy symetryczny lub z okapem 10° kompatybilny z oferowanymi panewkami, wyposażony w unikalny mechanizm blokowania w panewce dla zmniejszenia mikroruchów i zmniejszenia zużycia wkładki. Dostępne w średnicach wewnętrznych 28-32-36-40-44mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 15 poz. 1, 2, 3 i 4 implanty o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści implant o charakterystyce:

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 16 poz. 1 implant o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bez zachowania pierwotnych zapisów SIWZ implanty równoważne o charakterystyce:

Pozycja 1:

syntetyczny substytut kostny o objętości 5 cm³ w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego;

pozycja 2:

syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm³ w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego;

pozycja 3:

syntetyczny substytut kostny o objętości 10 cm³ w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego;

Pozycja 4:

syntetyczny substytut kostny o objętości 30 cm³ w postaci granulek macro składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego;

pozycja 5:

Korek piankowy o objętości 2,5 cm³ składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydłęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwi autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 24 implanty o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bez zachowania pierwotnych zapisów SIWZ implanty równoważne o charakterystyce:

Pozycja 1:

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny – offset rośnie wraz z rozmiarem; wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt CCD 132° w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm. Dostępna opcja lateralizowana o zwiększonym offsecie i kącie CCD 127°. Trzpień morfometryczny o specyficznej dla rozmiaru krzywiznie przyśrodkowej optymalizując dopasowanie do kanału kości udowej w części proksymalnej i minimalizując ryzyko dystalnej migracji (mniej niż 0,1mm w okresie 2 lat) i pięciokrotnie zmniejszając ryzyko śródoperacyjnych pęknięć okołoprotezowych; Stożek o zredukowanej geometrii dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego;

Pozycja 2:

Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizerem (bez konieczności wyceny pozycji 3). Dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 do 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją);

Pozycja 4:

Głowy metalowe 28-32mm w pięciu wielkościach offsetu szyjki.

Pozycja 5:

Wkładki polietylenowe symetryczne i asymetryczne, z polietylenu o zwiększonej odporności mechanicznej i oksydacyjnej względem wkładów klasycznie crosslinkowanych, bez dodatku związków organicznych;

Pozycja 6:

Panewka typu Press-Fit wykonana z tytanu; powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40-72mm; Możliwość wyboru panewki pełnej lub z 5-cioma otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. Dostępne też panewki hemisferyczne wielootworowe.

Pozycja 7:

Panewka cementowana polietylenowa (z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej bez dodatków organicznych), z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 32mm w pełnym zakresie rozmiarów od 44 do 68mm

Pozycja 8:

Czasza bipolarna w rozmiarach 41mm -72mm. Do rozmiaru 56 skalowania co 1mm. Dostosowana do głów wewnętrznych 28mm (od rozmiaru 44), głowa wewnętrzna zatraskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu, mocowane bez demontażu czaszy;

Pozycja 9:

Śruby panewkowe fi 6,5mm i długości 16mm, 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.