



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 2/ 57 /2018

Wrocław, dnia 01.02.2018 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa implantów ortopedycznych dla Zamiejscowego Bloku Operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 23

Czy w zadaniu nr 23 Zamawiający dopuści zaoferowanie poniższych rozwiązań w poszczególnych pozycjach:

Poz. 1 - Płytki tytanowe do zespołów w obrębie stopy. Płytki o kształcie X typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa. Płytki wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni. W części trzonowej płytki otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płytka wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płytki. Płytki X – płytki X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm?

Poz. 2 - Płytki o kształcie anatomicznym do korekcyj palucha sztywnego - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcyj palucha sztywnego. Płytki anatomiczne MTP – płytki w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm. Płytki anatomiczne MTP – płytki w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm?

Poz. 3 - Płytki o kształcie koniczyny, płytki proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia.

Płytki proste 2 i 4 otwory – płytki o długości 27 i 40mm.

Płytki L 2 i 4 otwory – płytki o długości 37, 44 i 62mm.

Płytki T 2 i 4 otwory – płytki o długości 38, 45 i 64mm.

Płytki T 4 otwory – płytki o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym ustawienie kości o szerokości 0-7mm.

Płytki o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory – płytki o długości 38, 45 i 64mm?

Poz. 4 – Śruba tytanowa blokująca zmiennokątowa typu VA LCP śr. 2,7mm, różowa, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe?

Poz. 5 – Śruba tytanowa korowa śr. 2,7mm, złota, samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 23 poz. 1, 2, 3, 4 i 5 płytki do osteosyntezy drobnych kości stopy o proponowanej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika Wojciechowska
inż. Monika Wojciechowska