



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 3/ 60 /2018

Wrocław, dnia 06.02.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa płynów do hemodializ i hemofiltracji oraz do perfuzji narządów*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem czy dopuszcza w Pakiecie nr 2 zaoferowanie płynu „Biolasol” równoważnego z płynem opisanym w treści SIWZ (Pakiet nr 3 Płyn do perfuzji narządów w łącznej ilości 75 op.) o następującym składzie i parametrach fizykochemicznych:

Przezroczysty, bezbarwny (lub lekko żółty) roztwór, o osmolarności 330 mOsm/l, o całkowitym stężeniu sodu 105 mmol/l, całkowitym stężeniu potasu 10 mmol/l i o pH 7,4 w temperaturze pokojowej. Przechowywany i transportowany w temperaturze 2-25°C. Termin ważności 12 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze 19-25°C, przy przechowywaniu w temperaturze 2-8°C termin ważności 24 miesiące. Dostępny w opakowaniach o pojemności 1000 ml oraz 2000 ml.

Skład: worek o pojemności 1000 ml roztworu zawiera:

Dekstran 70 kDa	50,00 g	(0,7 mmol)
Glukoza bezwodna	30,00 g	(167 mmol)
Tri-sodu cytrynian dwuwodny	8,82 g	(30 mmol)
Di-sodu edetynian	1,86 g	(5 mmol)
Potasu chlorek	0,75 g	(10 mmol)
Magnezu fumaran czterowodny	0,69 g	(5 mmol)
Sodu wodorowęglan	0,42 g	(5 mmol)
Wapnia chlorek sześciowodny	0,10 g	(0,5 mmol)
Woda do iniekcji	ad 1000	ml

Płyn posiada certyfikat WE – Płyn zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG, dla aktualnej kategorii wyrobów sterylnych klasy IIa, wydany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. oraz posiada Świadectwo Wolnej Sprzedaży (nr 266/2015) wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 płynu do perfuzji narządów o powyższym składzie i właściwościach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)