



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -4/ 44 /2018

Wrocław, dnia 08.02.2018r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku II**” - Znak sprawy: Szp/FZ-4/2018

Pytanie nr 1 dot. Załącznika nr 1.3 – Pakiet 3 – Wkłady do wstrzykiwaczy

W zestawach z pozycji nr 2 w w/w pakiecie zazwyczaj występuje łącznik niskociśnieniowy o długości 150cm, a nie 250 cm. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści zestaw wkładów do systemu Medrad Stallant CT dwugłowicowy składający się z:

2x wkładów o poj. 200ml

1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm z trójnikiem „Y” i z zastawką antyzwrotną

2 x złącza typu spike

2 x złącza szybkiego napełniania typu „J”

Wytrzymałość ciśnieniowa do 375PSI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw wkładów do systemu Medrad Stallant CT dwugłowicowy składający się z:

2x wkładów o poj. 200ml

1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm z trójnikiem „Y” i z zastawką antyzwrotną

2 x złącza typu spike

2 x złącza szybkiego napełniania typu „J”

Wytrzymałość ciśnieniowa do 375PSI.

Pytanie nr 2 dot. Załącznika nr 1.3 – Pakiet 3 – Wkłady do wstrzykiwaczy

W pozycji nr 3 w/w pakietu Zamawiający wymaga łącznik typu „T”. Zestawy wkładów oferowane przez naszą firmę posiadają łącznik typu „Y”, który jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”.

Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści zestaw wkładów do systemu Medrad Solaris składający się z:

1x wkład o poj. 115 ml

1x wkłady o pojemności 65 ml

1x łącznik niskiego ciśnienia o dł. 250 cm z trójnikiem typu „Y” z zastawką antyzwrotną

1x złącze szybkiego napełniania „J”

2x ostrze typu spike?

Zestawy w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Spectris Solaris.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zarzisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3

Czy w Pozycji 4 Pakietu 3 w/w postępowania Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na przeznaczony do zastosowania z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego, Optistar Elite i w pełni z nim kompatybilny, atestowany przez producenta, wolny od ftalanów, sterylny, zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, w skład którego wchodzi takie elementy, jak:

- 2 wkłady o pojemności 60 ml do wypełnienia kontrastem
- łącznik niskociśnieniowy o długości 250 cm, z trójnikiem typu Y z jedną zastawką wstrzymującą, wyposażonym w dwa różnej długości ramiona: +/- 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
- 2 ostrza typu Spike (long/short)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 4 wyżej opisane wkłady do wstrzykiwaczy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
Mgr Małgorzata Tobiś
(2)