



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 18/ 98 /2018

Wrocław, dnia 14.02.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu laparoskopowego - worek do ewakuacji w zabiegach laparoskopowych”

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie worka do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych o pojemności 190 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych o pojemności 190 ml z zastrzeżeniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Samosprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych o pojemności 270ml pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje worków do ewakuacji zgodnych z opisem SIWZ, tzn. 200ml o wymiarach worka 85 mm x 185 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki do ewakuacji wyspecyfikowane w zapytaniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)