



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -4/110 /2018

Wrocław, dnia 19.02.2018r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku II**” - Znak sprawy: Szp/FZ-4/2018

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 1, 2:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy – w wysokości **0,5%** wartości brutto dostarczonej z opóźnieniem partii towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie partii towaru;**
 - 2) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji towaru określonego w pakiecie lub nie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie - w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru określonego w pakiecie, której dotyczy opóźnienia za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania rurek najwyższej jakości o następujących parametrach:

- 1) rurka wykonana z termoplastycznego tworzywa PCV
- 2) atraumatyczne zakończenie, nitka radiacyjna wzdłuż całej długości rurki
- 3) mankiet niskociśnieniowy, niebieski balon kontrolny
- 4) oznaczenie rozmiaru na kołnierzu
- 5) łącznik obrotowy 15mm
- 6) w zestawie: 2 elastyczne kamiule wewnętrzne z zakończeniami oznaczonymi kodem barwnym (≥ rozmiar 6), miękka opaska szyjna, narzędzie do wprowadzania (obturator) (≥ rozmiar 6), żel nawilżający rozpuszczalny w wodzie, saszetka 3g,
- 7) opakowanie folia-papier
- 8) nie zawiera lateksu
- 9) sterylna, jednorazowego użytku
- 10) dostępna w rozmiarach 3,5-10 co 0,5
- 11) opakowanie handlowe 5szt./rozmiar

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 zaoferowanie wyżej opisanych rurek tracheostomijnych pod warunkiem zachowania możliwości regulacji położenia kołnierza rurki.

Pytanie nr 3 Dotyczy pakiet 6 - Prowadnica poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnych prowadnic do rurek intubacyjnych jednorazowego użycia, o gładkiej, atraumatycznej końcówce, pokrytych śliską powłoką. Prowadnice dostępne w trzech rozmiarach lecz dedykowane do użycia z rurkami, odpowiednio 2,5-4mm, 4,5-6,6mm, 6-10mm. Opak.handl=20szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 zaoferowanie sterylnych prowadnic do rurek intubacyjnych jednorazowego użycia, o gładkiej, atraumatycznej końcówce, pokrytych śliską powłoką. Prowadnice dostępne w trzech rozmiarach lecz dedykowane do użycia z rurkami, odpowiednio 2,5-4mm, 4,5-6,6mm, 6-10mm. Opak.handl=20szt.

Pytanie nr 4 Dotyczy pakiet 6 - Prowadnica poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnych prowadnic do wprowadzania i wymiany rurek intubacyjnych z kanałem do wentylacji o dużym świetle, koniec prosty, w zestawie: Łącznik Luer-lock, Silikonowy stożek, Standardowy łącznik 15 mm. Zestaw jednorazowego użycia. Dostępny w rozmiarach do wyboru: 2,5 (ID 1.4, OD 2.6, dł. 700mm) i 6 (ID 3.2, OD 5.0, dł. 830mm). Opak.handl.=1szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5 Dotyczy wzoru umowy

Ad § 9 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,2% wartości brutto dostarczonej z opóźnieniem partii towaru za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)