



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 22/ 2018/207/ 2018

Wrocław, dnia 16.03.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa lasera urologicznego z osprzętem do małoinwazyjnej diagnostyki i kruszenia kamieni w układzie moczowym*”

Pytanie nr 1 dotyczące lasera urologicznego z osprzętem do małoinwazyjnej diagnostyki i kruszenia kamieni w układzie moczowym:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmodyfikuje parametry graniczne i dopuści urządzenie laserowe do zabiegów urologicznych

o następujących parametrach:

- Z trzema fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami i regulacją długości impulsu, co daje wielość kombinacji ustawień;
- Z regulacją impulsu w zakresie 150 – 800 μ s, co minimalizuje ryzyko retropulsji;
- Z możliwością dwudziestokrotnego użycia włókna wielorazowego;
- Sterowanego nożnym pedałem połączonym z urządzeniem kablem;
- Z zieloną wiązką naprowadzającą o mocy do 300 μ W;
- Współpracujące z włóknami o następujących średnicach:
 - 273 μ m
 - 365 μ m
 - 550 μ m
 - 940 μ m
- Włókna 273 μ m i 365 μ m o mocy końcowej odpowiednio 15 W i 20 W, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia włókna, a tym samym ryzyko uszkodzenia endoskopu;

Pozostałe parametry bez zmian

Wynoszące:

- w 3 sztuki włókna wielorazowego tego samego producenta o średnicy 365 μ m;

- w koszyk typu parasolka o średnicy 2,8 Fr i długości 145 cm, 1 szt;
- oraz w koszyk o średnicy 1,7 i długości 115 cm, 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWIĄZNIENIA DYREKTORA
Zimna DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

Tabela
Pracownik