



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 16/ 256 /2018

Wrocław, dnia 05.04.2018 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa materiałów do badań diagnostycznych*”

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską zaistniałą w informacji nr 1 dla Wykonawców z dnia 30.03.2018 r. w następujący sposób:

Pytanie nr 1 - Dot. zapisów SIWZ rozdz. III pkt. 4 oraz zapisów we wzorze umowy par. 3 pkt. 1

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 m-cy liczonym od daty dostawy. Nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, co wynika ze specyfikacji odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 2 pakietu nr 4). W związku tym, prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 m-cy od daty produkcji (dot. poz. 2 pakiet 4). Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień częściowych w terminie do 5 dni) bez zbędnego składowania produktów.

Odpowiedź:

JEST: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 2 pozycja nr 4 dostarczenie przedmiot zamówienia z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy.

POWINNO BYĆ: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 4 pozycja nr 2 dostarczenie przedmiot zamówienia z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na testy paskowe i kompatybilny glukometr, którego czas pomiaru od naniesienia próbki krwi do wyświetlenia wyniku wynosi ok 6 s? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej uzasadnienie merytoryczne. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie oferty na konkurencyjny system pomiarowy w stos. do On Call Advanced, wygeneruje wymierne oszczędności finansowe w budżecie Zamawiającego.

Odpowiedź:

JEST: Zamawiający dopuszcza testy paskowe i kompatybilny glukometr, którego czas pomiaru od naniesienia próbki krwi do wyświetlenia wyniku wynosi 6 sekund.

POWINNO BYĆ: Zamawiający dopuszcza testy paskowe i kompatybilny glukometr, którego czas pomiaru od naniesienia próbki krwi do wyświetlenia wyniku wynosi 6 sekund, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system pomiarowy (paski + glukometr) do wykonania pomiaru potrzebowała nie więcej niż 0,6 mg/dL próbki krwi ?

Odpowiedź:

JEST: Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany system pomiarowy do wykonania pomiaru potrzebował nie więcej niż 0,6 mg/dl próbki krwi.

POWINNO BYĆ: Zamawiający dopuszcza aby zaoferowany system pomiarowy do wykonania pomiaru potrzebował nie więcej niż 0,6 mg/dl próbki krwi z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk