



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 14/ 279 /2018

Wrocław, dnia 17.04.2018 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „*Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający, dla zapewnienia wymogu większej konkurencyjności dopuści możliwość wydzielenia z **Pakietu nr 1 poz. 1-5**? Prośbę swą motywujemy faktem, iż implanty z pozycji 1-5 stosowane są przy złamaniach kości udowej, natomiast implanty z pozycji 6-8 stosowane są stosunkowo rzadko (na co wskazują ilości) w urazach nie związanych z ww.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180-280 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 16 mm, w części dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 11 mm. Śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 4,5 mm, o długościach 25-90mm z przeskokiem co 2mm,. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 pkt. 1 implanty o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 300-480mm, o kątach 125, 130, 135st. Gwóźdź o grubości 16mm, w części dalszej grubość: 10,11,12,13 mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 11mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 4,5mm, o długościach 25-90mm z przeskokiem co 2 mm. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 1 pkt. 2 implanty o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści możliwość zaferowania:

Poz. 1 Tytanowe płytki do zespołów złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe. Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. Płyty o grubości 1,8 mm. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni.

Poz. 2 Śruba blokowana tytanowa \varnothing 2,7 mm, dł. 10-40 mm

Poz. 3 Śruba blokowana tytanowa \varnothing 2,4 mm, dł. 10-40 mm

Poz. 3 Śruba korowa tytanowa \varnothing 2,4 mm, dł. 10-40 mm

Poz. 5 Śruba korowa tytanowa \varnothing 2,7 mm, dł. 10-70 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 8 implanty o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czaszy bipolarnej w rozmiarach 42mm-58mm, ze skokiem co 1mm, spełniającej pozostałe wymogi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 23 poz. 1 czaszę bipolarną w rozmiarach 42mm-58mm, ze skokiem co 1mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie głów 28 do czaszy bipolarnej w 7 długościach szyjki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 23 poz. 2 głów 28 mm w 7 długościach szyjki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie trzpienia w 5 rozmiarach i 3 offsetach (38mm, 45mm, 50mm) + trzpień do bioder dysplastycznych, spełniającego pozostałe wymogi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 23 poz. 3 trzpienia w 5 rozmiarach i 3 offsetach (38mm, 45mm, 50mm) + trzpień do bioder dysplastycznych. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie uniwersalnego korka kanałowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 23 poz. 4 uniwersalnego korka kanałowego. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cementu kostnego niskiej lepkości, nie wymagającego zastosowania mieszalnika próżniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów / Administracji
*mgr inż. **Madwiga Raziuk***