



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Znak postępowania: Szp/FZ – 31/2018

Wrocław, dn. 16.02.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
na usługę pod nazwą

**ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU TECHNICZNEGO APARATÓW I URZĄDZEŃ
MEDYCZNYCH PRODUKCJI FIRMY OLYMPUS**

RADCA PRAWNY

.....
Krystyna Michalska

Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

.....
Zatwierdzam

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres strony internetowej <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 221 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze.zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477),
 - 4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze.zm.),
 - 5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 ze zm.),
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów medycznych produkcji firmy *Olympus*, zwanych dalej „sprzętem medycznym”.

2. Szczegółowe zestawienie sprzętu medycznego podlegającego usłudze serwisu technicznego zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz sprzętu może ulec zmianie w przypadku wycofania sprzętu medycznego z użytku przez Zamawiającego.
3. Pod pojęciem „Serwisu technicznego” Zamawiający rozumie utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu medycznego objętego niniejszym zamówieniem tj.: przeprowadzanie pogwarancyjnych przeglądów okresowych oraz kontrolę stanu technicznego wraz z niezbędnymi naprawami. Szczegółowy wykaz czynności serwisowych stanowiących przegląd techniczny zawiera załącznik nr 6.1 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów technicznych,
 - 2) naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,
 - 3) udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy,
 - 4) prowadzenia paszportów technicznych sprzętu objętego umową,
 - 5) wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych,
 - 6) udzielania konsultacji telefonicznych dotyczących funkcjonowania sprzętu medycznego objętego niniejszym postępowaniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30.
5. Serwis techniczny musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę do wykonywania tych czynności, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.
6. Naprawa sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 6 jako „Urządzenia peryferyjne” odbywać się będzie po zatwierdzeniu kalkulacji kosztów przez Zamawiającego.
7. Czynności serwisu technicznego Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.
8. Wszystkie części zamienne, stosowane przy serwisowaniu sprzętu medycznego objętego przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać specyfikacji producenta.
9. W przypadku czasowego wyłączenia sprzętu medycznego z użytkowania, do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”
10. Zgłoszenia awarii sprzętu przekazywane będą w formie telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem fax-u przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. Dopuszczalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii wynosi 36 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia, podjęcia decyzji o przekazaniu sprzętu medycznego do serwisu Wykonawcy - w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy.
12. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji udzielonej przez producenta.
13. Kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
18. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). Usługa serwisowa może być wykonywana tylko i wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje oraz uprawnienia do serwisowania sprzętu medycznego firmy Olympus. Usługa będzie odbywać się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. W związku z

powyższym do wykonania usługi serwisowej nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. W celu wykazania wstępnego braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.
4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń wymienionych w tabeli:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) uPzp	
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	Nazwa (rodzaj) dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku składane <u>na wezwanie</u> Zamawiającego
A	<p>W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp</p> <p>odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji</p>
<p><i>W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.</i></p>	
B	
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) uPzp	
1)	zdolność techniczna
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaze, że dysponuje co	wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

	<p>najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadając kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.</p>	<p>szczegółności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;</p> <p>Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu czynności serwisowych posiadają aktualne uprawnienia świadczące o autoryzacji przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na wykonywanie usług serwisowych objętych niniejszym zamówieniem.</p>
2)	<u>zdolność zawodowa</u>	
	<p>Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi serwisowe sprzętu medycznego na kwotę brutto nie mniejszą niż 150 000,00 PLN</p>	<p>wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p>

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

6. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

7. OFERTA WSPÓLNA:

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

8. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE:

- 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;
- 3) Dokument, o którym mowa w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU:

- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie w formie pisemnej, które określa:
 - a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
- 2) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby, Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.
- 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5.

10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:

- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców, o ile są mu znani.
- 11. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Jeżeli przywołana w ust. 8 zmiana prowadzi do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
10. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 8 niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w ust. 7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
11. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73A
z dopiskiem: **Szp/FZ – 31/2018**
12. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane drogą elektroniczną na adres zp@wssk.wroc.pl, a faksem na nr (71) 32 70 425.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jacek Banaszak, tel.: 71/32 70 591

14. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców.

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ IX

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo-cenowym sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę zgodnie z ust. 5 niniejszego Rozdziału (jeśli dotyczy);
 - 4) deklarację podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem w jakiej części je udostępni (jeżeli dotyczy);
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
13. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny.
14. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
15. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
16. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
17. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
20. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

<p>nazwa i adres Wykonawcy</p> <p style="text-align: center;">OFERTA PRZETARGOWA</p> <p style="text-align: center;">ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU TECHNICZNEGO</p> <p style="text-align: center;">APARATÓW I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH PRODUKCJI</p> <p style="text-align: center;">FIRMY OLYMPUS</p> <p style="text-align: center;">Szp/FZ – 31/2018</p> <p style="text-align: center;">Uwaga:</p> <p style="text-align: center;">Nie otwierać przed dniem r. godz.</p> <p style="text-align: center;">Oferta zawiera kart – ilość kart zastrzeżonych</p>

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
22. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
23. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
24. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
25. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ X

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny **09:00 do dnia 27.04.2018 r.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.04.2018 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych poda:
 - 1) nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
 - 2) informacje dotyczące ceny, terminu rozpatrzenia reklamacji,
8. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://wssk.wroc.pl/> informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 2) ceny, terminu rozpatrzenia reklamacji

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	60%
2	Termin zakończenia naprawy	40%
OGÓLEM:		100 %

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – Cena (C):

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(C_{\min} : C_n) \times 60$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych

C_n - cena ogółem brutto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Kryterium 2 - Termin zakończenia naprawy (T):

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(T_{\min} : T_n) \times 40$

gdzie:

T_{\min} – termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych

T_n – termin ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin zakończenia naprawy.

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryterium, o którym mowa w ust. 1, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.

ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV**WZÓR UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XVI**ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1 – formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu medycznego podlegającego usłudze serwisu technicznego

Załącznik nr 6.1 – szczegółowy wykaz czynności serwisowych stanowiących przegląd techniczny

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba Wykonawcy*) <i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miescowość:</i>
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy	
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i> <i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miescowość:</i>
NIP	
REGON	
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	<i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miescowość:</i>
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	e- mail:								
	fax:								
	tel.:								
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA									
<p>Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:</p> <p style="text-align: center;">ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU TECHNICZNEGO APARATÓW I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH PRODUKCJI FIRMY OLYMPUS</p> <p style="text-align: center;">dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>									
III. CENA									
<p><i>Szacunkowa łączna wartość zamówienia wynosi</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena netto</td> <td>zł</td> </tr> <tr> <td>Podatek VAT % =</td> <td>zł</td> </tr> <tr> <td>Cena brutto</td> <td>zł</td> </tr> <tr> <td>Słownie:</td> <td></td> </tr> </table>		Cena netto	zł	Podatek VAT % =	zł	Cena brutto	zł	Słownie:	
Cena netto	zł								
Podatek VAT % =	zł								
Cena brutto	zł								
Słownie:									
IV. KRYTERIA *)									
<p>Zobowiązuję się zakończenia naprawy w terminie dni roboczych od momentu zgłoszenia jej przez Zamawiającego.</p> <p><i>Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje maksymalny termin zakończenia naprawy tj. 20 dni roboczych .</i></p>									
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:									
<p>Oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia; uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 									
VI. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA									
<p>W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy : <ol style="list-style-type: none"> e-mail:tel./fax: e-mail:tel./fax: 									
VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)									
<p>Usługi objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać <u>samodzielnie/wykonać przy</u></p>									

udziale podwykonawców*)

**) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie
- 3)w zakresie

*) *wybrać odpowiednio*

**) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

VIII. PODMIOT, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić, jeżeli dotyczy)

1. Przy realizacji niniejszego zamówienia **będę/nie będę*)** polegał na zasobach innych podmiotów

2. **) Informacje dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie
- 3)w zakresie

*) *wybrać odpowiednio*

**) *wypełnić w przypadku powołania się na zasoby wraz z określeniem ich zakresu*

IX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.....
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

.....
.....

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

.....
(podpis i pieczętka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Formularz asymentowo-cenowy

Lp.	Nazwa	Model	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	cena za 1 miesiąc netto	VAT %	cena za 1 miesiąc brutto	cena za 36 miesięcy netto	kwota VAT za 36 miesięcy	cena za 36 miesięcy brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A*) Endoskopy										
1	Wideooduodnoskop	TJF-145	2701345	08_064_002						
2	Videogastroskop	GIF-Q180	2001380	08_066_016						
3	Videogastroskop	GIF-Q165	2702774	08_066_013						
4	Videogastroskop	GIF-Q165	2629804	08_066_025						
5	Videogastroskop	GIF-Q165	2629796	08_066_023						
6	Videogastroskop	GIF-Q165	2629799	08_066_024						
7	Videogastroskop	GIF-H185	2622315	08_066_029						
8	Videogastroskop	GIF-H185	2622318	08_066_030						
9	Videokolonoskop	CF-Q165I	2604029	08_168_011						
10	Videooduodnoskop	TJF-145	2612110	08_064_005						
11	Videogastroskop	GIF-H185	2622301	08_066_028						
12	Videogastroskop	GIF-H185	2622312	08_066_027						
13	Videogastroskop	GIF-XP180N	2201141	08_066_019						
14	Videokolonoskop	CF-Q185I	2510754	08_168_009						
15	Videokolonoskop	CF-Q185I	2610860	08_168_010						
16	Videokolonoskop	PCF-Q180AL	2200127	08_168_006						
17	Videokolonoskop	CF-H185L	2721110	08_168_013						
18	Videokolonoskop	CF-H185L	2721111	08_168_014						
19	Videokolonoskop	CF-H185L	2721113	08_168_012						
20	Videogastr.ultrason.	GF-UCT180	1110379	08_066_017						

Lp.	Nazwa	Model	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	cena za 1 miesiąc netto	VAT %	cena za 1 miesiąc brutto	cena za 36 miesięcy netto	kwota VAT za 36 miesięcy	cena za 36 miesięcy brutto
B**) Urządzenia periferyjne										
17	Videogastroskop	GIF-N180	2700756	08_066_012						
18	Pompa	OFF-2	21130277	08_360_004						
19	Pompa	OFF-2	21126912	08_360_003						
20	Źródło światła	CLV-190	7456436	08_275_007						
21	Procesor wideo	CV - 190	7408465	08_275_007						
22	Monitor	NDS	14-238931	08_275_007						
23	Wózek	WM-NP2	21418317	08_275_007						
24	Procesor wideo	CV - 160	7413644	08_067_002a						
25	Źródło światła	CLV-160	7331271	08_067_002a						
26	Monitor	OEV-203	A311320	08_067_002a						
27	Źródło światła	CLK-4	7168506	08_275_004						
28	Źródło światła	CLH-250	7600440	08_224_001						
29	Procesor wideo	CV-180	7779630	08_275_002						
30	Wózek	WM-N60	317761	08_067_002a						
31	Źródło światła	CLV-180	7708934	08_275_002						
32	Monitor LCD	OEV191	7728086	08_275_002						
33	Wózek	WM-NP1	2710464	08_275_002						
34	Procesor wideo	CV - 190	7620733	08_275_005						
35	Źródło światła	CLV-190	7668014	08_275_005						
36	Procesor wideo	CV - 190	7409629	08_275_009						
37	Źródło światła	CLV-190	7558368	08_275_009						
					0,00					
Razem za okres umowy:										

UWAGA: Sprzęt medyczny określony w pkt 7, 8, 11, 12, 17, 18 i 19 objęty jest gwarancją do dn. 26.01.2019 r.

(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA – WZÓR

W dniu we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

.....
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

.....
reprezentowanym

przez:.....

zwanym dalej „Wykonawca” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 31/2018) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów medycznych produkcji firmy Olympus wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, zwanych dalej „sprzętem medycznym” zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzęt medyczny objęty niniejszą umową, przeprowadzania pogwarancyjnych przeglądów okresowych oraz kontroli stanu technicznego wraz z wymaganą przez producenta wymianą części i zestawów serwisowych tj.:
 - 1) wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów technicznych,
 - 2) naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta,
 - 3) udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy,
 - 4) prowadzenia paszportów technicznych sprzętu objętego umową,
 - 5) wystawiania raportów serwisowych i opinii technicznych,
 - 6) udzielania konsultacji telefonicznych dotyczących funkcjonowania sprzętu medycznego objętego niniejszym postępowaniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30.
2. Szczegółowy wykaz czynności serwisowych stanowiących przegląd techniczny zawiera załącznik nr 3 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć naprawę sprzętu medycznego w terminie.....dni roboczych.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ofertą przetargową.
2. Na czas przeglądu Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy sprzęt medyczny objęty niniejszą umową oraz zapewni pomieszczenie, w którym przegląd może być wykonany.

3. W przypadku konieczności wykonania czynności serwisowych, których przeprowadzenie zgodnie z zaleceniami producenta możliwe jest tylko w siedzibie autoryzowanego serwisu, Zamawiający zobowiązuje się do przekazania sprzętu medycznego do siedziby Wykonawcy na jego koszt.

§ 4

CZYNNOŚCI SERWISOWE

1. Czynności serwisowe, o których mowa w § 2 niniejszej umowy będą dokumentowane każdorazowo w raporcie technicznym wystawionym przez Wykonawcę.
2. Raport techniczny musi być podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych przy użyciu narzędzi i materiałów stanowiących własność Wykonawcy.
4. Wszystkie części zamienne, zastosowane przy serwisowaniu sprzętu objętego niniejszą umową muszą odpowiadać specyfikacji producenta.

§ 5

ZGŁASZANIE USTEREK I AWARII

1. Zgłoszenia usterek i awarii przyjmowane będą we wszystkie robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 16:00 za pośrednictwem telefonu, faksu i e-maila w siedzibie Wykonawcy tel.faks..... e-mail:
2. Do zgłaszania usterek i awarii ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
 - 1) Krzysztof Szymczak: tel. 71/32 70 566; e-mail szymczak@wssk.wroc.pl
 - 2) Bogdan Bartosiak: tel. 71/32 70 569; e-mail bartosiak@wssk.wroc.pl
 - 3) Przemysław Pisching tel. 71/32 70 247; e-mail pisching@wssk.wroc.pl
3. Czas reakcji serwisu wynosi 36 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia, podjęcia decyzji o przekazaniu sprzętu medycznego do serwisu Wykonawcy - w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy.

§ 6

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz przyjmowania raportów technicznych upoważnieni są:

- 1) ze strony Wykonawcy- tel., e-mail:
- 2) ze strony Zamawiającego - Krzysztof Szymczak tel. 71/32 70 566; e-mail szymczak@wssk.wroc.pl lub Bogdan Bartosiak: tel. 71/32 70 569; e-mail bartosiak@wssk.wroc.pl

§ 7

TERMIN UMOWY

Umowa została zawarta na czas określony na okres 36 miesięcy od dnia podpisania do dnia2018 r.

§ 8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości:

.....zł netto

(słownie:.....).

.....zł brutto

(słownie).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłacane będzie w ratach miesięcznych w wysokości:

.....zł netto
(słownie:.....).
.....zł brutto
(słownie

3. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT, do której zostanie dołączone oświadczenie Zamawiającego, że usługa została zrealizowana należycie, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za datę zapłaty Zamawiający przyjmuje datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku wycofania przez Zamawiającego sprzętu z użytku, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ulegnie zmniejszeniu o koszt usługi serwisowej wycofanego sprzętu medycznego.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto,
 - 2) za przekroczenie terminu naprawy sprzętu medycznego o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia,
2. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu .
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

..... w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,

- 2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT kwota netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie tylko stawka podatku VAT aktualna na dzień wystawienia faktury VAT,
- 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
- 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
- 5) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej umowy, spowodowanego wycofaniem przez Zamawiającego sprzętu medycznego z użytku. Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość odpowiadającą cenie serwisu technicznego wycofanego sprzętu.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Zestawienie sprzętu medycznego podlegającego usłudze serwisu technicznego

Załącznik nr 3 - Zestawienie czynności serwisowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę

Dane Wykonawcy	Odpowiedź
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi serwisu technicznego aparatów i urządzeń medycznych produkcji firmy Olympus	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp	
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze	Art.[.....] ustawy Pzp <i>(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).</i> Uzasadnienie: [.....]
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu	
Oświadczam, że: spełniam warunki określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu	
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach innych podmiotów	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeżeli Tak wypełnić Informacje dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca</i>

Informacje dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca	
Nazwa i adres	[.....]
Wskazać odpowiedni zakres	[.....] [.....]
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje	
Oświadczam, że podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy	
Podwykonawstwo:	
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>(jeżeli TAK , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców)</i>
Nazwa i adres	[.....] [.....]
Oświadczam, że: podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia	
Oświadczenie dotyczące podanych informacji	
Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.	
....., dnia	
<i>(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)</i>	

.....
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dotyczy wykonania usługi serwisu technicznego aparatów i urządzeń medycznych produkcji firmy Olympus

Wykaz osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres uprawnień do serwisowania urządzeń medycznych	Doświadczenie (staż pracy)
1			
2			
3			
4			

....., dnia

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
na świadczenie usługi serwisu technicznego aparatów
i urządzeń medycznych produkcji firmy Olympus
Nr sprawy Szp/FZ – 31/2018

.....
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

WYKAZ USŁUG

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

**ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU TECHNICZNEGO APARATÓW I URZĄDZEŃ
MEDYCZNYCH PRODUKCJI FIRMY OLYMPUS**

Lp.	Nazwa podmiotu i miejsce wykonania usług (samodzielnie lub przez podmiot udostępniający doświadczenie)	Rodzaj zamówienia wraz zakresem rzeczowym	Czas realizacji (należy podać daty)		Wartość brutto usługi
			początek	koniec	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO PODLEGAJĄCEGO USŁUDZE
SERWISU TECHNICZNEGO**

Lp.	Nazwa	Model	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	Lokalizacja
A*) Endoskopy					
1	Wideoduodenoskop	TJF-145	2701345	008-0064-00002	
2	Videogastroskop	GIF-Q165	2702774	008-0066-00013	
3	Videogastroskop	GIF-Q180	2001380	008-0066-00016	
4	Videogastroskop	GIF-XP180N	2201141	008-0066-00019	
5	Videokolonoskop	PCF-Q180AL	2200127	008-0168-00006	
6	Videogastr.ultrason.	GF-UCT180	1110379	008-0066-00017	
7	Videokolonoskop	CF-H185I	2510754	008-0168-00009	
8	Videokolonoskop	CF-H185I	2610860	008-0168-00010	
9	Videokolonoskop	CF-Q165I	2604029	008-0168-00011	
10	Videogastroskop	GIF-Q165	2629796	008-0066-00023	
11	Videogastroskop	GIF-Q165	2629804	008-0066-00025	
12	Videogastroskop	GIF-Q165	2629799	008-0066-00024	
13	Wideoduodenoskop	TJF-145	2612110	008-0064-00005	
14	Videogastroskop	GIF-H185	2622318	008-0066-00030	
15	Videogastroskop	GIF-H185	2622315	008-0066-00029	
16	Videokolonoskop	CF-H185L	2721110	008-0168-00013	
17	Videokolonoskop	CF-H185L	2721111	008-0168-00014	
18	Gastroskop wideo	GIF-H185	2622301	008-0066-00028	
19	Videogastroskop	GIF-H185	2622312	008-0066-00027	
20	Videokolonoskop	CF-H185L	2721113	008-0168-00012	
B**) Urządzenia peryferyjne					
21	Pompa	OFP-2	21130277	008-0360-00004	Pracownia Endoskopii
22	Pompa	OFP-2	21126912	008-0360-00003	Pracownia Endoskopii
23	Gastroskop Video	GIF-N180	2700756	008-0066-00012	Pediatria
24	Źródło światła	CLV-190	7456443	008-0275-00007	Pediatria
25	Procesor wideo	CV-190	7408465	008-0275-00007	Pediatria
26	Monitor	Monitor NDS	14-238931	008-0275-00007	Pediatria
27	Wózek	WM-NP2	21418317	008-0275-00007	Pediatria
28	Źródło światła	CLV-160	7331271	08 067 002a	Pediatria
29	Monitor	OEV203	A311320	08 067 002a	Pediatria
30	Procesor wideo	CV-160	7413644	08 067 002a	Pediatria
31	Wózek	WM-N60	317761	08 067 002a	Pediatria
32	Źródło światła	CLH-250	7600440	08 224 001	Ginekologiczno-Położniczy
33	Źródło światła	CLK-4	7168506	08 272 004	IT
34	Monitor LCD	OEV191	7728086	08 275 002	Pracownia Endoskopii
35	Procesor wideo	CV-180	7779630	08 275 002	Pracownia Endoskopii
36	Źródło światła	CLV-180	7708934	08 275 002	Pracownia Endoskopii
37	Wózek	WM-NP1	2710464	08 275 002	Pracownia Endoskopii
38	Procesor wideo	CV-190	7620733	08 275 005	Pracownia Endoskopii
39	Źródło światła	CLV-190	7668014	08 275 005	Pracownia Endoskopii
40	Procesor wideo	CV-190	7409629	008-0275-00009	Pracownia Endoskopii
41	Źródło światła	CLV-190	7558368	008-0275-00009	Pracownia Endoskopii

A*) Usługa serwisu technicznego sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 jako „Endoskopy” polega na utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej przez cały czas trwania umowy, a w szczególności na wykonaniu przeglądów okresowych, napraw w pełnym zakresie oraz zapewnieniu dostępu do urządzeń zastępczych. Umowa obejmuje przeprowadzenie jednej naprawy każdego endoskopu,

wynikającej z uszkodzeń mechanicznych w okresie trwania roku rozliczeniowego. Pozostałe naprawy każdego endoskopu będą odpłatne po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.

B)** Usługa serwisu technicznego sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 jako „Urządzenia peryferyjne”, polega na wykonaniu niezbędnych, zgodnych z wymaganiami producenta i właściwymi przepisami, przeglądów okresowych. W przypadku zgłoszenia awarii do Wykonawcy należy przeprowadzenie diagnostyki sprzętu i sporządzenie kosztorysu. Naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie ekspertyz i kosztorysów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
STANOWIĄCYCH PRZEGLĄD TECHNICZNY**

1. Przeгляд endoskopu:

1. Wykonanie testu szczelności.
2. Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD).
3. Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu.
4. Kontrola działania przycisków sterujących.
5. Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania.
6. Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS.
7. Kontrola luzów i zakresu odchylenia końcówki dystalnej.
8. Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej.
9. Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu.
10. Kontrola wydajności systemu oświetlającego.
11. Kontrola wnętrza wtyczki endoskopu.

Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu testerem MPE wraz z dokumentem potwierdzającym sprawność urządzenia i zawierającym wyniki testu.

Przeгляд endoskopu przed upływem kolejnych 12 miesięcy od daty wykonania ostatniego testu MPE:

1. Czynności wykonywane określone jw.
2. Wykonanie komputerowego testu szczelności.
3. Wykonanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego.
4. Wykonanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu.
5. Komputerowy pomiar wydajności systemu oświetlającego.

2. Przeгляд urządzenia peryferyjnego:

1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (tester SECUTEST).
2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego.
3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego.
4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia.
5. Sprawdzenie działania kontrolki i lampek sygnalizacyjnych.
6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji.
7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia.
8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia.
9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia.
10. Regulacja elementów mechanicznych.
11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych.