

Wrocław, dnia 25.04.2018 r.

Szp/FZ – 10/ONKO/ 305 /2018

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa licencji do systemu monitorowania i archiwizacji dawki promieniowania jonizującego wraz z wdrożeniem i prawem do opieki serwisowej”.

### Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga by dostarczana licencja oprogramowania była kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego systemami PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp z o.o. oraz HIS AMMS v.5.29.2.00 firmy Asseco Sp. z o.o.

Czy związek z tym Zamawiający wymaga integracji z systemem PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp z o.o. oraz systemem HIS AMMS v.5.29.2.00 firmy Asseco Sp. z o.o. przy dostawie czy wymaga tylko kompatybilności z wyżej wymienionymi systemami? Jeśli Zamawiający wymaga integracji, po czyjej stronie będą koszty z nią związane Zamawiającego czy Wykonawcy? Integracja z systemem PACS może spowodować istotny wzrost ceny dla Zamawiającego przy ograniczonej możliwości wykorzystania tej integracji w praktyce.

**Odpowiedź:** Celem Zamawiającego jest uzyskanie dodatkowej licencji, która umożliwi automatyczne przesyłanie danych dotyczących dawek, danych pacjenta, numerów dostępowych badania oraz opisu wykonywanej procedury, aby mieć możliwość jednoznacznego stwierdzenia, w którym badaniu narażono pacjenta na ryzyko powikłań w związku z ekspozycją na promieniowanie. Integracja z systemami PACS oraz HIS nie jest wymagana jeśli nie jest potrzebna do prawidłowego przesyłania danych ze wskazanego aparatu.

### Pytanie 2:

Z uwagi na fakt, iż w ramach ogłoszonego postępowania zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązania równoważnego zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert np. o 2 tygodnie oraz możliwość skierowania pytań podlegających odpowiedzi Zamawiającego po upływającym formalnie w dniu dzisiejszym terminie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższych informacji.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jolanta Raziuk*

Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0086/16

Nazwa projektu: „Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! – budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.