



Wrocław, dnia 14.05.2018 r.

Szp/FZ – 19/ONKO/BC/2018

## INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, korzystając z uprawnień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej uPzp - jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: „Dostawa mammografu”.

dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, XII. WYPOSAŻENIE DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ, pkt 109

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dwugłowicowy wkładowy wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej? Wymaganie przez Zamawiającego rozwiązania bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu stanowi dyskryminowanie produktów, jakimi są wkładowe wstrzykiwacze kontrastu.

*Wstrzykiwacze kontrastu firm takich, jak MEDTRON, BAYER (dawniej MEDRAD), NEMOTO czy MALLINCKRODT są obecne na rynku światowym od ponad 20 lat, a ich najnowsze modele są z powodzeniem wykorzystywane w najbardziej zaawansowanych badaniach wykonywanych na całym świecie, głównie ze względu na ich szerokie spektrum zastosowań diagnostycznych i pełną możliwość programowania przez Operatora podstawowych wartości iniekcji, takich jak prędkość przepływu oraz limit ciśnienia (co istotne, w zakresie o wiele szerszym, niż produkty z grupy pomp do podawania kontrastu), a dzięki temu mogą wykonać szereg badań, których wykonanie z użyciem pompy rolkowej byłoby niemożliwe.*

*Istotną rzeczą jest fakt, że na chwilę obecną zapisy specyfikacji mogą być spełnione przez wyrób tylko jednego producenta co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.*


*Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na przedstawienie konkurencyjnej oferty, co będzie skutkowało uzyskaniem najlepszej ceny przez Zamawiającego a jednocześnie wypełni jedną z głównych zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, która przejawia się w treści art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. tj.:*

*Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

### Pytanie nr 2

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?



*Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w dwie identyczne konsole z możliwością wprowadzania wszystkich parametrów iniekcji zarówno w pokoju badań jak i w sterowni?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

Jednocześnie korzystając z uprawnień art. 38 ust. 4a uPzp Zamawiający przekazuje zmianę treści SIWZ do postępowania pn.: „Dostawa mammografu” w zakresie terminu składania ofert.

ORozdział X SIWZ ust. 1 oraz ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00 do dnia 04.06.2018 r.*
- 5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2018 r. o godz. 10:00 w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *Jadwiga Raziuk*