



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 30/ 357 /2018

Wrocław, dnia 15.05.2018 r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: postępowania pn.: „*Dostawa nici chirurgicznych i produktów hemostatycznych*”

### Pytanie

Uprzejmie proszę o dopuszczenie

w pakiecie nr 3:

- poz.1 nici 6/0, 1/4 koła szpatułkę 300 mikronów podwójną fioletową, igła 8 mm, nitka 45 cm
- poz. 2 nici 7/0, 3/8 koła szpatułkę, 220 mikronów, podwójną, 6mm, nitka fioletowa 45 cm

w pakiecie nr 4:

- poz. 2 nitkę 75 cm, igłę z mikroostrzem o lepszych właściwościach penetracyjnych
- poz. 4 igłę z mikroostrzem o lepszych właściwościach penetracyjnych
- poz. 5 nitkę 75 cm, igłę podwójną czarną z mikroostrzem o lepszych właściwościach penetracyjnych
- poz. 6 igłę okrągłą
- poz. 7 igłę okrągłą
- poz. 8 igłę okrągłą lub okrągłą przyostrzoną
- poz. 9 igłę 19 mm odwrotnie tnącą, nitkę 75 cm
- poz. 10 igłę 20 mm
- poz. 13 igłę 30 mm okrągłą przyostrzoną
- poz. 17 nitki 90 cm

Proszę o wyłączenie poz. nr 14 do osobnego pakietu

w pakiecie nr 11:

Proszę o wyłączenie poz. 1 i 3 do osobnego pakietu np. 11 a.

w pakiecie nr 4:

- poz. 7 igłę 22 mm okrągłą przyostrzoną

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wnioskowanych zmian.**

**Pytanie nr 2**

Czy w pakiecie 1 pozycja 1 Zamawiający dopuści igły o dł. 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły o dł. 16mm z zastrzeżeniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pytanie nr 3**

Czy w pakiecie 2 pozycja 1 Zamawiający dopuści igły o przekroju 0,24, dł. 13mm, typ igły , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły o przekroju 0,24 dł. 13mm z zastrzeżeniem pozostałych parametrów bez zmian.**

Jednocześnie Zamawiający przekazuje zmianę treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert:

Rozdział X SIWZ ust. 1 oraz ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00 do dnia 23.05.2018 r.*
5. *Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:00 w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*