



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 14/ 367 /2018

Wrocław, dnia 17.05.2018 r.

INFORMACJA NR 8 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”

Pytanie nr 1 – Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów czaszy bipolarnej w rozmiarze 39 mm do 42 mm dla głów 22,2 mm oraz czaszy bipolarne w rozmiarze 43mm do 60 mm dla głów 28 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie Pakietu nr 23 poz. 1.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów głowy metalowej wykonanej ze stopu CoCrMo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie Pakietu nr 23 poz. 2.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów trzpień cementowy o następujących parametrach „Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140, 150, 155, 160, 165, 220 mm”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie Pakietu nr 23 poz. 3.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów koreka dokanałowego składającego się z 50% żelatyny, 30% gliceryny, 20% woda, 0,2% metyloparahydroksybenzoesan?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie Pakietu nr 23 poz. 4.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska