



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 2A/ 384 /2018

Wrocław, dnia 22.05.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa implantów ortopedycznych dla Zamiejscowego Bloku Operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści produkty o następujących parametrach:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trzpień rewizyjny bezcementowy, wykonany ze stopu tytanowego w 8 rozmiarach, konus 12/14				2					
2	Trzpień prosty, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 135°, w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające funkcję kołnierza.				2					
3	Trzpień rewizyjny CoCrMo cementowy w długościach od 155mm do 250mm i średnicach 10,12,14, konus 12/14				6					

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 implant o powyższej charakterystyce. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 5

Czy zamawiający zezwoli na dosyłanie instrumentarium i implantów na zabieg operacyjny po wcześniejszym powiadomieniu przedstawiciela firmy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie pakietu nr 2 poz. 5

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska