



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 05.06.2018r.

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

FZ/Spr-75/ 431 /2018

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli wykonanych z stali kwasoodpornej.

Znak spawy: FZ/Spr75/2018

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Poz. 1 - Szafa medyczna stojąca

1. Czy Zamawiający dopuści szafę, która w całości wykonana jest z blach ocynkowanych lakierowanych proszkowo farbą o właściwościach antybakteryjnych.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy medyczne stojące z uchwytyami w kształcie litery C wykonanymi ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy medyczne stojące, w których drzwi wyposażone są w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy medyczne stojące wyposażone w trwale zintegrowane, metalowe cokoły nośne wyposażone w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy medyczne stojące o wymiarach zewnętrznych dł. x szer. x wys. 1000 x 600 x 2100 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 - Regały stalowe, regały magazynowe

1. Prosimy o podanie ilości półek, które powinny posiadać regały.

Odpowiedz

Półki regulowane w ilości 5 szt.

Poz. 3 - Stoły robocze, stoły robocze na kółkach

1. Ile półek oprócz blatu powinny posiadać stoły robocze, stoły robocze na kółkach.

Odpowiedz

Bez półek tylko blat.

Poz. 5 - Stołki opatrunkowe z półką i galeryjką

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik opatrunkowy (wózek) wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku o przekroju okrągłym o średnicy 25 mm.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik opatrunkowy (wózek) wyposażony w kółka o średnicy 125 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza

Poz. 6 - Stołki opatrunkowe z półką

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik opatrunkowy (wózek) wyposażony w kółka o średnicy 125 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7 - Wózki do worków foliowych

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o wymiarach szer. x gł. x wys. 390 x 420 x 860 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki na kołach o średnicy 125 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8 – podesty operacyjne

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podesty, w których stopnie wykonane są z blachy antypoślizgowej.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podesty wymiarach szer. x gł. x wys. 500 x 300 x 200 lub 300 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza.

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej.

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk