



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -43/494 /2018

Wrocław, dnia 21.06.2018r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wkładów do wstrzykiwaczy**” - Znak sprawy: Szp/FZ-43/2018

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na oryginalne wkłady do strzykawki Optistar Elite o poniższych parametrach?

Nr katalogowy: 801800

Wielkość: strzykawka 60 ml oraz strzykawka 60 ml z rurką połączeniową dł 230 cm

Iniektory: Optistar™ LE

Zawartość: strzykawka 2 x 60 ml i rurka połączeniowa dł 230 cm

Opakowanie: 50 szt./pudełko

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na oryginalne wkłady do strzykawki Optistar Elite o parametrach opisanych powyżej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowy, sterylny, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, zestaw wkładowy do systemu Medrad Stellant CT dwugłowicowego, składający się z:

- 2 wkładów jednorazowych o pojemności 200 ml
- 1 złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm z jedną zastawką antyzwrotną i trójnikiem wyposażonym w dwa różnej długości ramiona: +/- 10 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 25 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
- 2 złączy szybkiego napełniania – łącznik rurkowy w kształcie litery „J”
- 1 ostrza typu „Spike”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jednorazowy, sterylny, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, zestaw wkładowy do systemu Medrad Stellant CT dwugłowicowego o składzie opisanym powyżej pod warunkiem, że będzie to zestaw w jednym opakowaniu łącznie.

Pytanie nr 3

Czy zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 Pzp, w Pozycji 3 Pakietu nr 1 Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na jednorazowy, sterylny, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta zestaw wkładów do systemu Medrad Solaris, w skład którego wchodzi elementy, jak:

- 1 x wkład o pojemności 65 ml
- 1 x wkład o pojemności 115 ml
- 1 x ostrze typu spike, duże, do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną
- 1 x ostrze typu spike, małe, do fiolki z kontrastem
- 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm, z jednym zaworem przeciwwrotnym i z trójnikiem o różnej długości ramion: +/- 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jednorazowy, sterylny, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta zestaw wkładów do systemu Medrad Solaris składający się z elementów opisanych powyżej pod warunkiem, że będzie to łącznik typu T.

Dotyczy Wzór umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 2 § 3 wzoru umowy (cyt.):

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczyć towar wraz z fakturą w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faxem lub drogą mailową. i nada mu proponowane brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczyć towar wraz z fakturą w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faxem lub drogą mailową. Dopuszcza się przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, w uzgodnionym formacie, w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji wzoru umowy w § 3 punkt 2 podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 4 § 3 wzoru umowy (cyt.):

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71/ 32 – 70 – 407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

i nada mu proponowane brzmienie:

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71/ 32 – 70 – 407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną. Dopuszcza się dostarczenie faktury drogą elektroniczną w programie stosowanym przez Wykonawcę, innym, niż KAMSOFT-TEKST czy DATA-FARM, umożliwiającym Zamawiającemu wprowadzenie towaru do systemu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w § 3 pkt. 4 i nadaje mu brzmienie:” Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71/ 32 70 407 lub z p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną „,

Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia minimalnych parametrów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk