



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -43/S00/2018

Wrocław, dnia 26.06.2018r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wkładów do wstrzykiwaczy” - Znak sprawy: Szp/FZ-43/2018

Pytanie nr 1 dot. Załącznika nr 1.1 – Pakiet 1 – Wkłady do wstrzykiwaczy

W pozycji nr 3 w/w pakietu Zamawiający wymaga łącznika typu „T”. Zestawy wkładów oferowane przez naszą firmę posiadają łącznik typu „Y”, który jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznaczących różnic w kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”.

Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści zestaw wkładów do systemu Medrad Solaris składający się z:

1x wkład o poj. 115 ml

1x wkłady o pojemności 65 ml

1x łącznik niskiego ciśnienia o dł. 250 cm z trójnikiem typu „Y” z zastawką antyzwrotną

1x złącze szybkiego napełniania „J”

2x ostrze typu spike?

Zestawy w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Spectris Solaris.

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na trójnik „Y”, to prosimy o merytoryczną odpowiedź, w czym taki trójnik jest gorszy od tego w kształcie litery „T” oraz dlaczego nie może być stosowany zamiennie? Wg. naszej oceny zapis ten jedynie ogranicza uczciwą konkurencję oraz jest niezgodny z zasadą równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem i nie dopuszcza zaoferowania wkładów posiadających łącznik typu Y.

Zastosowanie łącznika typu T powoduje zużycie faktycznej, potrzebnej ilości kontrastu. Przy wypełnianiu łącznika typu T zużycie kontrastu jest mniejsze co jest niezmiernie istotne przy badaniach, gdzie podaje się małe jego ilości np. 1,5 cm, 2 cm w szczególności przy badaniu małych dzieci.

Pytanie nr 2 dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy

Dot. par. 3 ust. 4

Z uwagi na ograniczenia systemowe prosimy o umożliwienie dostarczania faktur w formacie pdf.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk