



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -41/528/2018

Wrocław, dnia 02.07.2018r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa staplerów.” - **Znak sprawy: Szp/FZ-41/2018**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), pośredniej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,0 mm, po zamknięciu 1,75 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 1 zaoferowanie wyżej opisanego jednorazowego staplera liniowego z nożem.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm), pośredniej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,0 mm, po zamknięciu 1,75 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 2 zaoferowanie wyżej opisanego jednorazowego staplera liniowego z nożem.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 3 zaoferowanie wyżej opisanego jednorazowego staplera liniowego z nożem.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,75 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 4 zaoferowanie wyżej opisanego ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 5 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,75 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 5 zaoferowanie wyżej opisanego ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 6 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek? Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 6 zaoferowanie wyżej opisanego ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,0 mm? Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką ułatwiającą obsługę w warunkach mokrego pola operacyjnego. Rozmiary staplera: 21 , 25 ,28 i 32 mm. Stapler dostępny również w wersji długiej - endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przetykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 dostępne również w wersji krótkiej prostej. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,2 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,00 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 pozycja 1 zaoferowanie wyżej opisanego jednorazowego staplera okrężnego.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk