



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 40/ 576 /2018

Wrocław, dnia 23.07.2018 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń”

Pytanie nr 1 - Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczyk 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² oraz dolna część serwety wykonana z folii PE, odporności na przenikanie cieczy 50,47cmH₂O

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 - Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, odporności na przenikanie cieczy 50,47cmH₂O

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m²

1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 - Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² połączonego techniką zgrzewania na gorąco

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw wyspecyfikowany w zapytaniu z zastrzeżeniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 4 - Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby obłożenie spełniało wymogi normy AAMI PB70. Jest to norma amerykańska, której europejskim odpowiednikiem jest norma EN 20811 (badanie odporności na przenikanie cieczy), będąca jednym z parametrów badanych w normie PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby obłożenie spełniało wymogi normy PN-EN 13795.

Pytanie nr 5 - Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XXL., oznaczony tylko literowo, o długości 154cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6 - Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedmamienu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 118 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 50 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 42 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. XL o długości 138cm lub XXL o długości 157cm, oznaczone tylko literowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowany w zapytaniu fartuch.

Pytanie nr 7 - Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do elektroresekcji prostaty o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxszxśrednica)
serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec	1	L2	240x100	OKRĄG	5; 4
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75		
pokrowiec na nogę	2	L2	120x75		
taśma medyczna	4	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stół Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**Pytanie nr 8 - Pakiet 10 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do transplantacji nerek o składzie:

Opis składnika	Ilość	Jednostka
• MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT M	1	OP
• MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL	2	OP
• TUPFER B 17N 9,5X9,5CM RTG	10	OP
• SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM	5	SZ
• POKROWIEC NA STÓLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1	OP
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W RTG	30	SZ
• KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	6	SZ
• CAMERA COVER 15X250CM	1	SZ
• TAŚMA MEDYCZNA Z WŁÓKNINĄ 9X50CM	1	SZ
• KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL	1	SZ
• SERWETA L2 (gramatura 56g/m2) 300X180CM OT28X20X19 PRZYL	1	SZ
• SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
• SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	4	SZ

Opakowanie: TYVEK**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.****Pytanie nr 9 - Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów cystoskopii o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxszxśrednica)
serweta z otworem i przylepcem	1	L2 – gramatura 56g/m2	180x75	ROMB	20x10

serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75		
pokrowiec na nogę	2	L2	120x75		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stół Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Zestaw zapakowany w blister wraz z dwoma etykietami

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowany w zapytaniu zestaw do zabiegów cystoskopii pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 10 poz. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 Zestawu do elektresekcji prostaty (TUR) o składzie jak poniżej:

1 x Serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 150x184x240 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 6 cm), otwór na pracę (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu

2 x Ręcznik chłonny 30x30cm

1 x Samoprzylepny organizator przewodów 10x50cm

1 x Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 60-75x190cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowany w zapytaniu zestaw do elektresekcji prostaty (TUR) pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów bez zmian w szczególności w zakresie przepuszczalności płynów.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 10 poz. 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 4 Obłożenie pola operacyjnego do transplantacji nerek o składzie jak poniżej:

1 x Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 200x260x370 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i 2 trójdzielne kieszenie laparoskopowe o wymiarze 33x56 cm

1 x Organizator przewodów typu RZEP 2x22cm

1 x Taśma samoprzylepna 10x50cm

4 x Ręczniki chłonne 30x30cm

1 x Osłona na kamerę 14x250cm

1 x Osłona na stół Mayo 80x140cm

1 x Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 11 poz. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1 Sterylnego zestawu do zabiegów cystoskopii o składzie i parametrach jak poniżej:

1 x serweta na stół instrumentariuszki 100 cm x 150 cm

2 x osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm

1 x serweta do cystoskopii 75 cm x 200 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 8 cm x 12 cm umieszczonym centralnie z wycięciami na nogi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebieskiej folii polietylenowej o gramaturze min. 24 g/m²+ niebieska włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 30 g/m²), warstwy laminatu połączone klejem. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 89 kPa.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 13 – Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha endoskopowego wykonanego w części górnej i na rękawach z włókniny typu spunlanced pulpa celulozowa i poliestr o gramaturze 68 g/m², w pozostałej

części z całkowicie nieprzemakalnej z folii PE o grubości min 50 pm, wstawki w przedramionach wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego zawierającego folie PE □ grubości 27 pm i włókninę wiskozową o gramaturze 30g/m2, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 110cm H2O. Rozmiar XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch endoskopowy wyspecyfikowany w zapytaniu.

Pytanie nr 14 - Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta samoprzylepna 180cm x 300cm z dwoma otworami o wymiarach 12cm x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocniona w strefie krytycznej, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu

Ręcznik chłonny 30x30cm 2sztuki

Ośłona na aparaturę o średnicy 80cm, wykonana z transparentnej folii PE

Fartuch chirurgiczny XL wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS

Wzmocniona serweta na stół instrumentalny 150cm x 190cm stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 15 Pakiet 24

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 24 Pozycji 1 Zestawu zabiegowego do wszczepienia stymulatorów o składzie jak poniżej:

1 x serweta zabiegowa, wzmocniona o wymiarze 200x300 cm z 2 otworami w całości wypełnionymi folią chirurgiczna w rozmiarach 9x12 cm

1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

1 x Powłoka ochronna foliowa (okrągła z gumką) na lampę RTG typu czepek wielkości 140x140 cm

4 x Ręcznik chłonny 30x30cm

1 x Powłoka ochronna foliowa (okrągła z gumką) na lampę RTG typu czepek wielkości 65x85 cm

1 x Ośłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x200 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że koryguje omyłkę pisarską w Informacji nr 2 dla Wykonawców z dn. 19.07.2018 r. dla pytania nr 12 dotyczącego Pakietu nr 6 JEST odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 nr 1 rękawice chirurgiczne bezpudrowe neoprenowe o dł. 300 mm (...)

POWINNO BYĆ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk