



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 14A/ 662 /2018

Wrocław, dnia 21.09.2018 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 10 implantów o następujących parametrach:

#### **Podpunkt nr 1**

Płyty tytanowe, niskoprofilowe, blokująco-kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylnobocznej, o zmiennej grubości 1.6 –3.4 mm, 10,12,15,17 otworowe oraz płyty tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej o zmiennej grubości 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane i proste 7 i 10 otworowe. Płyty z otworami pod śruby 2.8 mm. Możliwość użycia śrub korowych o średnicy 2.8mm, ciągnących o średnicy 2.8mm oraz blokowanych o średnicy 2.8mm. Blokowane w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

#### **Podpunkt nr 1**

Płyty do dalszej nasady kości ramiennej, boczne prawe i lewe, 10 i 12 otworowe, długości 83mm i 96mm.

#### **Podpunkt nr 2**

Płyty do dalszej nasady kości ramiennej, przyśrodkowe prawe i lewe, 12 otworowe, długości 102mm

#### **Podpunkt nr 3**

Płyty do dalszej nasady kości ramiennej, przyśrodkowe prawe i lewe, 10 otworowe, długości 87mm

#### **Podpunkt nr 4**

Płyty do dalszej nasady kości ramiennej tylnoboczne prawe i lewe, 15 i 17 otworowe, długości 84mm i 98mm.

#### **Podpunkt nr 5**

Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, anatomicznie ukształtowane i proste, 7, 10 otworowe, długości 64mm, 65mm, 95mm, 96mm.

#### **Podpunkt nr 6**

Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.8mm, długość 8-75mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

#### **Podpunkt nr 7**

Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.8mm, długość 8-75mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

#### **Podpunkt nr 8**

Śruby tytanowe, korowe ciągnące, średnica 2.8mm, długość 40-75mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

#### **Podpunkt nr 9**

Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mmm długość 8-75mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

#### **Podpunkt nr 10**

Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mmm długość 8-75mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

#### **Podpunkt nr 11**

Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm długość 8-75mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 implantów ortopedycznych o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 11 implantów o następujących parametrach:

**Punkt nr 1**

Płyty tytanowe, niskoprofilowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej pod śruby 2.5 mm. Możliwość użycia śrub korowych o średnicy 2.5mm oraz blokowanych o średnicy 2.5mm. Blokowane w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

**Podpunkt nr 1**

Płyty dłoniowe, profil 2.0 mm, w kształcie litery T, 9 otworowe.

**Podpunkt nr 2**

Płyty dłoniowe, profil 2.0 mm, w kształcie litery T, 11 otworowe.

**Podpunkt nr 3**

Płyty dłoniowe, profil 1.6 mm, 10 otworowe, krótkie i wąskie

**Podpunkt nr 4**

Płyty dłoniowe, profil 1.6 mm, 11,12,13,14,15 otworowe, długie, krótkie, wąskie, szerokie

**Podpunkt nr 5**

Płyty grzbietowe, w kształcie litery H, profil 1.6 mm, 12 otworowe.

**Podpunkt nr 6**

Płyty do małych fragmentów, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery T, oraz boczne, profil 1.6 mm, 6, 7 otworowe.

**Podpunkt nr 7**

Płyty do małych fragmentów, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery L, profil 1.6 mm, 8 otworowe.

**Podpunkt nr 8**

Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm długość 8-34mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

**Podpunkt nr 9**

Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.5mm, długość 8-34mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

**Podpunkt nr 10**

Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.5mm, długość 8-34mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 implantów ortopedycznych o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 17 implantów o następujących parametrach:

**Punkt nr 1**

Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1.6 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 implantów ortopedycznych o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 19 implantów o następujących parametrach:

**Punkt nr 1**

Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca, wykonana z tytanu o średnicy 2.2 i 3.0mm; z krótkim i długim gwintem; skok co 1 i co 2 mm; dł. 10-30mm i 22-40mm oraz 10-40mm i 26-40 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 0.8mm i 1.1mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 implantów ortopedycznych o powyższych parametrach.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*