



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 60.1/672/2018

Wrocław, dnia 27.09.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni diagnostyczno – zabiegowej naczyń – część 2 - pakiety 44-87”**

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 57

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57:

Poz. 1 filtr stało-czasowego p/zatorowego do żyły głównej o poniższych parametrach: możliwość usunięcia filtra do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, naturalna średnica filtra 35 mm, długość filtra nierozprężonego 58 mm, pasujący do maksymalnie 30 mm szerokości naczynia, konstrukcja koszyczka filtra symetryczna, SDS (system wprowadzający) o średnicy zew 6.5F, długość zestawu 70 cm, filtr stosowany uniwersalnie (femorał, jugular), przewodnik filtra pokryty PTFE 0.035” z 3mm końcówką w kształcie J 150 lub 260cm długości, koszulka wprowadzająca o średnicy zew. 6,5F z markerami na końcówce, dobrze widocznymi w obrazie rtg.

Poz. 2 Cewnik dedykowany do usuwania filtra o śr.7F i dł. 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

*Jacek
B...*