



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 60/ 679 /2018

Wrocław, dnia 03.10.2018 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń – Część 1 – Pakiety 1-43”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie stentu do tętnic szyjnych z mikrostateczką o długości segmentu RX 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 stentu do tętnic szyjnych z mikrostateczką o długości segmentu RX 30 cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrocewnika hydrofilny superselektywnego / terapeutycznego o dużej średnicy wewnętrznej - 0,022” dla 2.4 Fr ? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 36 mikrocewnika hydrofilnego superselektywnego / terapeutycznego o dużej średnicy wewnętrznej - 0,022” dla 2.4 Fr. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów / Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska