



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 60/ 683 /2018

Wrocław, dnia 04.10.2018 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń – Część 1 – Pakiety 1-43”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrosfer przeznaczonych do embolizacji oraz chemoembolizacji:

- zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi,
- mogą być obciążane chemioterapeutykami: irinotekan, doxorubicyna, idarubiciną i epirubiciną,
- ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, nie wywołujące reakcji zapalnej,
- precyzyjnie kalibrowane,
- 3 wielkości mikrosfer:
100 $\mu\text{m} \pm 25 \mu\text{m}$
200 $\mu\text{m} \pm 50 \mu\text{m}$
400 $\mu\text{m} \pm 50 \mu\text{m}$
- pakowane w strzykawki a 20 ml,
- strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej,
- kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer,
- termin użycia 36 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 16 mikrosfer embolizacyjnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
inż. Monika Wojciechowska

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk