



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 60.1/687 /2018

Wrocław, dnia 09.10.2018 r.

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni diagnostyczno – zabiegowej naczyń – część 2 - pakiety 44-87”*

### Pytanie nr 1 – Dotyczy pakietu nr 46

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 46 (załącznik nr 1.46 do siwz) cewników do drenażu wykonanych z ultrathanu, z powłoką hydrofilną, typu pigtail, o parametrach 8,5Fr dł 25 i 45cm oraz 10,2Fr o dł 25 i 45cm. Zestaw dostępowy w skład którego wchodzi:

- igła 21G dł 15cm
- koszulka z cieniodajną opaską
- przewodnik rdzeniem Cope o średnicy 0,018 cala, o dł 60 cm z giętka zakrzywioną końcówką, osobno pakowany przewodnik ,038 dł 145 cm typu Amplatz

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

### Pytanie nr 2 – Dotyczy pakietu nr 56

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 56 (załącznik nr 1.56 do siwz) cewnika balonowego wspierającego o dostępnej długości shaftu 50, 80, 135cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

### Pytanie nr 3 – Dotyczy pakietu nr 59

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 59 (załącznik 1.59 do siwz) koszulek prowadzących zbrojonych dostępnych w zestawach z jednym lub dwoma rozszerzaczami, na przewodniki 0.018/0.035” lub 0.018/0.038” lub 0.035” lub 0.038”. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 4 – Dotyczy pakietu nr 60

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 60 (załącznik nr 1.60 do siwz) koszulek prowadzących zbrojonych dostępnych w zestawach z jednym lub dwoma rozszerzaczami, na przewodniki 0.018/0.038" lub 0.038". Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 5 – Dotyczy pakietu nr 63

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 63 (załącznik 1.63 do siwz) przewodników obwodowych sztywnych o długości atraumatycznej, elastycznej końcówki przewodnika w przedziale 1.5-7cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 6 – Dotyczy pakietu nr 64

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 64 (załącznik 1.64 do siwz) cewników balonowych niskoprofilowych do PTA w systemie OTW i RX dla cewników balonowych współpracujących z przewodnikiem 0.014" oraz cewników w systemie OTW dla cewników balonowych współpracujących z przewodnikiem 0.018" i 0.035"

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jadwiga Raziuk

*Taco*  
*Plum*