



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ -59/ 685 /2018

Wrocław, dnia 09.10.2018r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki*”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści przetwornik z komorą kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika?


**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 27

Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje iż jest w posiadaniu kabla z końcówką której typ przedstawia zdjęcie drugie od prawej z podpisem BBraun.**

### Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści przewodniki FFR oraz kompatybilne urządzenie wg poniższych parametrów:

Prowadnik do pomiaru przezświetleniowego gradientu ciśnień FFR z możliwością pomiaru gradientu bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii o następujących parametrach:

- dwie długości robocze przewodnika 185 cm i 300 cm
- czujnik ciśnienia w odległości 3 cm od części dystalnej
- możliwość odłączenia przewodnika i wykonanie PCI a następnie jego ponowne podłączenie i kontrolny pomiar przezświetleniowego gradientu ciśnień
- dwa rodzaje końcówki, prosta i J

- przewodnik spełnia funkcję angioplastycznego przewodnika typu rapid exchange o średnicy 0,014" (0,36 mm)
- możliwe wykonanie PTCA cewnikiem prowadzącym 6 F
- Pokrycie hydrofilowe w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej
- Przewodnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii

Prosimy także o dopuszczenie urządzenia kompatybilnego z przewodnikami do pomiaru FFR o poniższych parametrach:

Użyczenie jednego urządzenia, które zapewnia pomiar FFR, pomiar pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii a także umożliwia obrazowanie IVUS na cały czas trwania umowy ze Szpitalem:

- aparat mobilny Volcano jest w pełni sprawnym urządzeniem posiadającym wszystkie niezbędne przeglądy,
- aparat mobilny Volcano posiada kolorowy monitor LCD, cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na DVD -R, możliwość archiwizacji na wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala-DICOM, możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki, daje możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych, menu w języku polskim, posiada automatyczną detekcję granic ośrodków o różnej gęstości, umożliwia analizę składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH) wraz z możliwością zapisu uzyskanego obrazu na DVD-R, posiada opcję ChromaFlo umożliwiającą analizę przepływu w naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 15

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 - Czy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy użyczenia na oferowany aparat do pomiaru FFR ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje iż umowa użyczenia stanowi załącznik nr 2.1 do wzoru umowy.**

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści 21 dniowy termin dostawy i instalacji w/w urządzenia jeśli zostanie dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązanie z pytania 1?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 14.1

Prosimy o dopuszczenie do oferty cewnika balonowego do angioplastyk wieńcowych uwalniającego substancję antymitotyczną w długościach 8-30mm (8, 12, 15, 20 i 30), reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 32

Prosimy o dopuszczenie do oferty cewnika przedłużającego do cewnika prowadzącego o platynowym markerze umieszczonym w końcówce cewnika o średnicach wewnętrznych – 6F: 0,057" (1,45mm); 7F: 0,063" (1,60mm); 8F: 0,072" (1,83mm)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 8 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ poprzez zmianę brzmienia par. 3 ustęp 9 na: „Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do momentu jego pobrania z depozytu przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie nr 9 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy poprzez dodanie w par. 3 ustępu 14 o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.**

Pytanie nr 10 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ poprzez zmianę brzmienia par. 7 ust. 4 na „Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca wymieni towar na nowy, pozbawiony wad, w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk