



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -59/ 686 /2018

Wrocław, dnia 09.10.2018r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu nr 26.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydzielenie z Pakietu nr 26 poz. 5 i utworzenie z niej pakietu nr 44.

Rozdział III ust. 2, 14 otrzymują brzmienie:

2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.44 stanowiące załączniki do formularza ofertowego..
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **44 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

Rozdział VII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **139 433,00 zł** (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 00/100). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wadium
1	19 880,00 zł
2	612,00 zł
3	288,00 zł
4	940,00 zł
5	550,00 zł
6	10 200,00 zł
7	1 360,00 zł
8	350,00 zł
9	1 840,00 zł
10	1 680,00 zł
11	3 920,00 zł
12	600,00 zł

13	510,00 zł
14	1 194,00 zł
15	7 252,00 zł
16	4 320,00 zł
17	7 228,00 zł
18	4 480,00 zł
19	1 320,00 zł
20	6 156,00 zł
21	690,00 zł
22	186,00 zł
23	2 880,00 zł
24	2 040,00 zł
25	428,00 zł
26	2 372,00 zł
27	583,00 zł
28	3 270,00 zł
29	6 320,00 zł
30	9 000,00 zł
31	1 860,00 zł
32	2 560,00 zł
33	4 400,00 zł
34	1 240,00 zł
35	120,00 zł
36	5 900,00 zł
37	5 388,00 zł
38	1 500,00 zł
39	480,00 zł
40	660,00 zł
41	7 200,00 zł
42	3 480,00 zł
43	660,00 zł
44	1 536,00 zł

Rozdział IX ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Oferta musi zawierać:*

1) *wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 – 1.44 do Formularza ofertowego,*

W załączeniu zmodyfikowany Pakiet nr 26 oraz dodany Pakiety nr 44, stanowiące załączniki 1.26 oraz 1.44 – formularz asortymentowo – cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stentów do angioplastyk wieńcowych – do bezpośredniego stentowania o następujących parametrach:

- Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego;
- Stent pokryty abluminalnie biodegradowalnym polimerem z lekiem Biolimus BA9 o wysokiej lipofilności i koncentracji 15,6 µg/mm długości stentu;
- Biodegradowalny polimer - biodegradacja w ciągu 6-9 miesięcy;
- Grubość przęseł 84/88 µm;

- Wysoka siła radialna: > 0.67 bar;
- Robocza długość szafu 142cm, system dostarczania stentu typu RX kompatybilny z przewodnikiem 0,014”;
- Dostępne długości stentu: od 9mm do 36mm;
- Dostępne średnice: od 2.25 do 4mm;
- Stent zamontowany na balonie semi-compliant;
- Ciśnienie nominalne balonu: 8 atm;
- RBP: 16 atm dla 2.25 – 3.00mm, oraz 14 atm dla 3.50 – 4.00mm;
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika balonowego niskociśnieniowego do predylatacji i CTO, o następujących parametrach:

- Dostępny w średnicach 1.0 – 3.0mm i długościach 6.0 – 20.0mm;
- Profil wejścia 0.0157”;
- Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.0mm;
- Pokrycie hydrofilne balonu TR2;
- Długość szafu 146cm;
- Ciśnienie nominalne 6 atm;
- Ciśnienie RBP 14 atm;
- System dostarczania typu RX;
- Średnica zewnętrzna szafu w części dystalnej 2.3F dla średnic 1,5 – 2,75mm;
- Średnica zewnętrzna w części proksymalnej szafu 1,9F dla średnic 1,5 – 2,75mm;
- W zestawie urządzenie do re-wrappingu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewników diagnostycznych, spełniających wymogi SIWZ, z konstrukcją strefową, zawierającą 3 strefy sztywności na długości cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 18 cewników diagnostycznych z konstrukcją strefową, zawierającą 3 strefy sztywności na długości cewnika. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści:

- Wydzielenie z Pakietu punktu 1 – rampy trójdrożne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaoferowanie w punkcie 4 Przedłużaczy (przewody łączące) wysokociśnieniowych giętkich, wykonanych z przezroczystego poliuretanu, zbrojonych, wytrzymujących ciśnienia do 1200 psi; z końcówkami typu Luer; odpornych na zginanie, stosowanych przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu; o długościach od 25cm do 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści:

- Zaoferowanie w punkcie 4 koszulek z markerem z innego materiału niż platyna;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wydzielenie punktu 5 – opaska uciskowa na tętnicę promieniową?

Odpowiedź:

Vide Odp. nr 1 do niniejszej Informacji.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 26 - Introducery

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	dostęp udowy:- długość 11 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 11 - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm		zest	400						
2.	dostęp udowy:- długość 23 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm		zest	1500						
3.	dostęp promieniowy: wymagane parametry techniczne: - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5F; 6F - wymagane długości: 11 i 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 21G oraz miniprowadnik 0,018" lub 0,022" typu „J” - dilator zapewniający łagodne wprowadzenie introducera do tętnicy promieniowej wykonany z materiału nieprzezroczystego dla promieniowania		zest	2400						
4.	dostęp udowy zbrojony oplotem:- długość od 45 cm do 90 cm; - wymagane średnice: 5F do 7F - Wymagane długości: 45 cm do 90 cm - odporność na załamania do 95 stopni - oznaczenie platynowym markerem		szt.	20						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 44 - Opaska uciskowa na tętnicę promieniową

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opaska uciskowa na tętnicę promieniową		szt.	2400						

słownie brutto:

data:

.....
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
(podpis i pieczęćka imienna osoby)