



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 60/ 690 /2018

Wrocław, dnia 11.10.2018 r.

## INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń – Część 1 – Pakiety 1-43”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 5 (załącznik nr 1.5 do siwz) koszulek wprowadzających large w zestawie z poszerzadłem, kompatybilnych z przewodnikiem 0.038”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 14 (załącznik 1.14 do siwz) cząstek do embolizacji – PVA w postaci granulowanego alkoholu poliwinylowego o następujących parametrach:

- dostępne 6 średnic oznaczonych kolorami 90-180µm, 180-300µm, 300-500µm, 500-710µm, 710-1000µm, 1000-1400µm,
- łatwe do aplikacji,
- od 90 do 710 µm kompatybilne z cewnikiem o średnicy 0.018”; 710-1400µm kompatybilne z cewnikiem 0.044”,
- fiolka zawiera 1mL materiału

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 14 (załącznik nr 1.14 do siwz) spirale embolizacyjne wykonane ze stopu Inconel bezpiecznego do stosowania w rezonansie magnetycznym oraz z platyny o różnych średnicach i długościach (długość 2-20cm, średnica 3-20mm), stożkowe (śr. w części proksymalnej 3-10mm, w części dystalnej 2-5mm; długość 2.0-14.2cm). Pozostałe parametry zgodnie z siwz

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 23 (załącznik nr 1.23 do siwz) stentów aortalnych samorozprężalnych o dostępnych średnicach: 16-34mm oraz długościach w zakresie 20mm do 100mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 30 (załącznik 1.30 do siwz) cewników diagnostycznych ze znacznikami (pigtail kalibrowany) o następujących parametrach:

- długość 110cm
- zakres średnic 4, 5F
- miękka atraumatyczna końcówka
- wolframowe znaczniki (podziałka centymentrowa) na długości 22cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0.035"

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 30 (załącznik 1.30 do siwz) cewników diagnostycznych o średnicy 5F, długości 65-125cm, szerokie spektrum krzywizn cewników, końcówka cewnika atraumatyczna, cewnik dobrze widoczny we fluoroskopii ale bez dodatkowo cieniodajnej końcówki, dobra elastyczność cewnika, kompatybilny z przewodnikiem 0.035" lub 0.038".

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk