



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 60.1/696 /2018

Wrocław, dnia 11.10.2018 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni diagnostyczno – zabiegowej naczyń – część 2 - pakiety 44-87*”

Pytanie nr 1 – Dotyczy pakietu nr 77

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie cewników balonowych do naczyń obwodowych o ciśnieniu nominalnym 6 atm, RBP 10 atm; rozmiary 3mm-16 mm, długość 20-200 mm; kompatybilne z przewodnikiem: 3 mm - 0,025", pozostałe rozmiary z przewodnikiem 0,035"; introduktor 5F dla rozmiaru 3 i 4 mm; introduktor 6F dla rozmiaru 5-12 mm oraz 8F dla 14-16 mm.

Zgoda na nasze prośby umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Jesteśmy polską firmą i mamy duże doświadczenie w produkcji w/w sprzętu, który cieszy się świetną opinią wśród personelu lekarskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk