



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 60/ 691 /2018

Wrocław, dnia 11.10.2018 r.

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń – Część 1 – Pakiety 1-43”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stentów samorozprężalnych nitynowych – rozmiary 4mm-14mm, długość 15-150 mm; kompatybilne z przewodnikiem 0,035”, kompatybilne z koszulką 6F lub 7F, długość shaftu 80, 135 i 165 cm.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie cewników diagnostycznych kompatybilnych z przewodnikiem 0,035” lub 0,038”.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *Jadwiga Raziuk*

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Monika Wojciechowska*  
inż. *Monika Wojciechowska*