



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 63/ *705* /2018

Wrocław, dnia 16.10.2018 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **„Dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz urządzeń medycznych niezbędnych do uruchomienia pracowni naczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci”**

Pytanie nr 1 – dotyczy pkt 52 części „L”- wyposażenie dodatkowe, zał. 6.1 do SIWZ

„Czy zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z instrukcją w jęz. polskim wyświetlaną w formie asystenta obsługi na panelu sterującym wstrzykiwacza?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wstrzykiwacza z instrukcją w jęz. polskim wyświetlaną w formie asystenta obsługi na panelu sterującym wstrzykiwacza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – dotyczy pkt 52 części „L”- wyposażenie dodatkowe, zał. 6.1 do SIWZ

Czy zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością zdalnego nadzoru serwisowego przez łącze internetowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wstrzykiwacza z możliwością zdalnego nadzoru serwisowego przez łącze internetowe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

Jacek Jan