



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 63/708/2018

Wrocław, dnia 16.10.2018 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz urządzeń medycznych niezbędnych do uruchomienia pracowni naczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie do pomiaru ACT o zakresie badań: ACT+, ACT LR, APTT oraz PT? Testy ACT oraz ACT LR wykonywane są z krwi kapilarnej natomiast testy APTT oraz PT dostępne są w wersji z krwi cytrynianowej lub krwi kapilarnej. Zakres pomiaru dla aparatu to 0-1005 s. Pozostałe parametry techniczne oferowanego systemu pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk

*7 cab
Pawl*