



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 63/ 712 /2018

Wrocław, dnia 17.10.2018 r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz urządzeń medycznych niezbędnych do uruchomienia pracowni naczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci”

Pytanie nr 1 - Dotyczy Załącznika nr 6.1 do siwz pkt. F.14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę omyłki pisarskiej w punkcie F14. Zamawiający w treści wymogu określił minimalną dopuszczalną pojemność cieplną anody dla lampy w płaszczyźnie B na 2,0 MHU jednocześnie w kolumnie zawierającej ocenę punktową określił wartość minimalną na 3,0 MHU. Prosimy o ujednoczenie zapisów warunku i nadanie mu treści tożsamej z warunkiem F6, który zapewne w sposób właściwy wyraża intencje Zamawiającego

1.	Pojemność cieplna anody dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 3,0 MHU	TAK, podać	Pojemność = 3,0 – 0 pkt, Pojemność największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie
----	--	---------------	---

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6.1 do SIWZ, Zadanie nr 1 – pozycja nr 1, Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych w pkt F14 tj.:

Było:

F14	Pojemność cieplna anody dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 2,0 MHU	TAK, podać	Pojemność = 3,0 MHU - 0 pkt, Pojemność największa - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie
-----	--	---------------	---

Jest

F14	Pojemność cieplna anody dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 3,0 MHU	TAK, podać	Pojemność = 3,0 MHU - 0 pkt, Pojemność największa - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie
-----	--	---------------	---

Pytanie nr 2 - Dotyczy Załącznika nr 6.1 do siwz pkt. K. 46

Prosimy o wyjaśnienie czy wraz z dostawą fantomów Zamawiający oczekuje dostarczenie urządzeń pomiarowych w postaci mierników, do wykorzystania podczas wykonywania testów podstawowych angiografu. Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wraz z dostawą wymaga dostarczenie miernika luminancji i natężenia światła wraz z odpowiednimi uchwytem do wykonywania testów kontroli jakości oraz miernika dawki, wysokiego napięcia, mocy dawki, czasu napromieniania, HVL, z zakresu rentgenodiagnostyki i fluoroskopii, obydwa

mierniki wraz z aktualnym certyfikatem wzorcowania w tym zakresie. Mierniki powinny być kompatybilne, współpracujące, skalibrowane i sparowane z posiadanym przez jednostkę systemu RaySafe X2 Unfors Base Unit.

Pytanie nr 3 - Dotyczy Załącznika nr 6.1 do siwz pkt. P.57

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, dostarczenie pakietu startowego składającego się z 50 szt. jednorazowych zestawów do pomiaru ciśnienia inwazyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna dostarczenie pakietu startowego składającego się z 50 szt. jednorazowych zestawów do pomiaru ciśnienia inwazyjnego za spełnienie wymogu.

Pytanie nr 4 – Dotyczy Załącznika nr 6.1 do siwz pkt. P.66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolorowego monitora kontrolnego w Sali badań typu „Flat” (TFT/LCD) o przekątnej 21””? Przekątna monitora w Sali badań będzie wtedy odpowiadać przekątnej monitora / monitorów konsoli komputerowej oferowanego systemu hemodynamicznego, zainstalowanego w Sterowni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolorowego monitora kontrolnego w Sali badań typu „Flat” (TFT/LCD) o przekątnej 21””. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 1:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi okresu gwarancji jaki Wykonawcy mogą zaoferować w niniejszym postępowaniu wynikającymi z rozbieżności w SIWZ, rozdział XII, gdzie jest mowa o maksymalnym okresie gwarancji 60 miesięcy, a formularzu ofertowym, gdzie maksymalna długość gwarancji to 48 miesięcy prosimy o doprecyzowanie poniższych wątpliwości:

- czy maksymalny okres gwarancji dla zadania nr 1, jaki Wykonawcy mogą zaoferować by uzyskać maksymalną ilość punktów w tym kryterium wynosi odpowiednio 48 czy 60 miesięcy?

- czy niezależnie od okresu gwarancji udzielonego na dostarczany sprzęt Zamawiający wymaga, by prace adaptacyjne/dostosowawcze pomieszczeń objęte były „na sztywno” 60 miesiącami gwarancji i nie podlegały punktacji czy jak powyżej okres gwarancji na te prace ma być jednakowy, jak na dostarczany sprzęt?

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w części III Cena tj.:

Było:

„oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 m-cy”

Jest:

„oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 m-cy”

Zamawiający wymaga, by prace adaptacyjne/dostosowawcze pomieszczeń objęte były 60 miesiącami gwarancji i rękojmi. Warunek ten nie podlega punktacji. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 1 formularz oferty pkt. IV Oświadczenia Wykonawcy ppt. 3:

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i ujednolicenie zapisu dotyczącego terminu związania z ofertą zgodnie z siwz rozdz. VIII.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w części IV Oświadczenia Wykonawcy pkt 3. Tj.:

Było:

”3. uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;”

Jest:

„ 3. uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert;”

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 1 Załącznik nr 6.1 do siwz kol. 4 tabeli technicznej:

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach

oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 1 Załącznik nr 6.1 do siwz kol. 4 tabeli technicznej :

Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i wskazania numeru strony w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych jedynie parametrów technicznych wymaganych w Załączniku nr 6.1, a nie np. wymogów odnoszących się do tzw. „wymagań dodatkowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku Zadania nr 1 Załącznik nr 6.1 do SIWZ kol. 4 w części L pkt 47-52 nie wymaga wskazania konkretnego numeru strony w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zapewni łącza internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec.

Pytanie nr 10

W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 12 –Dotyczy Zadania nr 1, wzór umowy Załącznik nr 2, § 8 ust. 5 pkt. 4:

Dostarczana w ramach przedmiotowego zamówienia aparatura jest wysokiej wartości, bardzo zaawansowana technologicznie. Aparatura ta wymaga stałej opieki serwisowej. Z uwagi na wymogi dotyczące bezpieczeństwa nawet nieistotne usterki wymagają interwencji wysoko wykwalifikowanego specjalisty serwisowego. Z uwagi na wymagania bezpieczeństwa nawet niektóre nieistotne usterki powodują wyłączenie pracy aparatu. Kwestia „istotności” lub „nieistotności” nie jest uregulowana, zatem może prowadzić do nieporozumień. Wskazane czynności serwisowe będą się zdarzały w okresie gwarancji i nie uzasadniają potrzeby wymiany całego aparatu. Sam aparat składa się z wielu części/ modułów, które podlegają wymianie zgodnie ze ścisłymi procedurami producenta, nie zaś cały aparat. Procedury te pozwalają na bezpieczne korzystanie z aparatu i eliminowanie do minimum przerw w korzystaniu spowodowanymi czynnościami serwisowymi. W związku z tym prosimy o modyfikację postanowienia § 8 ust. 5 pkt. 4 nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„wymiany części/modułu na wolne od wad w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego roszczenia przez Zamawiającego, w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 2 w § 8 ust. 5 oraz § 14 ust. 1. tj.

Było § 8 ust. 5:

1. „5. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
 - 1) bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
 - 2) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy.
 - 3) w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy wyposażenia poza granicami kraju, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy, o którym mowa w pkt 2) do 14 dni.
 - 4) wymiany urządzenia na nowe w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego roszczenia przez Zamawiającego, w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji,
 - 5) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.”

Jest:

2. „Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
 - 1) bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
 - 2) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy.
 - 3) naprawy urządzenia z terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
 - 4) w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy wyposażenia poza granicami kraju, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy, o którym mowa w pkt 3) do 14 dni.
 - 5) wymiany części/modułu na wolne od wad w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego roszczenia przez Zamawiającego, w przypadku 3 awarii powodujących wyłączenie przedmiotu umowy z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy części/moduły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.
 - 6) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

Było § 14 ust 1:

1. „
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - 2) za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy (w tym za brak terminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w par. 7 ust. 2 niniejszej Umowy) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 1) – 5) za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za opóźnienie w dostosowaniu pomieszczeń i infrastruktury, montaż i uruchomienie urządzenia,

- wykonanie testów, integracji urządzenia z oprogramowaniem Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia.
- 4) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji lub niedotrzymanie terminu wymiany urządzenia, o której mowa w par. 8 ust. 5 pkt. 4 niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad,
 - 6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 20 niniejszej Umowy - w wysokości 5.000,00 zł - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

Jest:

- ”
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - 2) za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy (w tym za brak terminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w par. 7 ust. 2 niniejszej Umowy) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 1) – 5) za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za opóźnienie w dostosowaniu pomieszczeń i infrastruktury, montaż i uruchomienie urządzenia, wykonanie testów, integracji urządzenia z oprogramowaniem Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia.
 - 4) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, w tym naprawy urządzenia w terminie określonym w par. 8 niniejszej Umowy, lub niedotrzymanie terminu wymiany urządzenia, o której mowa w par. 8 ust. 5 pkt. 4 niniejszej Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad,
 - 6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 20 niniejszej Umowy - w wysokości 5.000,00 zł - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,”

Pytanie nr 13 – Dotyczy Zadania nr 1, wzór umowy Załącznik nr 2, § 14 ust. 1 pkt. 2), 4), 5):

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w Załączniku nr 2 do SIWZ wzór umowy w § 14 tj.:

Było:

- „2) za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy (w tym za brak terminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w par. 7 ust. 2 niniejszej Umowy) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 1) – 5) za każdy dzień opóźnienia,
- 3) za opóźnienie w dostosowaniu pomieszczeń i infrastruktury, montaż i uruchomienie urządzenia, wykonanie testów, integracji urządzenia z oprogramowaniem Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia.
- 4) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji lub niedotrzymanie terminu wymiany urządzenia, o której mowa w par. 8 ust. 5 pkt. 4 niniejszej Umowy w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad,”

Jest:

„2) za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy (w tym za brak terminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w par. 7 ust. 2 niniejszej Umowy) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 1) – 5) za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w dostosowaniu pomieszczeń i infrastruktury, montaż i uruchomienie urządzenia, wykonanie testów, integracji urządzenia z oprogramowaniem Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia.

4) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji lub niedotrzymanie terminu wymiany urządzenia, o której mowa w par. 8 ust. 5 pkt. 4 niniejszej Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad,”

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający opisując w pkt 5. Bezpieczeństwo pożarowe PFU prace konieczne "do uzyskania odbioru pracowni endoskopowej" miał na myśli wykonanie tychże prac przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że zaistniała omyłka pisarska tj. „do uzyskania odbioru Pracowni naczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci”

Pytanie nr 15 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wykonania innych robót adaptacyjnych, instalacyjnych związanych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej a wykraczających swym zakresem poza zakres określony w PFU w ramach przewidzianego zadania?

Odpowiedź:

Należy wykonać wszystkie prace wynikające z projektu Wykonawcy opracowanego na podstawie PFU (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie nr 16 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy (ścianki z płyt g-k mocowane obustronnie, podwójnie na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie ścian działowych w systemie płyt gipsowo kartonowych.

Pytanie nr 17 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o udostępnienie na stronie www Zamawiającego archiwalnej mapy (inwentaryzacji geodezyjnej) budynku szpitala i stacji trafo z uwidocznionymi sieciami podziemnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni w dniu 22-10-2018r. o godz. 10:00 wgląd do map inwentaryzacji geodezyjnej działki 4/1 obręb Poświętne w siedzibie Zamawiającego. Osoba do kontaktu Ireneusz Wasylkiewicz Dział GNUiR tel. 661 924 300

Pytanie nr 18 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację jakie pomieszczenia znajdują się nad planowaną pracownią.

Odpowiedź:

Nad pomieszczeniami planowanej pracowni znajduje się Oddział Chirurgii Ogólnej.

Pytanie nr 19 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pracownią oraz jego dopuszczalne obciążenie.

Odpowiedź:

Strop żelbetonowy kanałowy. Dopuszczalne obciążenie to 390kg/m².

Pytanie nr 20 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o udostępnianie na stronie www Zamawiającego archiwalnego projektu konstrukcji stropu pod i nad pracownią.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje tylko częściową i niepełną archiwalną dokumentacją konstrukcyjną budynku. Zamawiający udostępni w dniu 22-10-2018r. o godz. 10:00 wgląd do posiadanej dokumentacji. Osoba do kontaktu Ireneusz Wasylkiewicz Dział GNUiR tel. 661 924 300

Pytanie nr 21 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostawy mebli do pracowni? Jeśli tak to prosimy o szczegółową specyfikację.

Odpowiedź:

Dostawa mebli nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 22 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostawy wyposażenia (np. dozowniki, wieszaki, rolety, krzesła obrotowe itp.)? Jeśli tak prosimy o szczegółową specyfikację.

Odpowiedź:

Dostawy wyposażenia nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 23 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie osłon stałych RTG w technologii suchej zabudowy (płyta g-k z warstwą taśmy ołowianej) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie osłon stałych RTG w technologii płyt gipsowo-kartonowych z warstwą taśmy ołowiowej.

Pytanie nr 24 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajdują się sieć gazów medycznych do których będzie możliwe podpięcie nowej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że instalacja gazów medycznych znajduje się w odległości około 30 metrów od pomieszczeń objętych przebudową.

Pytanie nr 25 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajdują się lokalny punkt dystrybucyjny do którego będzie możliwość ewentualnego wpięcia nowej instalacji komputerowej?

Odpowiedź:

W odległości około 50 metrów od pomieszczeń podlegających modernizacji.

Pytanie nr 26 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istn. urządzeniach aktywnych) w istniejącym punkcie dystrybucyjnym dla wpięcia projektowanej instalacji komputerowej czy wymaga instalacji nowych urządzeń aktywnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje odpowiednią ilością miejsca w istniejącym punkcie dystrybucyjnym dla wpięcia projektowanej instalacji komputerowej. Zamawiający wymaga instalacji nowych urządzeń aktywnych

Pytanie nr 27 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wymiany czujek p.poz.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany czujek p.poż. Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji wykonawczej instalacji SAP uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. p/poż. Wykonanie przebudowy istniejącego systemu będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 28 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

W przypadku konieczności wymiany czujek czy Zamawiający może potwierdzić możliwość wpięcia nowych czujek do istniejącej centrali p.poż.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany czujek p.poż. Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji wykonawczej instalacji SAP uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. p/poż. Wykonanie przebudowy istniejącego systemu będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 29 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajdują się centrala p.poż.

Odpowiedź:

Centrala p. poż znajduje się w odległości około 60 metrów od przebudowywanych pomieszczeń.

Pytanie nr 30 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o udostępnienie na stronie www Zamawiającego Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dziale GNUiR w dniu 22-10-2018r o godz. 10:00. Osoba do kontaktu Ireneusz Wasylkiewicz Dział GNUiR tel. 661 924 300

Pytanie nr 31 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy nowo projektowana centrala wentylacyjna musi posiadać wymiennik glikolowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nowo projektowana centrala wentylacyjna musi posiadać wymiennik glikolowy.

Pytanie nr 32 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy projektowana centrala wentylacyjna zlokalizowana w maszynowni może być w wersji stojącej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że projektowana centrala wentylacyjna zlokalizowana w maszynowni może być w wersji stojącej.

Pytanie nr 33 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy czerpnia i wyrzutnia może być wykonana na elewacji od strony pomieszczenia maszynowni?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że czerpnia i wyrzutnia może być wykonana na elewacji od strony pomieszczenia maszynowni..

Pytanie nr 34 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę centrali went. z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą glikolową?

Odpowiedź:

Zamawiający w PFU (Załącznik nr 5 do SIWZ) w pkt. 4.2 Wentylacja (strona nr 12) opisał parametry centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą elektryczną oraz glikolowym wymiennikiem ciepła.

Pytanie nr 35 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o informację czy możliwy jest montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów na ścianie zewnętrznej budynku? Jeśli nie prosimy o wskazanie miejsca montażu,

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu jednostek zewnętrznych klimatyzatorów typu split na ścianie zewnętrznej budynku. Zamawiający w PFU (Załącznik nr 5 do SIWZ) w pkt. 4.2 Wentylacja (strona 12)

opisał parametry instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej z układem chłodzenia oraz filtracji powietrza.

Pytanie nr 36 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy Zamawiający preferuje aby projektowane urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne były odpowiedniego typu, producenta (z uwagi na posiadane urządzenia czy też doświadczenia serwisowe)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie preferuje żadnego producenta urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Zamawiający informuje, że korzysta z urządzeń wielu producentów tj. np: Klimor, Klima –Gold, Berliner Luft..

Pytanie nr 37 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Prosimy o doprecyzowanie, które pomieszczenia oprócz "czystych" mają być schłodzone klimatyzatorami na powietrzu obiegowym?

Odpowiedź:

Zamawiający w PFU (Załącznik nr 5 do SIWZ) w pozycji 4.2 Wentylacja opisał instalację wentylacji poszczególnych pomieszczeń nowoprojektowanej Pracowni.

Pytanie nr 38 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż klimatyzatorów typu ściennego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu klimatyzatorów typu ściennego.

Pytanie nr 39 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy projektowane urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne mają być wpięte do systemu sterownia np. BMS,

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada sterowni BMS.

Pytanie nr 40 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy Zamawiający posiada system sterowania BMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada sterowni BMS.

Pytanie nr 41 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy wszystkie urządzenia z branży sanitarnej mają być wpięte do systemu pomiarowego np. BMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada sterowni BMS.

Pytanie nr 42 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy Zamawiający wymaga aby baterie umywalkowe były bezdotykowe czy standardowe łokciowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby baterie umywalkowe były sterowane fotokomórką.

Pytanie nr 43 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy Zamawiający posiada cyrkulacje na instalacji c.w.u? Jeśli tak to czy taki układ należy przewidzieć na etapie projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada cyrkulację c.w.u. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z zapisami PFU (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie nr 44 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy pomieszczenia objęte przebudową posiadają obecnie kominy grawitacyjne?

Odpowiedź:

Pomieszczenia objęte przebudową posiadają kominy grawitacyjne.

Pytanie nr 45 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Czy zamawiający potwierdzi, że wytrzymałość stropów na drodze transportu urządzeń do sali badań angiografu jest wystarczająca do przeprowadzenia tej operacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wytrzymałość stropów na drodze transportu urządzeń do pomieszczeń objętych niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 46 – Pytania dot. prac instalacyjno-budowlanych:

Jeśli okaże się konieczne wykonania przekopu w celu dociągnięcia kabla zasilającego z rozdzielni głównej do budynku szpitala to prosimy o określenie w jaki sposób należy odtworzyć uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i elementy zieleni?

Odpowiedź:

Do Wykonawcy należy odtworzenie uszkodzonych nawierzchni w technologii niegorszej od istniejących.

Pytanie nr 47 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie 3 dodatkowych gniazd elektrycznych 230V. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 10:

Czy Zamawiający dopuści reduktory zintegrowane z aparatem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści reduktory zintegrowane z aparatem pod warunkiem możliwości podłączenia do butli. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 49 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 12:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach standardowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach standardowych pod warunkiem posiadania wskaźnika naładowania. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 50 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 17:

Czy Zamawiający dopuści Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenu azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1-15l/min; powietrze: 0-15 l/ min.; N2O: 0-10l/ min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 19:

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 21:

Czy Zamawiający dopuści dostosowanie do znieczulenia z niskimi przepływami: ustawienie przepływu świeżych gazów od min. 100 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 23:

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 53 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 25:

Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności 25-75l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 54 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 26:

Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O₂ do podaży na maskę lub wazy tlenowe, zakres: 0-10 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 55 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 28:

Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 56 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 57 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie 4-30 cmH₂O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 58 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 59 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego w zakresie od 5 do 60 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 60 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 2 do 40 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 61 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min-10l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 62 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 63 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 64 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15" z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 65 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści stałe wyświetlana na ekranie aparatu aktualnego czasu oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu, z wyświetlaniem daty bez jej ciągłej wizualizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 66 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 82

Czy Zamawiający usunie ten parametr jako charakterystyczny dla jednego producenta ewentualnie zastąpi go zapisem „ Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułu aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 67 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 86

Czy Zamawiający dopuści złącze galwaniczne? Złącze podczerwieni jest używane tylko przez jednego producenta firmę Mindray i uniemożliwia złożenie oferty innym producentom ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 68 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ustanawiany na aparacie do znieczulenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 69 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 89

Czy Zamawiający dopuści 6 kanałów dynamicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 70 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 92

Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne 72 godzinne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 71 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 72 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 97

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeń parametrów nerkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 73 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7

Czy Zamawiający może sprecyzować o jakie funkcje nerkowe chodzi ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem funkcje nerkowe rozumie m. in. Współczynnik Na/K, Klirens Na, Klirens Kreatyniny, frakcyjna ekskrecja Na, i min 7 innych.

Pytane nr 74 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7

Ten zapis nie jest precyzyjny ale charakterystyczny dla jednej firmy i uniemożliwia złożenie oferty innym producentom.

Odpowiedź:

Pytanie nie odnosi się do żadnego konkretnego punktu SIWZ.

Pytane nr 75 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 100, 139

Czy zamawiający dopuści moduł transportowy niewyposażony w ekran pozwalający na pracę na zasilaniu akumulatorowym przez 3,5 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga monitorowania w trakcie transportu pacjenta z Sali operacyjnej do Sali pooperacyjnej.

Pytane nr 76 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 101

Czy Zamawiający dopuści monitor bez nieinwazyjnego ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wymaga dostarczenia monitora z pomiarem tego parametru a jedynie możliwość rozbudowy monitora o ten parametr.

Pytane nr 77 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 106

Czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora realizującego wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie (zgodnie z zaleceniami AHA), co daje najwyższy poziom rozpoznawalności arytmii i minimalizuje wystąpienia fałszywych alarmów arytmii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora realizującego wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie (zgodnie z zaleceniami AHA),

Pytane nr 78 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 107

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania algorytmu pomiarowego NIBP Dinamap SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów oraz schodkowej deflacji, zapewniającemu szybkość pomiarów, odporność na zakłócenia, artefakty i niemiarną akcję serca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 79 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 109

Czy Zamawiający dopuści tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe od 1min do 240 min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 80 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 110

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia również mankietu dla pacjentów otyłych walidowanych do pomiaru na przedramieniu, co pozwoli na wiarygodne pomiary ciśnienia u najbardziej otyłych pacjentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 81 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 117 – 139

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania drugiego kardiomonitora, czy też doszło do popełnienia omyłki pisarskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania drugiego monitora tj. tzw. kopiującego, powielającego.

Pytane nr 82 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 117

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy z wymiennymi modułami, w związku z czym niezabudowanymi wewnątrz kardiomonitora, a wsuwanymi w dedykowane wejścia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 83 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 117

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o impedancję kardiograficzną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 84 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 118

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością podłączenia jednego ekranu powielającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 85 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 119

Czy Zamawiający dopuści jednoczesną prezentację 6 różnych krzywych dynamicznych na ekranie, bez ekranu dużych odczytów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 86 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 121

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor sterowany przez ekran dotykowy oraz przyciski funkcyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 87 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 128

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru wzorców sygnalizacji alarmowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 88 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 129

Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 89 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne i tabelaryczne z 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia prezentujące trendy graficzne i tabelaryczne z 72 godzin.

Pytane nr 90 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 131

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie:

0,5x = 5 mm/mV

1x = 10 mm/mV

2x = 20 mm/mV

4x = 40 mm/mV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 91 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 131

Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 0,625, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 92 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 132

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji prezentacji zmian w odcinku ST w postaci referencyjnych wzorców z nanoszonymi bieżącymi odcinkami ST?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 93 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 133

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z jedną formułą obliczania wartości QTc?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 94 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 134

czy Zamawiający dopuści rozpoznawania 19 rodzajów arytmii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 95 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 135

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy częstości oddechów 1-200 odd/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 96 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 135

Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 0,625, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 97 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 135

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru bezdechu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 98 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 136

Czy Zamawiający pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie 1-240 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 99 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 136

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 100 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 136

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia 15-260mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 101 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 136

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości pomiaru pulsu z mankietu NIBP?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 102 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 136

Czy Zamawiający będzie wymagał mankietu dla pacjentów otyłych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 103 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 137

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 1-100%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 104 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 137

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu min. 25-240?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 105 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 137

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez alarmu desaturacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 106 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 137

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o funkcję jednoczesnego pomiaru saturacji w dwóch miejscach wraz z wyświetlaniem wartości ΔSpO_2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 107 dotyczy Załącznika nr 6.7 do siwz, Zadanie nr 7 Pkt. 138

Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 0-45 °C z dokładnością:

- od 0°C do 25°C: $\pm 0,4^\circ\text{C}$
- od 25°C do 45°C: $\pm 0,2^\circ\text{C}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytane nr 108 dotyczy, Zadanie nr 7, wzór umowy Załącznik nr 2.1, § 8 ust. 4 pkt. 5):

Dostarczana w ramach przedmiotowego zamówienia aparatura jest wysokiej wartości, bardzo zaawansowana technologicznie. Aparatura ta wymaga stałej opieki serwisowej. Z uwagi na wymogi dotyczące bezpieczeństwa nawet nieistotne usterki wymagają interwencji wysoko wykwalifikowanego specjalisty serwisowego. Z uwagi na wymagania bezpieczeństwa nawet niektóre nieistotne usterki powodują wyłączenie pracy aparatu. Kwestia „istotności” lub „nieistotności” nie jest uregulowana, zatem może prowadzić do nieporozumień. Wskazane czynności serwisowe będą się zdarzały w okresie gwarancji i nie uzasadniają potrzeby wymiany całego aparatu. Sam aparat składa się z wielu części/ modułów, które podlegają wymianie zgodnie ze ścisłymi procedurami producenta, nie zaś cały aparat. Procedury te pozawalają na bezpieczne korzystanie z aparatu i eliminowanie do minimum przerw w korzystaniu spowodowanymi czynnościami serwisowymi. W związku z tym prosimy o modyfikację postanowienia § 8 ust. 4 pkt. 5) nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„wymiany części/modułu na wolne od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytane nr 109 dotyczy, Zadanie nr 7, wzór umowy Załącznik nr 2.1, § 11 ust. 1 pkt. 2)-4):

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk