



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ -75/846/2018

Wrocław, dnia 05.12.2018r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu laparoskopowego oraz końcówek do zamykania naczyń**”: Szp/FZ-75/2018

### **Pytanie nr 1 Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara optycznego:

- średnica 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm
- długość kaniuli 100mm i 150mm
- kaniula jednorodnie wewnętrznie żebrowana stanowiąca zaawansowany system fiksacji w powłokach
- trokar bezpieczny z separatorem tkankowym
- zdejmowana głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desulfacji lub wyciągnięcia preparatu, zawór gazowy?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.***

### **Pytanie nr 2 Pakiet 9, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego samorozprężalnego 12mm z metalowymi automatycznie otwieranymi widelkami i rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palec. Pojemność worka 1500ml?

***Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 9 poz.2 zaoferowanie worka laparoskopowego samorozprężalnego 12mm z metalowymi automatycznie otwieranymi widelkami i rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palec. Pojemność worka 1500ml?***

### **Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 8 oraz w pakiecie 9 poz. 1 worek do ekstrakcji w rozmiarze: 10 mm x 90 mm x 145 mm poj. 250ml. Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, z trzema uchwytami na palce. Podwójne, wzmocnione dno.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.***

### **Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 9 w poz. 2 worek do ekstrakcji w rozmiarze: 15 mm x 190 mm x 230 mm poj.1150 ml (1500ml). Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, z trzema uchwytami na palce. Podwójne, wzmocnione dno.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.***

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści oryginalne klipsy polimerowe Hem-O-lok w wymaganych rozmiarach XL, L, M , z taśmą samoprzylepną, pakowane po 6 sztuk w boksie? Oferujemy w razie potrzeby w użyczenie klipsownicy kompatybilne z oferowanymi klipsami.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.***

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf, przesyłanej mailem w dniu dostawy?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.***

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*