



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -59A/865/2018

Wrocław, dnia 19.12.2018r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki**”: Szp/FZ-59A/2018

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części 2 systemu do protekcji dystalnej o następujących parametrach:

- Zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm
- Długość systemu 190cm
- Obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie.
- Możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki lidera
- Wielkość oczek filtra 110 mikronów
- Markery widoczne w skopii: końcówka 3cm, pętla nitynolowa otwierająca koszyczek oraz marker proksymalny.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 systemu do protekcji dystalnej o wyżej wymienionych parametrach.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) - do zmian prostych i krętych o następujących parametrach:

- stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z stopu kobaltowo-chromowego, pokryty biokompatybilnym stałym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – ewerolimus
- fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” , ciśnienia NP – 10-11 atm , RBP – 18 atm
- system dostawczy:
długość systemu - 145 cm,
profil stentu –0,042” dla średnicy 3,0 /18 mm,
shaft proksymalny 2.1 F; dystalny 2,6 F
- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”)
- długość stentów w zakresie od 8 mm do 28 mm, dla średnic w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm 6 długości
- długość stentów w zakresie od 8 mm do 48 mm, dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 3,5 mm 9 długości
- długość stentów w zakresie od 8 mm do 38 mm, dla średnicy 4,0 mm 8 długości
- średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,0 mm do 3,0 mm średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm

- skrócenie stentu po rozprężeniu 0,3% przy RBP.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) do zmian prostych i krętych o wyżej wymienionych parametrach.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) modyfikuje zapisy SIWZ w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” poprzez dodanie kolejnych punktów o brzmieniu:

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
13. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
14. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
15. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia parametrów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art.12a w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania na dzień 04.01.2019 r. miejsce i godziny pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jędrzej Raziuk