



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY**

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Sygnatura sprawy: – Szp/FZ - 77/366/KNOW/2018

Wrocław dn. 19.12.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 7 przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w artroskopii**”

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone elementy: optyka do artroskopii, trokary oraz płaszcz wodny posiadały następujące parametry użytkowe: Optyka artroskopowa autoklawowalna Full HD o średnicy 4 mm, kąt 30*. Optyka wyposażona w 3 adaptory do połączenia z różnymi typami światłowodów. Długość części roboczej optyki 152,5 mm. Optyka w komplecie z dwoma trokarzami (tęnym i ostrym) z rękojeściami wykonanymi z materiału PEEK oraz płaszczem wodnym szybkozatrząskowym kompatybilnym z optykami 30 stopni i 70 stopni i wyposażonym w dwa obrotowe zawory?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią zaproszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jędrzyna Raziuk

KOORDYNATOR
SEKCJI
mgr. A. [signature]



Uniwersytet
Wrocławski