

Szp/FZ – 8/SOR/ *78* /2019

Wrocław, dnia 28.02.2019 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa urządzeń medycznych*”.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 7 – elektryczne urządzenie do ssania

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka elektrycznego z uchwytem ściennym 10g (mocowanie ścienne- moduł automatycznego ładowania akumulatora) o parametrach opisanych poniżej:

- do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych,
- przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ Transportu,
- nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych
- powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia, obudowa ssaka wykonana z tworzywa o wysokiej jakości,
- Maksymalne podciśnienie – 84 kPa, płynna regulacja siły ssania wraz ze wskaźnikiem/ manometrem,
- Informacja o stanie naładowania baterii
- Wydajność ssania – powyżej 30 l/min,
- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie–poj. 1L
- wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepelnieniem,
- zasilanie ssaka z akumulatora 12 Vdc, pobór mocy 85 W,
- czas pracy z akumulatora – do 65 minut
- waga 4,2 kg.
- Temperatura pracy od 0st. C do 55st. C

Wymiary:

Wysokość: 250mm

Długość: 385mm

Szerokość: 160mm

W skład kompletu wchodzi: ssak, akumulator, wymienny pojemnik wielorazowego użytku 1L, wbudowany filtr bakteryjny, mocowanie ścienne zgodne z EN 1789 z funkcją ładowania, kabel zasilający 12V.

Dopuszczenie w/w ssaka umożliwi złożenie ofert przez większą ilość wykonawców, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą ilość ofert i zwiększy szansę wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektryczne urządzenie do ssania o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

*Taach
Bumh*