

Szp/FZ – 8/SOR/80 /2019

Wrocław, dnia 01.03.2019 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa urządzeń medycznych”.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 3 pkt 1 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania wynosi 3 000 000?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – Zadanie nr 3 pkt 2 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w monitor kolorowy LCD, o przekątnej 21” i rozdzielczości 1600x11200 px ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 3 pkt 4 – aparat USG

Czy zważywszy na fakt iż zamawiający zamawia 3 głowice ultrasonograficzne, 3 gniazda do ich przyłączenia spełniają oczekiwania co do funkcjonalnego użytkowania? Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych oraz 1 gniazdo parkingowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 3 pkt 5 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w panel dotykowy 10,4” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 3 pkt 6 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół oraz obrót +/- 25°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 – Zadanie nr 3 pkt 10 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w zewnętrzną nagrywarke DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – Zadanie nr 3 pkt 17 – aparat USG (Obrazowanie i prezentacja obrazu)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi 1500 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – Zadanie nr 3 pkt 19 – aparat USG (Obrazowanie i prezentacja obrazu)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych prędkościach maksymalnych (przy zerowym kącie bramki) od -7,65m/s do 0 oraz od 0 do +7,65 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – Zadanie nr 3 pkt 37 – aparat USG (Główce ultradźwiękowe)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę typu microconvex , szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych 3.0 - 9.0 MHz; liczba elementów akustycznych 960 i kątem widzenia 80°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 – Zadanie nr 3 pkt 41 – aparat USG (Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości emitowanych 3.0 – 13.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych 192; Długość czoła głowicy (FOV) 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – Zadanie nr 3 pkt 43 – aparat USG (Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową typu: Convex (2-9MHz; 192 elementy akustyczne) oraz endowaginalną (3-10 MHz, 140° (FOV) do obrazowania 3D/4D?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – Zadanie nr 3 pkt 48 – aparat USG (Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach od -15,92 m/s do 0 oraz od 0 do +15,92 m/s (przy zerowym kącie bramki)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – Zadanie nr 3 pkt 52 – aparat USG (Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o funkcję automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamianego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) jednak bez możliwości automatycznego optymalizowania ciągłego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 3 pkt 54 – aparat USG (Pozostałe wymogi):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego waga wynosi około 90 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę.

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 3 pkt 1 – aparat USG

Prosimy o podanie algorytmu użytego przez Zamawiającego, którego użył do obliczenia procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania. Wedle naszej wiedzy Każdy z producentów inaczej liczy ten parametr, nie jest to wartość fizyczna, a jedynie wynik równania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, którego algorytm użytkowy umożliwi przetwarzanie powyżej 286 000 procesowych cyfrowych kanałów.

Pytanie nr 15 – Zadanie nr 3 pkt 1 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, o ilości procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania powyżej 286 000?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 – Zadanie nr 3 pkt 3 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z monitorem umieszczony na wysięgniku, regulacja lewo-prawo (+/- 160°), pochył przód-tył (+25° / - 70 °). Pragniemy zauważyć iż podany parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 – Zadanie nr 3 pkt 4 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z min. 3 aktywnymi gniazdami do przyłączenia głowic obrazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 – Zadanie nr 3 pkt 5 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z panelem dotykowym powyżej 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) Pragniemy zauważyć iż podany parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 – Zadanie nr 3 pkt 6 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z panelem sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół bez możliwości obrót +/- 150°. Pragniemy zauważyć iż podany parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 – Zadanie nr 3 pkt 8 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, którego dynamika systemu wynosi powyżej 255 dB? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 – Zadanie nr 3 pkt 11 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością zmiany wysokości konsoli min. 18 cm? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 – Zadanie nr 3 pkt 13 – aparat USG

Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego czy wymaga podgrzewacza zamontowanego z prawej czy z lewej strony aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podgrzewacza zamontowanego z lewej strony aparatu. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 – Zadanie nr 3 pkt 19 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z Dopplerem pulsacyjnym (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8,8m/s do 0,1cm oraz od 0,1 cm do +8,8 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 – Zadanie nr 3 pkt 28 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, pracującego w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 – Zadanie nr 3 pkt 36, 37, 38, 41, 42, 43 – aparat USG

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego że jeden element piezoelektryczny (fizyczny) to dwa elementy akustyczne – tj jeden element piezoelektryczny odbiera i wysyła sygnał

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że jeden element piezoelektryczny (fizyczny) to dwa elementy akustyczne – tj jeden element piezoelektryczny odbiera i wysyła sygnał

Pytanie nr 26 – Zadanie nr 3 pkt 36 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą liniową szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów piezoelektrycznych powyżej 125; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 – Zadanie nr 3 pkt 37 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą typu microconvex, szerokopasmową do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 9.0 MHz; liczba elementów piezoelektrycznych min. 128, kąt widzenia min. 92°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 – Zadanie nr 3 pkt 38 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą convex szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 8.0 MHz, liczba elementów piezoelektrycznych min. 190, Kąt widzenia min. 58°; obrazowanie harmoniczne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 – Zadanie nr 3 pkt 39 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30 – Zadanie nr 3 pkt 40 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o: : głowica sektorowa (ilość elementów min. 80) szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; min. 3 optymalizacji częstotliwości harmonicznnych? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 – Zadanie nr 3 pkt 41 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o: : liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 128; Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 – Zadanie nr 3 pkt 42 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o: : : głowica edowaginalna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min.

4.0 - 9.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 148°, ilość elementów piezoelektrycznych min 128?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 – Zadanie nr 3 pkt 43 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o: głowice objętościowe typu: konweks (min. 4-8MHz; min. 128 elementów piezoelektrycznych) oraz endowaginalna (min. 5-9 MHz, min. 77° (FOV) do obrazowania 3D/4D

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 – Zadanie nr 3 pkt 46 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o: Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 – Zadanie nr 3 pkt 48 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o: Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -19,3 m/s do 0,1 cm/s oraz od 0,1 cm/s do +19,3 m/s (przy zerowym kącie bramki) Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 – Zadanie nr 3 pkt 51 – aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o: Elastografia odkształceniowa (Strain) bez pełnej kwantyfikacją ilościowej i z pełną kwantyfikacją jakościową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 3 – aparat USG

Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanego układu UPS umożliwiającego przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania oraz pracę aparatu min. 30 min?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w zintegrowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania oraz pracę aparatu min. 30 min. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 – Zadanie nr 3– aparat USG

Czy Zamawiający będzie wymagał wysuwanej klawiatury?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposażonego w wysuwaną klawiaturę. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk