



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 18.07.2019r .

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

FZ/Spr-81/ 306 /2019

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę pokrowców ochronnych na poduszki i kołdry.

Znak sprawy: FZ/Spr-81/2019

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o gramaturze 135g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pokrowce na poduszki oraz pokrowce na kołdry z dzianiny trykotowej powleczonej membraną o gramaturze od 135g/m² do 175g/m²

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki i kołdry były wyrobem medycznym, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie dokumentami, tj. deklaracją zgodności oraz zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również pokrowce na poduszki i kołdry będące wyrobem medycznym.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanych wyrobów oraz ich zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego będzie wymagał załączenia do oferty lub na wezwanie próbek pokrowców?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga próbek pokrowców.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie Zamawiającego dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki

badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.: gramaturę, skład, wytrzymałość na rozerwanie, odporność na przenikanie cieczy?

Odpowiedź

Wymagane dokumenty Zamawiający określił w zaproszeniu (ust.1 pkt.1)

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk