



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 35/ 388 /2019

Wrocław, dnia 22.08.2019 r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci oraz implantu żylnego do leczenia jaskry*”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 1 formularza asortymentowo-cenowego stentów kobaltowo-chromowych pokrytych materiałem ePTFE o następujących rozmiarach: średnica: 12 mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm), średnica 14mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 16mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 18mm (długość: 29, 38, 48 mm), średnica 20mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 22mm (długość: 37, 48 mm), średnica 24mm (długość: 37, 48 mm). Długość zestawu wprowadzającego: 75 i 120cm dla średnic 12-16mm; 120cm dla średnic 18-24mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 stentów kobaltowo-chromowych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 6 formularza asortymentowo-cenowego cewników balonowych do septostomii u noworodków z wewnętrznym światłem i otworem na prowadnicę. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 7 formularza asortymentowo-cenowego przewodników sztywnych typu amplatz o śr. 0.035” i długości: 145, 180, 260, 300cm dostępnych w minimum trzech rodzajach sztywności o długości ścięcia (taperowania) końcówki od 4.5 do 13.5cm, długości elastycznej końcówki 1.5 do 7cm. Końcówka prosta lub zagięta o średnicy od 1.5 do 3mm.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 przewodników sztywnych typu amplatz o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 9 formularza asortymentowo-cenowego koszulek typu Mullins o dostępnych średnicach od 6 do 14F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 koszulek typu Mullins o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 10 formularza asortymentowo-cenowego stenów platynowych aortalnych o segmentowej budowie i konfiguracji splotów 8 lub 10 powtarzalnych elementów (splotów). Długość stenów: od 16 do 60mm, możliwość rozprężenia do średnicy 12-24mm (przy konfiguracji 8 splotów); Długość stenów: od 39 do 60mm, możliwość rozprężenia do średnicy 26-30mm (przy konfiguracji 10 splotów).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 stenów platynowych aortalnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*