



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Znak postępowania: Szp/FZ –44/2019

Wrocław, dn. 10.09.2019r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
pod nazwą

### DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

RADCA PRAWNY

*Krystyna Michalska*

Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*  
Zatwierdzam

## ROZDZIAŁ I

### INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław**  
adres do korespondencji:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław  
adres strony internetowej <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>  
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

## ROZDZIAŁ II

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 221 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),
  - 4) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.),
  - 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211),
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## ROZDZIAŁ III

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi laparoskopowych do siedziby Zamawiającego.
2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - 1) **udzielenie minimum 24-miesięcznej gwarancji producenta na przedmiot zamówienia liczonej od daty jego odbioru,**
  - 2) reakcję serwisu technicznego w terminie 48-godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia usterki Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- 3) naprawy narzędzi laparoskopowych w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki lub od daty otrzymania narzędzi laparoskopowych przez serwis Wykonawcy wysłanych pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,
  - 4) wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu lub jeżeli wykonanie tych czynności jest warunkiem gwarancji.
4. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.
  5. W przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany narzędzia bądź jego części na wolne od wad, w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.
  6. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2019 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych..
  7. Nie dopuszcza się oferowania produktów medycznych rekondycjonowanych oraz produktów medycznych demonstracyjnych. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.
  8. Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
  9. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.
  10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
  11. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
  12. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - użytkowych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień do Wykonawcy.
  13. Kod CPV: 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
  14. Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych**
  15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7).
  16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
  17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  18. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
  19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do **60 dni** od daty podpisania umowy.

**ROZDZIAŁ V**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego poniżej:

<b>A. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału</b>	
<b>Warunek udziału w postępowaniu / Przesłanki wykluczenia z postępowania</b>	<b>Rodzaj dokumentu</b>
<p>1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp oraz spełnia wyżej określone warunki udziału w postępowaniu Wykonawca <u>wraz ofertą</u> składa:</p>	<p>1) oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ aktualne na dzień składania ofert.</p>
<p>Art. 24 ust 5 pkt 1) Pzp</p>	<p>W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) Wykonawca <u>na wezwanie Zamawiającego</u> przedkłada:</p> <p>1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji</p> <p><i>Informacja: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty</i></p>
<p>Art. 24 ust. 1 pkt 23</p>	<p>W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 składa:</p> <p>1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.</p> <p>Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p>

		Informacja: Zamawiający uzna zachowanie terminu 3 dni w przypadku przesłania informacji, o której mowa powyżej w formie skanu drogą elektroniczną lub faksu <b>pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału dokumentu do Zamawiającego.</b>
--	--	---

**B. Potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego**

1.	Art. 25 ust. 1 pkt. 2	<p>W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca <b><u>na wezwanie Zamawiającego</u></b> przedkłada:</p> <p>1) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.</p> <p>2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z <b>załącznikiem nr 4 do SIWZ</b></p> <p><u>Pouczenie:</u> zgodnie z wykładnią art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5</p>
----	-----------------------	---

2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp.
3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów i oświadczeń wymienionych w tabeli powyżej.
4. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
5. **OFERTA WSPÓLNA:**
  - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
    - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
    - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
    - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  - 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
6. **DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE:**
  - 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt

- 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;
- 3) Dokument, o którym mowa w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### **7. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:**

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.

8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

### **ROZDZIAŁ VI**

#### **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
9. Jeżeli przywołana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 8 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w ust. 7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
11. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
51-124 Wrocław, ul. Kamińskiego 73A  
z dopiskiem: **Szp/FZ – 44/2019**
12. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres **zp@wssk.wroc.pl**
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Beata Wujczak.
14. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi zawierać:
  - 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego,
  - 2) wypełnione zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych stanowiących załącznik nr 1.2 do Formularza ofertowego,
  - 3) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
  - 4) pełnomocnictwo zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelny podpisu Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
13. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
14. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
15. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
  - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
  - 4) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowy. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębny kopercie wewnętrzny, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
16. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy



o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

19. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy: .....
<b><u>OFERTA PRZETARGOWA Szp/FZ – 44/2019</u></b>
<b>„Dostawa narzędzi laparoskopowych”</b>
Uwaga:
Nie otwierać przed <b>dniem.....r. godz. 9:30</b>
Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
22. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
23. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
24. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

## **ROZDZIAŁ X            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 25.09.2019r.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.09.2019r. o godz. 9:30** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych poda:
  - 1) nazwy firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - 2) ceny ofert,
  - 3) oferowany okres gwarancji.

8. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne> informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - 3) ceny ofert,
  - 4) oferowanego okres gwarancji.

## ROZDZIAŁ XI

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA:** Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

3. Sposób wyliczenia ceny:

**3.1 Wartość brutto pozycji należy liczyć w sposób następujący:**

$$\text{ilość} \times \text{cena jednostkowa netto} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

**3.2 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:**

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

## ROZDZIAŁ XII

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	cena	60%
2	Oferowany okres gwarancji	40%
	OGÓŁEM:	100 %

- 1) **Kryterium nr 1 – cena (C):**

$$C = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C - cena

C<sub>min</sub> - najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie odrzuconych

$C_n$  – oferowana cena brutto ocenianej oferty

## 2) Kryterium nr 2 – zaoferowany okres gwarancji (OG)

$$OG = \frac{OG_{\text{bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{OG_{\text{max (liczba miesięcy)}}} \times 40 \% \times 100$$

gdzie:

$OG_{\text{max}}$  – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

$OG_{\text{bad. oferty}}$  – oferowany okres gwarancji ocenianej oferty

### **UWAGA:**

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + OG$$

gdzie:

$O$  – ostateczna ocena oferty,

$C$  – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

$OG$  – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancji przedmiotu zamówienia,

2. W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji, podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy - **oferta zostanie odrzucona.**
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.

## **ROZDZIAŁ XIII**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji

przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

#### **ROZDZIAŁ XIV**

#### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **ROZDZIAŁ XV**

#### **WZÓR UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

#### **ROZDZIAŁ XVI**

#### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

#### **ROZDZIAŁ XVII**

#### **POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art, 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający

informuje Wykonawców, o tym że (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej):

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław;
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: [iodo@wssk.wroc.pl](mailto:iodo@wssk.wroc.pl) 71) 73 29 631 (*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*);
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Spr/FZ-44/2019** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
    - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- **Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.** Dotyczy to w szczególności:
    - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
    - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
    - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
    - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
  - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
  - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,
  - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
  - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
- **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo – cenowym

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU**  
ul. H. Kamińskiego 73a  
51-124 Wrocław

**OFERTA**

**I. DANE WYKONAWCY**

**Nazwa i siedziba  
Wykonawcy\*)**

.....  
.....  
*ul:* .....  
*kod:* .....  
*miejsowość:*.....

**Czy Wykonawca jest  
mikroprzedsiębiorstwem bądź  
małym lub średnim  
przedsiębiorstwem?**

Tak  
 Nie

**Forma prowadzonej  
działalności/ nr KRS-  
jeżeli dotyczy**

*Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji).....*

*\*) w przypadku konsorcjum  
wpisać nazwę i siedzibę partnera  
oraz wpisać lidera*

.....  
*ul:* .....  
*kod:* .....  
*miejsowość:*.....

**NIP**

**REGON**

**Adres do korespondencji  
(jeżeli jest inny niż adres  
siedziby)**

*ul:* .....  
*kod:* .....  
*miejsowość:*.....

**Osoba odpowiedzialna za  
kontakty z Zamawiającym**

.....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	e- mail: .....
	fax: .....
	tel.: .....

## II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

## III. CENA

1. Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego wynosi:

Cena brutto	.....zł
Słownie cena brutto	.....
Oferowany okres gwarancji	<b>na przedmiot zamówienia udzielam ..... gwarancji</b> (oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy)

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzony przez bank.....

## IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczam, że:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia;
3. uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert;
4. oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do:  
pakiet nr ..... klasa.....,  
i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty i dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,
5. wybór mojej oferty **będzie/nie będzie**\*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku.
6. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
7. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub <sup>1</sup> art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XVII SIWZ.

\*)wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administrator lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.



## V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia :  
..... e-mail: ..... tel./fax:.....;
3. wyznaczenia osoby do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia :  
..... e-mail: ..... tel./fax:.....;
4. przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia usterki przedmiotu zamówienia faksem bądź mailem na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w .....  
tel. ...., fax. ...., e-mail: .....

## VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców\***.

\*\*\*) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1) .....w zakresie .....

\*) wybrać odpowiednio

\*\*) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

## VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

..... (wymienić  
czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

### UZASADNIENIE

**Uwaga:**

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

**VIII. SPIS TREŚCI**

Integralną część oferty stanowią:

- 1) .....
- 2) .....

Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach

.....  
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



**Pozycja nr 1- Dwa zestawy narzędzi laparoskopowych**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

Przedmiot zamówienia – Dwa zestawy narzędzi laparoskopowych

Nazwa własna.....

Oferowany model .....

Producent .....

Kraj pochodzenia .....

Rok produkcji .....

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Parametr wymagany	Opis parametrów oferowanych* (podać/opisać)
1	2	3	4
I.	<b>Zestaw narzędzi laparoskopowych</b>		
1	Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - 1 szt.	TAK	
2	Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - 1 szt.	TAK	
3	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptory przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 2 szt.	TAK	
4	Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt.	TAK	

5	<p>Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,</li> <li>- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,</li> <li>- gwoźdźcia ostrego, piramidalnego</li> <li>- 2 szt.</li> </ul>	TAK	
6	<p>Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,</li> <li>- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,</li> <li>- gwoźdźcia ostrego, piramidalnego</li> <li>- 2 szt.</li> </ul>	TAK	
7	<p>Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 15 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,</li> <li>- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,</li> <li>- gwoźdźcia ostrego, piramidalnego</li> <li>- 2 szt.</li> </ul>	TAK	
8	<p>Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą</p> <p>- 4 szt.</p>	TAK	
9	<p>Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą</p> <p>- 4 szt.</p>	TAK	
10	<p>Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 60/10, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz</p> <p>- 20 szt.</p>	TAK	

11	Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 50/4, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarzami firmy Karl Storz - 10 szt.	TAK	
12	Uszczelka zewnętrzna do tulei gwintowanej, rozmiar 50/5, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego tulejami gwintowanymi firmy Karl Storz - 10 szt.	TAK	
13	Uszczelka zewnętrzna do tulei gwintowanej, rozmiar 60/12, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego tulejami gwintowanymi firmy Karl Storz - 10 szt.	TAK	
14	Pierścień wewnętrzny, plastikowy do tulei gwintowanej - 10 szt.	TAK	
15	Pierścień wewnętrzny, do tulei gwintowanej - 10 szt.	TAK	
16	Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 6 szt.	TAK	
17	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu MOURET, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt.	TAK	
18	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze typu MOURET, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt.	TAK	

19	<p>Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
20	<p>Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
21	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obie bransze ruchome, atraumatyczne, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
22	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, jedna bransza ruchoma, atraumatyczne, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
23	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, jelitowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	

24	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze okienkowe, jelitowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
25	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające - biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu BLAKESLEY, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
26	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające typu MANHES, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2x4, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
27	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
28	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze okienkowe, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	



29	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, bransze typu BABCOCK, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt metalowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 2 szt.</li> </ul>	TAK	
30	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
31	<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze okienkowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	
32	<p>Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy branszy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 2 szt.</li> </ul>	TAK	
33	<p>Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład roboczy ostrzy,</li> <li>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</li> <li>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</li> <li>- 1 szt.</li> </ul>	TAK	

34	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt.	TAK	
35	Wkład roboczy nożyczek zintegrowany z tubusem, sterylny, jednorazowy, śr. 5 mm, dł. 36 cm, oba ostrza ruchome, kompatybilny z uchwytem instrumentów firmy Storz stanowiącym własność Zamawiającego -10 szt.	TAK	
36	Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt.	TAK	
37	Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt.	TAK	
38	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.	TAK	
39	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, z kanałem ssącym śr. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt.	TAK	
40	Uchwyt z zaworem do zastosowania z rurkami ssąco-płuczającymi -1 szt.	TAK	
41	Adapter z LUER-Lock, do zast. z 5 mm elektrodami koagulacyjno - preparacyjnymi z kanałem ssącym - 1 szt.	TAK	

42	Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, monopolarny, dł. 300 cm - 2 szt.	TAK	
43	Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, bipolarny, dł. 300 cm - 2 szt.	TAK	
44	Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, rozm. 10 mm, dł. 36 cm - 1 szt.	TAK	
45	Rurka ssąco-płuczająca, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wyposażona w: - dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, - boczne otwory w końcu dystalnym rurki, - 1 szt.	TAK	
46	Rurka ssąco-płuczająca, śr. 5 mm, dł. 43 cm, wyposażona w: - dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, - boczne otwory w końcu dystalnym rurki, - 1 szt.	TAK	
47	Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze proste, z wkładką z węgliku wolframu, - 2 szt.	TAK	
48	Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węgliku wolframu, - 1 szt.	TAK	
49	Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węgliku wolframu, - 1 szt.	TAK	
50	Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 36 cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na: - uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy,	TAK	

	- tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania, - wkład roboczy, - 2 szt.		
51	Laparoskopowy zacisk naczyniowy, bransze 5 cm, zakrzywione; płaszcz prosty, śr. 10 mm, dł. 30 cm, - 1 szt.	TAK	
52	Uchwyt do instrumentów laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego, plastikowy, z funkcją rotacji osadzonego tubusu i wkładu roboczego, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, pierścienie na palce z rozszerzoną powierzchnią kontaktu - 2 szt.	TAK	
II.	<b>Manipulator maciczny – 1 zestaw</b>		
1	Manipulator maciczny wykorzystywany do mobilizacji macicy i ekspozycji sklepień pochwy podczas całkowitej laparoskopowej histerektomii oraz laparoskopowej amputacji trzonu macicy. Złożony z rękojeści, przewodnicy manipulatora, zestawu nasadek anatomicznych oraz zestawu wkładów roboczych; wszystkie elementy manipulatora demontowalne, wielokrotnego użytku, autoklawowalne; przewodnica manipulatora odpowiednio wyprofilowana; rękojeść manipulatora mocowana do przewodnicy manipulatora poprzez szybkozłącze, zwolnienie rękojeści poprzez przycisk; wkłady robocze wprowadzane do jamy macicy, dopasowujące manipulator do różnych głębokości jamy macicy i kalibru kanału szyjki macicy, mocowanie w części dystalnej przewodnicy manipulatora, wykonane z materiału nieprzewodzącego, w zestawie następujące rozmiary: - wkład roboczy o rozmiarze: 4 mm x 22 mm - wkład roboczy o rozmiarze: 5,5 mm x 42 mm - wkład roboczy o rozmiarze: 4 mm x 52 mm Nasadki anatomiczne dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy. Nasadka przesuwana wzdłuż przewodnicy manipulatora, mocowana poprzez szybkozłącze w części dystalnej przewodnicy, zwolnienie nasadki poprzez przycisk, w zestawie następujące rozmiary: - nasadka anatomiczna rozmiar: 34 mm x 36 mm - nasadka anatomiczna rozmiar: 24 mm x 36 mm - nasadka anatomiczna rozmiar: 42 mm x 36 mm	TAK	
2	Klipsownica endoskopowa do klipsów polimerowych rozmiar L - 1 szt.	TAK	
3	Klipsownica endoskopowa do klipsów polimerowych rozmiar XL - 1 szt.	TAK	

4	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] 585 x 255 x 145 mm ( $\pm 5$ mm) - 1 szt.	TAK	
5	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane, kompatybilny z narzędziami o długości 43 cm - 1 szt.	TAK	

*\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 2- Sprzęt endoskopowy - Laryngologia

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Sprzęt endoskopowy - Laryngologia**

Nazwa własna.....

Oferowany model .....

Producent .....

Kraj pochodzenia .....

Rok produkcji .....

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Parametr wymagany	Opis parametrów oferowanych* (podać/opisać)
1	2	3	4
I.	<b>Sprzęt endoskopowy</b>		
1	Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne, kompatybilne z uchwytem shavera DRILLCUT-X firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego - 3 szt.	TAK	
2	Optyka HOPKINS 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix z nr seryjnym i nr katalogowym optyki - 2 szt.	TAK	
3	Optyka HOPKINS 30°, średnica 2,7 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix z nr seryjnym i nr katalogowym optyki - 1 szt.	TAK	
4	Pinceta bipolarna, zagięta, z kanałem ssącym końcówki tępe, długość 190 mm - 3 szt.	TAK	
5	Pinceta bipolarna, zagięta, długość 160 mm - 1 szt.	TAK	

II.	<b>Konsola sterująca napędami - 1 zestaw</b>		
1	Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, takimi jak: - shaver do zatok przynosowych, - wiertarka uszna, - wiertarka wewnątrznosowa, - mikropiła oscylacyjna, - dermatom	TAK	
2	Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki wewnątrznosowej	TAK	
3	Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy)	TAK	
4	Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny	TAK	
5	Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości	TAK	
6	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości dla używanego napędu	TAK	
7	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu	TAK	
8	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu	TAK	
9	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu wydajności pompy	TAK	
10	Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wsięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym	TAK	
11	Przełącznik nożny wyposażony w 2 pedały i 1 przyciski: - pedał z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływu pompy - przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki	TAK	
III.	<b>Uchwyt shaver – 1 zestaw</b>		
1	Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą	TAK	
2	Uchwyt wyposażony w zdejmowaną rękojeść umożliwiającą trzymanie uchwytu prostopadle do osi przyłączonego ostrza lub frezu	TAK	

3	Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości	TAK	
4	Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm	TAK	
5	Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów minimum 35 000 rpm	TAK	
6	Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący	TAK	
7	Uchwyt wyposażony w kanał płuczący ułatwiający odsysanie wyciętych tkanek	TAK	
8	Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza	TAK	
9	Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji	TAK	
10	Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134°C)	TAK	
11	Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym kształcie okna tnącego	TAK	
12	Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65°	TAK	
13	Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych	TAK	
14	Maksymalna waga uchwytu wraz z przewodem 375 g	TAK	
15	Uchwyt shavera kompatybilny z ostrzami shavera i frezami shavera firmy Storz posiadanymi przez Zamawiającego.	TAK	
16	Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera - 1 szt.	TAK	
17	Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera DRILLCUT-X, - 1 szt.	TAK	

**\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



**WZÓR UMOWY**

W dniu ..... we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy NIP 8951645574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

.....  
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP ....., REGON .....

reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy **Szp/FZ-44/2019**) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego **narzędzia laparoskopowe** w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 2

**TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do **60 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem gotowość do realizacji przedmiotu umowy celem uzgodnienia terminu i miejsca dostawy.

§ 3

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,
- 2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, oraz z obowiązującymi przepisami.

§ 4

**ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązuje się do
  - 1) używania wyrobów będących przedmiotem umowy zgodnie z instrukcją obsługi.
  - 2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

## § 5

### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

..... zł netto

(słownie:.....),

..... zł brutto

(słownie .....).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe nr [.....] prowadzone przez .....
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Podstawą podpisania faktury przez Zamawiającego będzie odbiór towaru.
7. Faktury powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym faktorowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018. poz. 2191).
8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite.
9. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL: GLN 5907713301323.
10. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt. 1) umowy

## § 6

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2019 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone wyroby medyczne, o których mowa w ust. 1 nie odpowiadają oferowanym przez Wykonawcę wymaganym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych do dokonania wymiany wyrobu medycznego zgodnie z oferowanymi parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia do dnia odbioru przez Zamawiającego.

## § 7

### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad polegających na rozbieżności między ilością bądź jakością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym a ilością bądź jakością dostarczonego asortymentu, Zamawiający złoży reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
3. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą ilości bądź jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie **3 dni roboczych** od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się uzupełnienie braków ilościowych lub wymianę reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy.
5. W przypadku nieuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienia na piśmie.

## § 8

### WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ..... miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:
  - 1) reakcji serwisu technicznego w terminie 48-godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia usterki Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
  - 2) naprawy narzędzi laparoskopowych w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia usterki lub od daty otrzymania narzędzi laparoskopowych przez serwis Wykonawcy wysłanych pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,
  - 3) wykonania przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu lub jeżeli wykonanie tych czynności jest warunkiem gwarancji.
3. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.
4. W przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany narzędzia bądź jego części na wolne od wad, w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania uszkodzeń przedmiotu umowy w terminie 48 godzin telefonicznie i mailem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ..... tel. ...., e-mail: .....
6. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

## § 9

### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego – ....., tel.: ....., e-mail; .....
- 2) ze strony Wykonawcy – ..... tel.: ....., e-mail; .....

## § 10

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto, nie zrealizowanej części umowy,
  - 2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia,
  - 3) za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia,
  - 4) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie\*) lub przy pomocy podwykonawców\*):  
.....w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany parametrów zaoferowanego asortymentu w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 3) zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
  - 4) zmiany organizacyjnej Wykonawcy,
2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią za zgodą Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 umowy, który wymaga tylko poinformowania drugiej Strony o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP**

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

Dane Wykonawcy	Odpowiedź
Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)	[.....]
Nazwa i adres Partnera/-ów (w przypadku Konsorcjum)	[.....]
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:	
<b>DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH</b>	
<b>Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania</b>	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp	
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze	Art.[.....] ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13-14, pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Uzasadnienie: [.....]
<b>Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu</b>	
Oświadczam, że: spełniam warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu	
<b>Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy</b>	
<b>Podwykonawstwo:</b>	
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia ?	[ ] Tak [ ] Nie (jeżeli TAK , proszę podać wykaz

	<i>proponowanych podwykonawców)</i>
Nazwa i adres	[.....] [.....]
Oświadczam, że: podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia	<input type="checkbox"/> Tak
<b>Oświadczenie dotyczące podanych informacji</b>	
<p>Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2018r. poz.1600), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.</p> <p>....., dnia .....</p> <p style="text-align: right;"><i>(podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)</i></p>	

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dane Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

*(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)*

Nazwa i adres Partnera/-ów

*(w przypadku Konsorcjum)*

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

## DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr .....** którego dotyczy oferta:

- 1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.),
- 2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;
- 3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;
- 4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
- 5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze;  
- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr ..... poz. ....\*)** został zaoferowany produkt nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).

*\*) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu*

### Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczętka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*