



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -52/455/2019

Wrocław, dnia 30.09.2019 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa sterylnych fartuchów i obłożeń**” znak sprawy: Szp/FZ-52/2019

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania sterylnego fartucha ze wzmocnieniami o poniższym opisie:„

Sterylny fartuch ze wzmocnieniami
Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 40 g/m² i na rękawach min. 40 g/m², – odporność na przenikanie cieczy na przodzie na powierzchni krytycznej 112 cm H₂O (strefa krytyczna), na powierzchni mniej krytycznej min. 41cmH₂O. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch owinięty w serwetę włókninową, opakowanie zewnętrzne folia – papier, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na opakowaniu zewnętrznym, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony na jeden sposób (nadrukowany rozmiar literowy)

Fartuch posiada rozmiary: M (długość: 115 cm) L (długość: 127 cm), XL (długość 135 cm), XXL (długość: 140 cm). Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuch zapakowany w opakowanie folia -papier.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxszer;średnica)	Rodzaj wycięcia	Rozmiar wycięcia dłxszer.;promień
serweta z wycięciem i przylepcem	1	L2	240x150			WYCIĘC. U	63x7
serweta z przylepcem	1	L2	180x170				
serweta z przylepcem	1	L2	90x75				

serweta na stół instrum.	1		190x150			
serweta na stolik Mayo	1		145x80			
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20			
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9			
fartuch Standard L	2		L			
fartuch Standard XL	1		XL			

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wytrzymałość na wypychanie 150 kPa, spływ cieczy 27,96, zdolność absorpcji cieczy 570%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłuższy.(cm)
serweta z przyklepcem	1	L2	240x150
serweta z przyklepcem	1	L2	180x170
serweta z przyklepcem - przyklepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wytrzymałość na wypychanie 150 kPa, spływ cieczy 27,96, zdolność absorpcji cieczy 570%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4 Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5 Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 2 ręczniczki o wymiarach 20cm x 40cm oraz o długości odpowiednio dla rozmiarów:

Rozmiar M 115cm

Rozmiar L 125cm

Rozmiar XL 140cm

Rozmiar XXL 155cm ?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6 Pytanie nr 1 Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Wadas
Monika Wadas