



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 54/ *449* /2019

Wrocław, dnia 18.10.2019 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa echokardiografu”.

### Pytanie nr 1 - Załącznik nr 1.1, Głowice, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu najwyższy dostępny model echokardiografu z głowicą sektorową wykonaną w technologii polaryzacji kryształów, ale nie w technologii wielorzędowej? Wyjaśnienie – z racji technologii polaryzacji kryształów uzyskiwana jakość obrazu jest analogiczna do głowic wielorzędowych. Dopuszczenie w/w parametrowo pozwala na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez udział kilku oferentów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu głowicę sektorową wykonaną w technologii polaryzacji kryształów. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

### Pytanie nr 2 - Załącznik nr 1.1, Głowice, pkt. 2e

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu najwyższy dostępny model echokardiografu z głowicą 3D/4D do badań kardiologicznych w pediatrii bez trybu TRIPLEX?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu głowicę 3D/4D do badań kardiologicznych w pediatrii bez trybu TRIPLEX. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do przedmiotowego postępowania na dzień 24.10.2019 r. miejsce i godzina pozostają bez zmian.**

DYREKTOR SZPITALA

*Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz*  
(5)

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.